

**PLANILHA DE DIVISÃO DE COTAS / GEC / SESAU
PROCESSO SEI Nº 20101.061972/2021.82**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UND	QUA. NT.	DIVISÃO DE COTA		VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL	
					CRITÉRIO DE DISPUTA	QUANT. COTAS			
1	SERRA ELÉTRICA A BATERIA PARA CORTE DE GESSO USO EM CENTRO CIRURGICO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONFECIONADA EM MATERIAL DE POLIURETANO PIGMENTADO OU SUPERIOR (QUE NÃO PERMITA A PASSAGEM DE CALOR DO CONJUNTO CÂMBIO/MOTOR PARA A MÃO DO OPERADOR); PEÇA DE MÃO OPÇÕES DE ENERGIA TENSÃO DA BATERIA: 10V A 12V , CAPACIDADE DA BATERIA: 2.600 MAH, CARREGADOR DE BATERIA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 100V - 240 VAC FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO: 50 - 60 HZ; CÂMBIO EM AÇO TEMPERADO COM LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE; MOVIMENTO DE ROTAÇÃO/OSCILAÇÃO DE NO MÍNIMO 18.000 RPM/MIN; SISTEMA DE ISOLAMENTO CONTRA CARGA ELÉTRICA; 01 DISCO DE SERRA DE 2" (POLEGADAS), EM LÂMINA DE AÇO ANTIOXIDANTE; 01 DISCO DE SERRA DE 2 1/2" (POLEGADAS) EM LÂMINA DE AÇO ANTIOXIDANTE; 01 CHAVE COMBINADA DE 1/2" (POLEGADA). 01 BATERIA RESERVA PARA USO NO EQUIPAMENTO; 01 CARREGADOR DE BATERIA; 01 MALETA PARA ARMAZENAMENTO APÓS USO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, EXIGÊNCIAS: REGISTRO NA ANVISA (ABRANGENDO TODAS AS NORMAS CORRELATAS NECESSÁRIAS PARA O REGISTRO DO EQUIPAMENTO), OU DOCUMENTO DE ISENÇÃO	422617	UND	49	Ampla	37	R\$ 2.297,16	R\$ 84.994,92	
2	SERRA ELÉTRICA A BATERIA PARA CORTE DE GESSO USO EM CENTRO CIRURGICO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONFECIONADA EM MATERIAL DE POLIURETANO PIGMENTADO OU SUPERIOR (QUE NÃO PERMITA A PASSAGEM DE CALOR DO CONJUNTO CÂMBIO/MOTOR PARA A MÃO DO OPERADOR); PEÇA DE MÃO OPÇÕES DE ENERGIA TENSÃO DA BATERIA: 10V A 12V , CAPACIDADE DA BATERIA: 2.600 MAH, CARREGADOR DE BATERIA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 100V - 240 VAC FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO: 50 - 60 HZ; CÂMBIO EM AÇO TEMPERADO COM LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE; MOVIMENTO DE ROTAÇÃO/OSCILAÇÃO DE NO MÍNIMO 18.000 RPM/MIN; SISTEMA DE ISOLAMENTO CONTRA CARGA ELÉTRICA; 01 DISCO DE SERRA DE 2" (POLEGADAS), EM LÂMINA DE AÇO ANTIOXIDANTE; 01 DISCO DE SERRA DE 2 1/2" (POLEGADAS) EM LÂMINA DE AÇO ANTIOXIDANTE; 01 CHAVE COMBINADA DE 1/2" (POLEGADA). 01 BATERIA RESERVA PARA USO NO EQUIPAMENTO; 01 CARREGADOR DE BATERIA; 01 MALETA PARA ARMAZENAMENTO APÓS USO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, EXIGÊNCIAS: REGISTRO NA ANVISA (ABRANGENDO TODAS AS NORMAS CORRELATAS NECESSÁRIAS PARA O REGISTRO DO EQUIPAMENTO), OU DOCUMENTO DE ISENÇÃO	422617	UND		Cota	12	R\$ 2.297,16	R\$ 27.565,92	
TOTAL ESTIMADO								R\$ 84.994,92	

Boa Vista/RR, 30 de Junho de 2022

(Assinatura Eletrônica)

FRANCINEI PEREIRA DA SILVA

Respondendo pela Gerente Especial de Cotação

SESAU/NPSESAU/GERCOTPRE

(Portaria nº 327/SESAU/CGTES/NCP, de 03 de março de 2022, DOE RR n.º 4174, de 05 de abril de 2022)