

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

Ao
Governador do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESA
Gerência Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ Nº

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 20101.042121/2021.31

Eventual aquisição de equipamentos para laboratório de análises clínicas para atender as Unidades Laboratoriais do Estado de Roraima, através do Departamento de Políticas e Apoio ao Diagnóstico Especializado – DPADE/CGAE - RR.

ITEM	CATMAT	DESCRIPTIVO	UNID	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	475038	AGITADOR MECÂNICO, TIPO ORBITAL até 90°, ajuste mecânico, botão controle velocidade, rotação média de até 250rpm, componentes com presilhas elásticas, manual de instrução em português, registro na ANVISA, Assistência Técnica local, Garantia mínima de 1 ano, Bivolt. (DPADE).	UNID	5		
2	466609	DESTILADOR DE ÁGUA, CAPACIDADE: 50 L/h, características adicionais: dispositivo para desligamento automático, aplicação: laboratório, material: aço inox aisi 304. Manual de instrução em português, Instalação, Treinamento, registro na ANVISA, Assistência Técnica local, Garantia mínima de 1 ano, voltagem: 220 v. (HMINSN – LABORATÓRIO E FARMÁCIA) (DPADE – 10)	UNID	12		
3	150057	ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA MACROSCOPIA AUTOMATIZADA, configuração de piso, modular, móvel, com pia, filtro HEPA, touch screen, Tensão: 220V,60Hz, 1Ph com receptáculo GFCI incluído. Manual de instrução em português, Assistência Técnica local, Garantia mínima de 1 ano, Treinamento, Instalação e registro junto a ANVISA. (LAPER)	UNID	1		
4	414637	ESTUFA LABORATÓRIO 200lit, tipo: c, ambiente c02, gabinete aço inox, ajuste digital, painel de controle, programável, capacidade aproximada de 200 L, temperatura: até 50 °c, componentes até 3 bandejas, vedação, alarmes, com lâmpada uv, filtro partículas. Manual de instrução em português, registro na ANVISA, Assistência Técnica local, Garantia mínima de 01 ano, Bivolt. (BANCO DE LEITE - 02)(DPADE – 08)	UNID	10		

5	470424	FREEZER PARA ARMAZENAMENTO DE PLASMA FRESCO CONGELADO, Freezer vertical, capacidade: cerca de 500 l, características adicionais: até 8 gavetas, prateleiras, funções: microprocessado, alarme, usb, degelo automático, temperatura operação: -15°C a -35 °c, aplicação: laboratório, quantidade de portas. Manual de instrução em português, registro na ANVISA, Assistência Técnica local, Garantia mínima de 01 ano, 220v. (HEMOCENTRO)	UNID	3		
6	330832	MÚLTIPLO MARCADOR DE TEMPO, intervalo programação: 1 segundo a 99 horas, 59 minutos e 59 segundos, aplicação: laboratório, características adicionais: timer digital de 30 reações, tipo uso ligar e desligar automaticamente, características adicionais ciclo de programação diário. Manual de instrução em português, registro na ANVISA, Assistência Técnica local, Garantia mínima de 01 ano, bivolt. (DPADE)	UNID	20		
7	413587	MONTADORA LÂMINA HISTOLÓGICA AUTOMATIZADA, ajuste digital, c/ painel de controle, capacidade até 60 lâminas, volume meio montagem até 250 ml, memória de até 10 programas, adicional c/ sistema descarte lâminas, componentes c/ filtro e sistema exaustão; tensão: 100-240V, 50/60Hz. Manual de instrução em português, Assistência Técnica local, Garantia mínima de 01 ano, Treinamento, Instalação e registro junto a ANVISA. (LAPER)	UNID	2		
8	442099	PROCESSADOR DE LÂMINAS AUTOMATIZADO, equipamento laboratório, tipo processador de lâminas citológicas, ajuste digital, c/ painel de controle, programável, capacidade até 25 amostras/hora; Manual de instrução em português, Assistência Técnica local, Garantia mínima de 01 ano, Treinamento, Instalação, 220V e registro junto a ANVISA. (LAPER)	UNID	1		
VALOR TOTAL						

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

a) Dados cadastrais;

b) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;

c) Assinatura e data;

d) E-mail e número de telefone (válidos)

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Do local de entrega e horário:

Local	Endereço
Núcleo de Patrimônio/SESAU-RR	Rua Miguel Lupi Martins, nº 214, Bairro São Pedro, em Boa Vista-RR, CEP: 69.306 – 490.

Os itens deverão ser entregues, em horário de expediente (de 7h30min às 13h30min, horário local), sem ônus de frete para o Estado e acompanhados das respectivas notas fiscais, no local mencionado acima.

Prazo de instalação de equipamentos e treinamento:

A Empresa deverá seguir as datas de ações (Montagem, Instalação e Treinamento) conforme as exigências descritas no item, sem exceder 15 dias úteis, a contar da data do recebimento definitivo do produto quanto aos seguintes equipamentos dos itens relacionados na tabela abaixo;

TREINAMENTO e INSTALAÇÃO		MONTAGEM; TREINAMENTO E INSTALAÇÃO
ITEM	04	05

Quanto ao agendamento das ações detalhadas na tabela acima, ocorrerá através do Contato: **95 98402-4776** e/ou e-mail Institucional: **processos.cgae@saude.rr.gov.br**.