

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ Nº

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 20101.021987/2025.31

Eventual fornecimento de INSUMOS DO GRUPO 16 - TUBOS, para atender as Unidades de Saúde do Estado de Roraima.

INSUMOS G16 - TUBOS						
ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	APRESENTAÇÃO	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	459103	TUBO DE LÁTEX Nº 200. Material: Borracha de Látex Natural. Referência: Nº 200. Diâmetro Interno: cerca de 3mm. Esterilidade: resistente aos processos de limpeza e desinfecção. Rolo com cerca de 15 metros.	ROLO	220		
2	459095	TUBO DE SILICONE Nº 200. Material: Silicone Transparente. Referência: Nº 200. Diâmetro Interno: cerca de 3mm. Esterilidade: Autoclavável. Rolo com cerca de 15 metros.	ROLO	100		
3	459110	TUBO DE SILICONE Nº 204. Material: Silicone Transparente. Referência: Nº 204. Diâmetro Interno: cerca de 6mm. Esterilidade: Autoclavável. Rolo com cerca de 15 metros.	ROLO	1.000		
4	459114	TUBO DE SILICONE Nº 206. Material: Silicone Transparente. Referência: Nº 206. Diâmetro Interno: cerca de 8mm. Esterilidade: Autoclavável. Rolo com cerca de 15 metros.	ROLO	600		
5	451383	TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALÃO 6,5. Material:	UND	1.800		

		PVC Siliconizado Aramado. Modelo: Curva Magill. Calibre: 6,5mm. Tipo Ponta: c/ Ponta distal atraumática. Componente: Balão alto volume e baixa pressão. Radiopaco, graduado, conector padrão. Estéril e descartável.				
6	451380	TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALÃO 7. Material: PVC Siliconizado Aramado. Modelo: Curva Magill. Calibre: 7mm. Tipo Ponta: c/ Ponta distal atraumática. Componente: Balão alto volume e baixa pressão. Radiopaco, graduado, conector padrão. Estéril e descartável.	UND	2.900		
7	451373	TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALÃO 7,5. Material: PVC Siliconizado Aramado. Modelo: Curva Magill. Calibre: 7,5mm. Tipo Ponta: c/ Ponta distal atraumática. Componente: Balão alto volume e baixa pressão. Radiopaco, graduado, conector padrão. Estéril e descartável.	UND	2.860		
8	451385	TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALÃO 8. Material: PVC Siliconizado Aramado. Modelo: Curva Magill. Calibre: 8mm. Tipo Ponta: c/ Ponta distal atraumática. Componente: Balão alto volume e baixa pressão. Radiopaco, graduado, conector padrão. Estéril e descartável.	UND	3.930		
9	451379	TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALÃO 8,5. Material: PVC Siliconizado Aramado. Modelo: Curva Magill. Calibre: 8,5mm. Tipo Ponta: c/ Ponta distal atraumática. Componente: Balão alto volume e baixa pressão. Radiopaco, graduado, conector padrão. Estéril e descartável.	UND	1.800		
10	451323	TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 6. Material: PVC Siliconizado. Modelo: Curva Magill. Calibre: 6mm. Tipo Ponta: c/ Ponta distal atraumática e Orifício Murphy. Componente: Balão alto volume e baixa pressão. Radiopaco, graduado, conector padrão. Estéril e descartável.	UND	2.000		
11	451325	TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 6,5. Material: PVC Siliconizado. Modelo: Curva Magill. Calibre: 6,5mm. Tipo Ponta: c/ Ponta distal atraumática e Orifício Murphy. Componente: Balão alto volume e baixa pressão. Radiopaco, graduado, conector padrão. Estéril e descartável.	UND	2.100		

12	451321	TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7. Material: PVC Siliconizado. Modelo: Curva Magill. Calibre: 7mm. Tipo Ponta: c/ Ponta distal atraumática e Orifício Murphy. Componente: Balão alto volume e baixa pressão. Radiopaco, graduado, conector padrão. Estéril e descartável.	UND	3.500		
13	451314	TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7,5. Material: PVC Siliconizado. Modelo: Curva Magill. Calibre: 7,5mm. Tipo Ponta: c/ Ponta distal atraumática e Orifício Murphy. Componente: Balão alto volume e baixa pressão. Radiopaco, graduado, conector padrão. Estéril e descartável.	UND	3.600		
14	451327	TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8. Material: PVC Siliconizado. Modelo: Curva Magill. Calibre: 8mm. Tipo Ponta: c/ Ponta distal atraumática e Orifício Murphy. Componente: Balão alto volume e baixa pressão. Radiopaco, graduado, conector padrão. Estéril e descartável.	UND	4.500		
15	451320	TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8,5. Material: PVC Siliconizado. Modelo: Curva Magill. Calibre: 8,5mm. Tipo Ponta: c/ Ponta distal atraumática e Orifício Murphy. Componente: Balão alto volume e baixa pressão. Radiopaco, graduado, conector padrão. Estéril e descartável.	UND	3.000		
16	451319	TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 9. Material: PVC Siliconizado. Modelo: Curva Magill. Calibre: 9mm. Tipo Ponta: c/ Ponta distal atraumática e Orifício Murphy. Componente: Balão alto volume e baixa pressão. Radiopaco, graduado, conector padrão. Estéril e descartável.	UND	900		
17	451315	TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 9,5. Material: PVC Siliconizado. Modelo: Curva Magill. Calibre: 9,5mm. Tipo Ponta: c/ Ponta distal atraumática e Orifício Murphy. Componente: Balão alto volume e baixa pressão. Radiopaco, graduado, conector padrão. Estéril e descartável.	UND	800		
18	604877	TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 2. Material: PVC Siliconizado. Modelo: Curva Magill. Calibre: 2mm. Tipo Ponta: c/ Ponta distal atraumática e Orifício Murphy. Radiopaco, graduado, conector padrão. Estéril e descartável.	UND	2.200		
19	451283	TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 2,5. Material: PVC Siliconizado. Modelo: Curva Magill. Calibre: 2,5mm. Tipo Ponta: c/ Ponta distal atraumática e	UND	1.350		

		Orifício Murphy. Radiopaco, graduado, conector padrão. Estéril e descartável.				
20	451281	TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3. Material: PVC Siliconizado. Modelo: Curva Magill. Calibre: 3mm. Tipo Ponta: c/ Ponta distal atraumática e Orifício Murphy. Radiopaco, graduado, conector padrão. Estéril e descartável.	UND	1.200		
21	451285	TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,5. Material: PVC Siliconizado. Modelo: Curva Magill. Calibre: 3,5mm. Tipo Ponta: c/ Ponta distal atraumática e Orifício Murphy. Radiopaco, graduado, conector padrão. Estéril e descartável.	UND	1.000		
22	451286	TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 4. Material: PVC Siliconizado. Modelo: Curva Magill. Calibre: 4mm. Tipo Ponta: c/ Ponta distal atraumática e Orifício Murphy. Radiopaco, graduado, conector padrão. Estéril e descartável.	UND	300		
23	451282	TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 4,5. Material: PVC Siliconizado. Modelo: Curva Magill. Calibre: 4,5mm. Tipo Ponta: c/ Ponta distal atraumática e Orifício Murphy. Radiopaco, graduado, conector padrão. Estéril e descartável.	UND	200		
24	451284	TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 5. Material: PVC Siliconizado. Modelo: Curva Magill. Calibre: 5mm. Tipo Ponta: c/ Ponta distal atraumática e Orifício Murphy. Radiopaco, graduado, conector padrão. Estéril e descartável.	UND	450		
25	451287	TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 5,5. Material: PVC Siliconizado. Modelo: Curva Magill. Calibre: 5,5mm. Tipo Ponta: c/ Ponta distal atraumática e Orifício Murphy. Radiopaco, graduado, conector padrão. Estéril e descartável.	UND	500		
VALOR TOTAL						

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

- a) Dados cadastrais;**
- b) Prazo de entrega;**
- c) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- d) Assinatura, data e endereço;**

e) E-mail e número de telefone (válidos)

E-mail:

Telefone:

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA

O objeto deverá ser entregue no Almoxarifado da CGAF/SESAU, situado à Rua Tambaqui, nº 176, Santa Tereza – Boa Vista/RR, CEP: 69.314-065, Telefone: (95) 98406 - 1026, E-mail do Núcleo responsável pela gestão do contrato: nie.cgaf@saude.rr.gov.br , E-mail de agendamento das entregas: recebimento_sesrrr@hosplog.com.br, em dia e horário de expediente (segunda a sexta - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, horário local), sem ônus de frete para o Estado, e acompanhados das respectivas Notas Fiscais.

