

LOGO MARCA DA EMPRESA  
NOME COMERCIAL DA EMPRESA  
CNPJ N°

Ao  
Governo do Estado de Roraima  
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU  
Gerencia Especial de Cotação – GEC

**MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

PROCESSO N° 020601.008261/19-90 Eventual Aquisição de Aparelhos para realização de Testes de Triagem Neonatal (Teste da Orelhinha, do Olhinho e do Coraçãozinho), visando atender o Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré – HMINSN.

CARIMBO CNPJ N°

ITEM	Especificações	UND	QUANT.	V.UND	V.TOTAL
1	EQUIPAMENTO PORTÁTIL DE TRIAGEM DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS E POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFÁLICO INTEGRADOS EM UM ÚNICO EQUIPAMENTO; MENUS EM PORTUGUÊS; TOUCHSCREEN; MEMÓRIA PARA 250 TESTES; BATERIA EXTRA; PESO APROXIMADO DE 300 GRAMAS; DIMENSÕES: CUMPRIMENTO 23CM, LARGURA 7,3CM E ALTURA 3,4CM. KIT COMPLETO COM OLIVAS DE 37MM, 40MM, 45MM; PONTEIRAS DE SONDA; SOFTWARE PARA COMUNICAÇÃO COM PC, MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS; MÉDIA PONDERADA DE	UND	02		

LOGO MARCA DA EMPRESA  
NOME COMERCIAL DA EMPRESA  
CNPJ Nº

<p>RUÍDOS, CONTAGEM DE PICOS DE SINAL SIGNIFICATIVOS; <b>OBS:</b> O APARELHO DEVERÁ REALIZAR OS EXAMES ABAIXO DESCRITOS:</p> <p><b>- EXAME DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS TRANSIENTES:</b> TELA DE TESTE: FORMA DE ONDA MÉDIA, NÚM. DE PICOS DE TEOAE, ASSISTENTE DE AJUSTE DE SONDA, NÍVEL DE RUÍDO, NÍVEL DO ARTEFATO, NÍVEL DE ESTABILIDADE E PROGRESSO DE TESTE; TELA DE RESULTADOS: FORMA DE ONDA MÉDIA, NÚM. DE PICOS DE TEOAE E APROVADO/RESPOSTA CLARA OU REFERIR/SEM RESPOSTA CLARA GERAL. EM CASO DE REFERIR/SEM RESPOSTA CLARA, TAMBÉM ASSISTENTE DE AJUSTE DE SONDA, NÍVEL DE RUÍDO, NÍVEL DE ARTEFATO E NÍVEL DE ESTABILIDADE.</p> <p><b>- EXAME DE POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFÁLICO AUTOMÁTICO:</b> MÉTODO DE AVALIAÇÃO: MÉDIA PONDERADA DE RUÍDO E CORRESPONDÊNCIA DE MODELOS. ESTÍMULO: CHIRP DE 30, 35, 40 OU 45 DB NHL; TAXA DO CHIRP: 78-82 CHIRPS POR SEGUNDO (RANDOMIZADO); FAIXA DE TESTE DE IMPEDÂNCIA: 1 A 99K IMPEDÂNCIA ACEITÁVEL PARA TESTE: &lt; 12K CONTROLE DE IMPEDÂNCIA: ANTES DO</p>				
--	--	--	--	--

LOGO MARCA DA EMPRESA  
 NOME COMERCIAL DA EMPRESA  
 CNPJ Nº

	<p>TESTE E PERIODICAMENTE DURANTE O TESTE, O ESTÍMULO CONTINUA DURANTE O CONTROLE DE IMPEDÂNCIA;</p> <p>TELA DE TESTE: GRÁFICO ESTATÍSTICO, IMPEDÂNCIAS, DETECÇÃO DE PROBABILIDADE DE ABR, NÍVEL DE EEG E PROGRESSO DO TESTE;</p> <p>TELA DE RESULTADOS: GRÁFICO ESTATÍSTICO, IMPEDÂNCIA, NÍVEL DE EEG E APROVADO/RESPOSTA CLARA OU REFERIR/SEM RESPOSTA CLARA GERAL. ELETRODOS: ELETRODOS DE HIDROGEL DESCARTÁVEIS.</p>				
2	<p>CARACTERÍSTICAS OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TELA DE FÁCIL LEITURA COM INDICADOR DE PULSO;</li> <li>- RETRO ILUMINAÇÃO AJUSTÁVEL E DESENHO NO VISOR EM LCD PARA SPO2 E PULSO;</li> <li>- PORTÁTIL, LEVE E DE FÁCIL USO;</li> <li>- FAIXA DE MEDIÇÃO DE OXIGÊNIO DE 35% - 100%;</li> <li>- FAIXA DE MEDIÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 30 - 250BPM;</li> <li>- PACIENTES NEONATOS;</li> <li>- ALARMES PROGRAMÁVEIS DE SPO2 E PULSAÇÃO;</li> <li>- INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA O INDICADOR DE PULSAÇÃO;</li> <li>- INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA OS AVISOS;</li> <li>- AJUSTE DE VOLUME DO SOM;</li> <li>- CONEXÃO USB. (ACOMPANHA SOFTWARE PARA WINDOWS);</li> <li>- MEMÓRIA INTERNA, DATA/HORA E COMUNICAÇÃO COM PC;</li> <li>- UTILIZA QUATRO PILHAS AA (INCLUSO) COM OPÇÃO BATERIAS RECARREGÁVEIS (INCLUSO 1 BATERIA E O CARREGADOR);</li> <li>- INDICAÇÃO DA CARGA DA BATERIA, DATA E HORA.</li> </ul>	<u>UND</u>	04		

LOGO MARCA DA EMPRESA  
 NOME COMERCIAL DA EMPRESA  
 CNPJ Nº

3	<p><b>OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO</b></p> <p>AJUSTE DE PRECISÃO INDIVIDUAL DO RAIOS DE ILUMINAÇÃO <math>\pm 4</math> , ALÉM DO AJUSTE SINCRONIZADO DA CONVERGÊNCIA E AJUSTE PARALAX, PRECISA SELEÇÃO DA OBSERVAÇÃO E ILUMINAÇÃO ÓTICA PARA QUALQUER TAMANHO DE PUPILA, OTIMIZADA PARA MELHOR USO EM PUPILAS ABAIXO DE 1MM, DIFUSOR COM TAMANHOS DE PONTOS INTEGRADOS, PEQUENO, MÉDIO E GRANDE, 3 FILTROS INTEGRADOS: ISENTOS DE VERMELHO, AZUL COBALTO E AMARELO, CONJUNTO ÓTICO ABATÍVEL, DISTÂNCIA INTERPUPILAR AJUSTÁVEL INDEPENDENTE E ASSIMETRICAMENTE ENTRE 46 – 74MM, AJUSTE PARA CADA TAMANHO DE PUPILA, CABO DE CONEXÃO UNPLUGEDD MONTADO NA CINTA DE CABEÇA, CINTA DE CABEÇA MUITO MAIS LEVE E ACOLCHOADA, TRANSFORMADOR DE TOMADA (100-240V).</p> <p>LENTE DE 20 DIOPTRIAS E 30 DIOPTRIAS;</p>	<u>UND</u>	<u>01</u>		
4	<p><b>OFTALMOSCÓPIO DIRETO</b></p> <p>- HALOGÊNIO LÂMPADA HPX™ FORNECE LUZ PARA A COR DO TECIDO VERDADEIRO E DESEMPENHO DE LONGA DURAÇÃO;</p> <p>- ÓTICAS COAXIAIS PRODUZ UM PONTO SEM SOMBRAS, MAIS FÁCIL ENTRADA EM PUPILAS SEM DILATAÇÃO, E UM MAIOR CAMPO DE VISÃO EM RELAÇÃO AOS OFTALMOSCÓPIOS PADRÕES;</p> <p>- DETECTAR ABRASÕES DA CórNEA COM FILTRO AZUL COBALTO;</p>	<u>UND</u>	<u>07</u>		

LOGO MARCA DA EMPRESA  
NOME COMERCIAL DA EMPRESA  
CNPJ Nº

	<p>- FILTRO POLARIZADOR PRATICAMENTE ELIMINA A REFLEXÃO DA CÓRNEA; - ÓPTICAS SELADAS PROTEGER CONTRA A POEIRA E SUJEIRA; - 18 COMBINAÇÕES ORIGINAIS DE ABERTURA/FILTRO PARA MAIOR VERSATILIDADE; - FILTRO ISENTO DE VERMELHO PODE SER USADO COM QUALQUER ABERTURA; - 28 LENTES DE FOCAGEM COM UM INTERVALO DE -25 A +40 DIOPTRIAS.</p>				
<b>VALOR DA PROPOSTA</b>					

**VALIDADE DE 180 DIAS.**

**Favor mencionar os dados abaixo na proposta:**

- a) Dados cadastrais;**
- b) Marca do equipamento;**
- c) Prazo de entrega;**
- d) Validade da proposta;**
- e) demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**

---

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL