

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ Nº

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 20101.002572/2022.16

Eventual aquisição mesas cirúrgicas universais para atender o centro cirúrgico da rede de Urgência e Emergência, através de licitação.

ITEM	CATMAT	EQUIPAMENTO	QTD TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	404744	MESA CIRURGICA UNIVERSAL TIPO 1: CARATERÍSTICAS MÍNIMAS PARA AQUISIÇÃO: MESA CIRÚRGICA ELETROHIDRÁULICA: MÓDULO CIRÚRGICO MÓVEL, QUE PERMITA O POSICIONAMENTO DO PACIENTE NA POSIÇÃO NORMAL E REVERSA, COM CONTROLE AUXILIAR NA COLUNA DA MESA. TAMPO RÁDIO TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO COM NO MÍNIMO 05 SEÇÕES. SEÇÃO DA CABEÇA, SEÇÃO DE TRONCO, SEÇÃO DA BACIA, SEÇÕES DE PERNAS BIPARTIDAS, COM DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 300 MM. POSSIBILIDADE DE ORIENTAÇÃO DO PACIENTE INVERSA E NORMAL COM ROTAÇÃO DO TAMPO OU DE MONTAGEM DAS DISPOSIÇÕES DOS TAMPOS. ESTRUTURA COM 04 RODÍZIOS DUPLOS. SISTEMA DE TRAVAMENTO MECÂNICO. REVESTIMENTO DA BASE DA MESA FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO REFORÇADA, RESISTENTE À IMPACTOS E DESINFETANTES. TRILHOS LATERAIS EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE SUPORTAR O PESO DE 360KG EM POSIÇÃO NORMAL E 180 KG EM QUALQUER POSIÇÃO. CONTROLE REMOTO COM CABO E SISTEMA AUXILIAR DE EMERGÊNCIA, INTEGRADO À COLUNA DA MESA; ESTOFADOS DESTACÁVEIS E LAVÁVEIS PARA TODAS AS SEÇÕES. POSSUIR COLCHÃO COM, NO MÍNIMO, 80 MM DE ESPESSURA COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR VELCRO RADIOTRANSARENTE, CAPACIDADE DE PREVENÇÃO DE ULCERAS POR PRESSÃO, DEVE SER COMPOSTO POR UMA CÂMADA DE ESPUMA VISCOELASTICA E OUTRA DE MONÔMERO DE ETILENO PROPILNODIENO, PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO PESO DO PACIENTE, POSSUIR TECIDO LIVRE DE COSTURAS, COM SELAGEM POR ULTRASOM. COM VÁLVULA MEMBRANA SEMIPERMEÁVEL SITUADA NA PARTE INFERIOR DO COLCHÃO, PARA IMPEDIR A ENTRADA DE LÍQUIDOS E PERMITIR A SAÍDA DE AR. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COMUTÁVEL: 100 ATÉ 240 VAC, 50/60-HZ, BATERIAS INTERNAS RECARREGÁVEIS, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 SEMANA, COM 4 RODÍZIOS DUPLOS, COM SISTEMA DE FRENAGEM E TRAVAMENTO MECÂNICO. DIMENSÕES MÁXIMAS APROXIMADAS:	23		

		<p>COMPRIMENTO SEM A SEÇÃO DE CABEÇA: MÍNIMO DE 1600 MM, COMPRIMENTO COM A SEÇÃO DE CABEÇA: MÍNIMO DE 1900 MM, LARGURA COSTAS 540MM. MOVIMENTOS ELÉTRICOHIDRÁULICOS: ELEVAÇÃO E REGRESSO: MÍNIMO DE 600 MM DE REGRESSO A 950 MM DE ELEVAÇÃO; LATERALIDADE (INCLINAÇÃO) ESQUERDA E DIREITA DE NO MÍNIMO 15°, TREDELEMBURG DE NO MÍNIMO 25° TREDELEMBURG REVERSO DE NO MÍNIMO 25°, MOVIMENTO DE DORSO DE NO MÍNIMO 70° PARA CIMA E 40° PARA BAIXO. ACESSÓRIOS: 01 ARCO DE NARCOSE; 01 APOIO DE PERNAS BIPARTIDO COM DUPLA ARTICULAÇÃO; 01 CONJUNTO DE ESTOFADOS; 01 PAR DE APOIOS DE BRAÇOS DE NO MÍNIMO 450 MM DE COMPRIMENTO; 01 FIXADOR RADIAL, APOIO DE CABEÇA DUPLA ARTICULAÇÃO; 01 PLACA DE EXTENSÃO PARA AS COSTAS COM SISTEMA DE FÁCIL ENCAIXE;</p>			
02	417574	<p>MESA CIRURGICA UNIVERSAL TIPO 2: CARATERÍSTICAS MÍNIMAS PARA AQUISIÇÃO: MESAS CIRÚRGICAS. O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR O POSICIONAMENTO DO PACIENTE NA POSIÇÃO NORMAL E REVERSO E LIVRE ACESSO PARA TODOS OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS NOS PACIENTES INCLUSIVE EM PACIENTES COM OBESIDADE • MESA CIRÚRGICA COM TAMPO RADIO TRANSPARENTE EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM INTERFERÊNCIA METÁLICA E OUTRAS BARREIRAS NO EIXO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL NO TAMPO DA MESA, EXCLUINDO A COLUNA CENTRAL E O EIXO LATERAL DO TAMPO (TRILHO), COM BASE MÓVEL ATRAVÉS DE 4 RODÍZIOS DUPLOS E GIRATÓRIOS COM TRAVA, COM SECCÕES DO TAMPO DA MESA NO MÍNIMO 5 (CINCO) SECCÕES DE QUEBRA, COM INVERSO DO TAMPO PARA POSIÇÃO DO PACIENTE NORMAL (ANTERIOR/POSTERIOR) E INVERSA NA SEGUINTE CONFIGURAÇÃO DE MONTAGEM DA MESA CIRÚRGICA: O 1ª SECCÃO: CABEÇA COM AJUSTES DE INCLINAÇÃO MANUAL; O 2ª SECCÃO: TRONCO (PLACA DE EXTENSÃO DORSAL); O 3ª E 4ª SECCÃO: ACENTO COM MOVIMENTAÇÃO ELÉTRICA OU ELETRO-HIDRÁULICA; O 5ª SECCÃO: PERNAS BIPARTIDAS (DIREITA E ESQUERDA), COM MOVIMENTAÇÃO ELÉTRICA OU ELETRO-HIDRÁULICA. • A MESA DEVE PROVER INDICAÇÃO DE ERRO ATRAVÉS DE SINAIS SONOROS E/OU SINAL LUMINOSO NA COLUNA DA MESA; • TRILHOS DE APOIO DE ACESSÓRIOS: O LATERAIS EM AÇO INOXIDÁVEL PARA TODAS AS SECCÕES; • ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V 60HZ; • ESTRUTURA DA MESA EM AÇO CROMO NÍQUEL, AÇO OU ALUMÍNIO; • REVESTIMENTO DA BASE EM AÇO INOXIDÁVEL OU LIGA DE ALUMÍNIO; • SISTEMA DE FRENAGEM DAS 04 RODAS DEVE SER MECÂNICO ACIONADOS POR UM SÓ PEDAL E/OU ELÉTRICO, GARANTINDO A FRENAGEM TOTAL DA MESA; • BATERIAS INTERNAS RECARREGÁVEIS, COM AUTONOMIA PARA USO INTERMITENTE NO PERÍODO DE 05 (CINCO) DIAS; • CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DA MESA CIRÚRGICA 450KG EM POSIÇÃO NORMAL; • CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DA MESA CIRÚRGICA QUANDO POSICIONADA EM POSIÇÃO REVERSA: MÍNIMO 160 KG; • A MESA DEVE SER ACIONADA POR CONTROLE REMOTO POR FIOS E A MESA DEVE POSSUIR DUAS ENTRADAS PARA ACOPLAMENTO DO CONTROLE, PELO LADO DIREITO E ESQUERDO; CONTROLE REMOTO DEVERÁ POSSUIR INTERFACE INTUITIVA ONDE O OPERADOR POSSA IDENTIFICAR AS FUNÇÕES; • A MESA DEVE POSSUIR UM SEGUNDO SISTEMA DE CONTROLE FIXADO NA COLUNA OU LATERAL DA MESA QUE EXECUTE OS COMANDOS: O ELEVAÇÃO/REGRESSO DO TAMPO; O TRENDELEMBURG/TRENDELEMBURG REVERSO; O INCLINAÇÃO LATERAL DIREITA/ESQUERDA; O TECLA DE SEGURANÇA QUE NIVELA O TAMPO DA MESA AUTOMATICAMENTE (POSIÇÃO ZERO); O MOVIMENTO DO SEGMENTO DO DORSO (ELEVAÇÃO E REGRESSO); O INDICAÇÃO DE RECARGA DAS BATERIAS; O INDICAÇÃO LIGADO/DESLIGADO; O MOVIMENTO DE FLEXÃO E REFLEXÃO DO TAMPO; • MOVIMENTOS MÍNIMOS ACIONADOS PELO CONTROLE REMOTO: O ELEVAÇÃO/REGRESSO DO TAMPO; O TRENDELEMBURG/TRENDELEMBURG REVERSO; O INCLINAÇÃO LATERAL DIREITA/ESQUERDA; O TECLA DE SEGURANÇA QUE NIVELA O TAMPO DA MESA AUTOMATICAMENTE</p>	2		

	<p>(POSIÇÃO ZERO); O MOVIMENTO DO SEGMENTO DO DORSO (ELEVAÇÃO E REGRESSO); O DESTRAVAMENTO DO DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DO TAMPO (PARA MESAS COM QUE POSSUEM ESTE RECURSO E NO CASO DE MESAS DE COLUNA EXCÊNTRICA NÃO É NECESSÁRIO); O INDICAÇÃO DE RECARGA DAS BATERIAS; O INDICAÇÃO LIGADO/DESLIGADO; O MOVIMENTO DE FLEXÃO E REFLEXÃO DO TAMPO; • MOVIMENTOS DE DESLOCAMENTOS ELÉTRICOS E/OU ELETRO-HIDRÁULICO MOTORIZADOS MÍNIMO, CONSIDERANDO O EIXO DE REFERÊNCIA O TAMPO DA MESA CIRÚRGICA; O ELEVAÇÃO DO PISO A SUPERFÍCIE DO TAMPO DE NO MÍNIMO 950 MM O REGRESSO DO PISO A SUPERFÍCIE DO TAMPO ENTRE 600 MM A 700 MM O LATERALIDADE (INCLINAÇÃO) ESQUERDA E DIREITA: 20° O TRENDELEMBURG: 25° O TRENDELEMBURG REVERSO: 30° O MOVIMENTO DE DORSO: 70° PARA CIMA E 40° PARA BAIXO O PERNEIRAS: 80° PARA CIMA E 90° PARA BAIXO. • MOVIMENTOS DE DESLOCAMENTOS MANUAIS MÍNIMOS: O LONGITUDINAL: 270MM (EXCLUEM-SE DA OBRIGATORIEDADE AS MESAS DE COLUNA EXCÊNTRICA, OU SEJA, COLUNA DESCENTRALIZADAS AO EIXO DO TAMPO); • LATERAIS EM AÇO INOXIDÁVEL PARA TODAS AS SEÇÕES; • DIMENSÕES MÍNIMAS DO TAMPO DA MESA: O COMPRIMENTO DA MESA: 2120MM, CONSIDERANDO APOIO DE CABEÇA E PERNEIRA; O LARGURA DA MESA: MÍNIMA DE 520MM (EXCLUINDO AS GUIAS LATERAIS); O LARGURA DA MESA: MÍNIMA CONSIDERANDO AS GUIAS LATERAIS: 580 MM • ALMOFADAS COM ESPESSURA DE 80MM, DESENVOLVIDA PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO, COMPOSTO DE UMA CAMADA DE ESPUMA VISCO ELÁSTICA; • MONTAGEM DOS MÓDULOS DO TAMPO DA MESA (EXCEÇÃO PLACA DE CABEÇA) COM ENCAIXE RÁPIDO E POSSIBILIDADE DE TRAVAMENTO; • POSSIBILIDADE DE ORIENTAÇÃO DO PACIENTE NA POSIÇÃO INVERSA E NORMAL COM MONTAGEM DAS DISPOSIÇÕES DOS TAMPOS OU ATRAVÉS DA ROTAÇÃO DO TAMPO EM 180° E COM CONFIRMAÇÃO DO SENTIDO DE POSIÇÃO NO CONTROLE REMOTO OU NA COLUNA DA MESA. • ACESSÓRIOS: O APOIO DE BRAÇOS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 450 MM, COM MOVIMENTO SEMICIRCULAR E COM COLCHÃO; O ARCO DE NARCOSE O CINTA PARA FIXAÇÃO DO PACIENTE.</p>			
--	---	--	--	--

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

- a) Dados cadastrais;**
- b) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- c) Assinatura e data;**
- d) E-mail e número de telefone (válidos)**

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA:

O objeto deste Estudo Técnico Preliminar - ETP, deverá ser entregue no **NÚCLEO DE ALMOXARIFADO – SESAU/RR, SITUADO Á RUA MIGUEL LUPI MARTINS, Nº 214, BAIRRO SÃO PEDRO, EM BOA VISTA-RR, CEP: 69.306-490, em dia e horário de expediente (segunda a sexta - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, horário local)**, sem ônus de frete para o Estado, e acompanhados das respectivas Notas Fiscais e cópia do Empenho, no descritivo da nota fiscal deverá conter o número do contrato e o número do processo;

A Contratada deverá entrar em contato tanto pelos telefones: **(095) 98414-4490; (095) 98414-4484**, como também pelo e-mail: **cgue@saude.rr.gov.br**, com cópias para o e-mail: **np2.cgue@saude.rr.gov.br**, para informar o dia da entrega e o horário previsto, deverá ser comunicado com 5 (cinco) dias úteis antes da entrega, para que sejam comunicados a equipe de recebimento, para deslocamento a unidade onde será realizada a entrega.

INSTALAÇÃO, MONTAGEM E TREINAMENTO:

A tabela acima aponta quais equipamentos deverão ser montados, instalados e que serão necessários a realização dos treinamentos para uso;

A contratada deverá realizar treinamento para os servidores designados pelo **HOSPITAL GERAL DE RORAIMA - HGR, HOSPITAL MATERNO INFANTIL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - HMINSN e HOSPITAL REGIONAL SUL GOV. OTTOMAR DE SOUZA PINTO – HRSGOSP, em dia e horário de expediente (segunda a sexta - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, horário local)** com o objetivo de orientar a correta utilização do Equipamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de instalação, com a carga horária mínima de 04 (quatro) horas, não será aceito treinamento a distância, se faz necessário a presença de representante ou técnico qualificado designado pela empresa contratada para ministração de treinamento;