

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ Nº

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 20101.005997/2020.15

Aquisição de equipamento/material permanente, para atender as necessidades do Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth – HMINSN.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	BIOMBO PUMBLÍFERO: EM AÇO OU ALUMÍNIO, TIPO CURVO, ESPESSURA DE 02 MM. GARANTIA MÍNIMA DE 12(doze) meses.	427763	UND	1		
02	RÉGUA DE GASES (ASSITÊNCIA RESPIRATÓRIA DE PAREDE): ATÉ 3 PONTOS ABERTURA FRONTAL: BASCULANTE; C/ VÁLVULA DE IMPACTO DE DUPLO ESTÁGIO; S/ SUPORTE DE MONITOR; S/ SUPORTE DE BOMBA DE INFUSÃO; S/ SUPORTE DE SORO; TOMADA ELÉTRICA ATÉ 5 PONTOS; TOMADA LÓGICA/CHAMADA DE ENFERMAGEM ATÉ 3 PONTOS/COM CHAMADA DE ENFERMAGEM; MATERIAL DE CONFECÇÃO EM ALUMÍNIO. GARANTIA MÍNIMA DE 12(doze) meses.	376352	UND	46		
03	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL: EQUIPAMENTO POSSUI CÚPULA CONSTRUÍDA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM PAREDES DUPLAS EM TODA SUA SUPERFÍCIE PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE CONTRA PERDA DE CALOR. BASE EM MATERIAL PLÁSTICO, POSSUIR ALÇAS PARA TRANSPORTE E DOIS SUPORTES PARA CILINDROS DE GASES MEDICINAIS. PORTA DE ACESSO FRONTAL E OUTRA PORTA DE ACESSO LATERAL, AMBAS COM PAREDES DUPLAS; POSSUIR PORTINHOLAS COM MANGA PUNHO E GUARNIÇÕES AUTOCLAVÁVEIS EM SILICONE ATÓXICO; 1 PORTINHOLA TIPO ÍRIS PARA PASSAGEM DE TUBOS E DRENOS. PARA-CHOQUE QUE PROTEGE TODO O PERÍMETRO DA INCUBADORA. DEVE POSSUIR LEITO REMOVÍVEL EM MATERIAL PLÁSTICO ANTIALÉRGICO COM DIMENSÕES QUE PERMITAM ADEQUADA ERGONOMIA PARA CINTOS DE	443212	UND	1		

	<p>SEGURANÇA EM MATERIAL MACIO E RESISTENTE, DE FÁCIL AJUSTE. DEVE POSSUIR COLCHÃO REMOVÍVEL, IMPERMEÁVEL E DE MATERIAL ATÓXICO E AUTO-EXTINGUÍVEL COM ESPUMA COM DENSIDADE ADEQUADA, SEM COSTURA, Prensada e capa removível. ENTRADA DE OXIGÊNIO SEM DESPEJO DE GÁS PARA A ATMOSFERA, PERMITINDO ALTA EFICIÊNCIA, ECONOMIA E PROTEÇÃO, ACOPLADA A SUPORTE COM ALTURA AJUSTÁVEL, COM RODÍZIOS E FREIOS. UMIDIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ESPUMA SOB O LEITO. ILUMINAÇÃO AUXILIAR COM HASTE FLEXÍVEL PARA AJUSTE DO FOCO. DEVE POSSUIR FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICO. PAINEL DE CONTROLE DEVE PROPORCIONAR A MONITORIZAÇÃO TÉRMICA DO AMBIENTE DO PACIENTE, POSSUIR CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA DE AR DO AMBIENTE INTERNO DA INCUBADORA E CONTROLE DE TEMPERATURA DO NEONATO MEDIANTE UM SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE. DEVE POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E FALTA DE ENERGIA DA BATERIA, BATERIA EM CARREGAMENTO, FALTA DE CIRCULAÇÃO DE AR, ALTA/BAIXA TEMPERATURA DO AR, SENSOR DO RN DESCONECTADO, HIPOTERMIA/HIPERTERMIA, INDICAÇÃO DO MODO DE ALIMENTAÇÃO, INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS DO AR. DEVE POSSUIR INDICAÇÃO VISUAL DO STATUS LIGADO/DESLIGADO DO APARELHO; DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 4 HORAS; CARREGADOR AUTOMÁTICO DO TIPO FLUTUANTE INCORPORADO. ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: CARRO DE TRANSPORTE TIPO MACA, COM ALTURA AJUSTÁVEL, RESISTENTE À CHOQUES MECÂNICOS, ACOPLÁVEL À AMBULÂNCIA, 2 CILINDROS EM ALUMÍNIO TIPO D OU E PARA OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO COM VÁLVULA REDUTORA E MANÔMETRO, SUPORTE DE SORO COM ALTURA AJUSTÁVEL, PRATELEIRA PARA COLOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS; CABOS DE LIGAÇÃO, TUBO DE OXIGÊNIO COM REGULADOR E FLUXÔMETRO, COLCHONETE CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12(doze) meses.</p>					
04	<p>OXIMETRO DE PULSO: PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR. GARANTIA MÍNIMA DE 12(doze) meses.</p>	458775	UND	4		
05	<p>APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA): S/ BERÇO EM ACRÍLICO; ILUMINAÇÃO EM LED; PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO; C/ AJUSTE DE IRRADIÂNCIA. GARANTIA MÍNIMA DE 12(doze) meses.</p>	443120	UND	3		

06	<p>BERÇO PARA RECÉM-NASCIDO COM FOTOTERAPIA REVERSA: BERÇO EM ACRÍLICO MONTADO SOBRE CARRO DE TRANSPORTE MÓVEL COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE NO MÍNIMO 4 POLEGADAS, COM FREIOS. FONTE DE LUZ COM UM CONJUNTO DE LÂMPADAS LED COM EMISSÃO NO ESPECTRO AZUL FOCADO EM 455NM DISPOSTAS NA BASE DE BERÇO EM ACRÍLICO. ABERTURA SUPERIOR RECEBE A SOBREPOSIÇÃO DE UMA LÂMINA ARQUEADA, COM A SUPERFÍCIE INTERNA REFLETORA, DE MODO A JOGAR A LUZ DE VOLTA PARA O PACIENTE. POSSIBILIDADE DE AJUSTE DA INTENSIDADE DE IRRADIAÇÃO EM TODAS AS DIREÇÕES. LEITO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM COLCHÃO DE GEL MOLDADO, VULCANIZADO E MACIO COM CAPA PROTETORA TRANSPARENTE QUE PERMITE A PASSAGEM DA IRRADIAÇÃO DA FONTE PARA O PACIENTE SEM OFERECER RISCOS AO PACIENTE. DISPLAY ALFANUMÉRICO E CONTROLE MICROPROCESSADO PARA MÚLTIPLAS FUNÇÕES. SAÍDA RS232 PARA IMPRESSORA/COMPUTADOR. POSSUIR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA ALTAS TEMPERATURAS; POSSUIR CESTO PARA COLOCAÇÃO DE OBJETOS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12(doze) meses.</p>	443207	UND	5		
07	<p>CILINDRO DE GASES MEDICINAIS: C/ VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO; CONFECIONADO EM AÇO; CAPACIDADE DE 3 ATÉ 10L. GARANTIA MÍNIMA DE 12(doze) meses.</p>	422843	UND	7		
08	<p>BISTURI ELÉTRICO (A PARTIR DE 151 w): GERADOR COM POTÊNCIA DE 300W, MICROCONTROLADO POR MICROPROCESSADORES CAPAZ DE LER A IMPEDÂNCIA DOS TECIDOS NOS MODOS BIPOLAR E CORTE, ALTERANDO A VOLTAGEM E A CORRENTE, MANTENDO ASSIM A CONSISTÊNCIA DA POTÊNCIA NOS DIFERENTES TIPOS DE TECIDOS, ISSO REDUZ A DISPERSÃO TÉRMICA NOS TECIDOS ADJACENTES. DEVE POSSUIR TECNOLOGIA QUE PROTEJA O PACIENTE CONTRA QUEIMADURAS EM LOCAIS ALTERNATIVOS, PRINCIPALMENTE COM O USO DE ELETRODOS DE ECG. OS CONTROLES DE ENERGIA PODEM SER AJUSTADOS ATRAVÉS DOS PAINÉIS COM MEMBRANAS A PROVA D ÁGUA COM LEITURA DIGITAL DE POTÊNCIA. AÇIONAMENTO DE ENERGIA ATRAVÉS DA CANETA MONOPOLAR E ATRAVÉS DOS PEDAIS. AJUSTES INDEPENDENTES DAS FUNÇÕES E DAS SAÍDAS DE ENERGIA MONOPOLAR. PODERÁ SER UTILIZADO EM PEQUENAS, MEDIAS E GRANDES CIRURGIAS, CIRURGIAS CONVENCIONAIS E VIDEOCIRURGIA. PARA OS MODOS DE CORTE, COAGULAÇÃO E BIPOLAR EM CIRURGIAS LAPAROSCÓPICAS. AS SAÍDAS DE CORTE BAIXO E COAGULAÇÃO BAIXA UTILIZAM VOLTAGENS MAIS BAIXAS PARA REDUZIR OS RISCOS DA ELETROCIRURGIA. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: MEMORIZA A ÚLTIMA POTÊNCIA EM CASO DE INTERRUPÇÃO CIRÚRGICA, PERMITE DOIS CIRURGIÕES COAGULAREM SIMULTANEAMENTE, MÓDULOS MONOPOLARES E BIPOLAR INDEPENDENTES, PERMITE O USO DE PEDAL MONOPOLAR E BIPOLAR, PERMITE O USO DE PINÇAS MONOPOLARES, MONITORA O CONTROLE DE IMPEDÂNCIA NO ELETRODO DE RETORNO DO PACIENTE (PLACA). MODOS DE OPERAÇÃO: BIPOLAR (BAIXO, MÉDIO E MACRO), MONOPOLAR (CORTE E COAGULAÇÃO). O</p>	459780	UND	2		

	EQUIPAMENTO DEVE DISPOR DE DUAS SAÍDAS MONOPOLARES (CANETAS E VIDEOCIRURGIA), UMA SAÍDA BIPOLAR E UMA ENTRADA PARA USO DE PLACAS DESCARTÁVEIS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO GERADOR: CORTE PURO (300W), BLEND 1 (200W), COAGULAÇÃO (120W), COAGULAÇÃO (120W - BAIXA POTÊNCIA) E BIPOLAR (70W). DEVE POSSUIR REGULADOR DE ALARME SONORO. DEVE SER COMPATÍVEL COM SISTEMA DE GÁS ARGÔNIO. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CARRO DE TRANSPORTE, 01 PEDAL MONOPOLAR, 01 PEDAL BIPOLAR, 01 CABO PARA ELETRODO DE RETORNO PACIENTE/PLACA E 01 ADAPTADOR UNIVERSAL PARA CIRURGIA LAPAROSCÓPICA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.GARANTIA MÍNIMA DE 12(doze) meses.					
09	COLUNA RETRÁTIL: COLUNA RETRÁTIL PARA SALAS DE CIRURGIA COM SAÍDAS PARA GASES, VÁCUO E TOMADAS ELÉTRICAS; CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPÓXI OU ALUMÍNIO ANODIZADO OU CROMATIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; SAÍDA PARA GASES MÍNIMA DE: 02 (DOIS) OXIGÊNIO, 02 (DOIS) AR COMPRIMIDO E 01 (UM) VÁCUO, 01 (UM) PONTO DE OXIDO NITROSO; DEVE TAMBÉM POSSUIR MÍNIMO 05 PONTOS DE TOMADAS ELÉTRICAS PADRÃO PARA 110V OU 220V, SEGUINDO NORMAS ABNT. GARANTIA MÍNIMA DE 12(doze) meses.	417570	UND	3		
10	CARRO MACA SIMPLES: EM AÇO INOXIDAVEL; C/ SUPORTE PARA SORO; C/ COLCHONETE; C/ GRADES LATERAIS; GARANTIA MÍNIMA DE 12(doze) meses.	463247	UND	20		
11	ESPAIDAR EM MADEIRA (BARRA/ ESCADA DE LING): EM MADEIRA, S/ REGULAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 12(doze) meses.	363443	UND	9		
12	LAVADORA DE PIPETAS: CONJUNTO CONTENDO 04 PEÇAS FABRICADAS EM PLÁSTICO DE PVC RÍGIDO, INERTE À AÇÃO DE MISTURAS SULFOCRÔMICAS E DE OUTRAS SOLUÇÕES DE LIMPEZA, COM CAPACIDADE PARA 150 PIPETAS DE 10ML OU 250 PIPETAS DE 05ML.SENDO 02 DEPÓSITOS PARA SOLUÇÃO DE LIMPEZA, 01 CESTO PERFURADO PARA PIPETAS, 01 DEPÓSITO SIFÃO LAVADOR. GARANTIA MÍNIMA DE 12(doze) meses.	420491	UND	1		
13	RESFRIADOR RÁPIDO PARA LACTÁRIO: RESFRIADOR RÁPIDO DE ALTÍSSIMA CAPACIDADE DE TROCA E ESTABILIDADE TÉRMICA. DOTADO DE UNIDADE COMPRESSORA COMPACTA, MODULADA COM CONTROLADOR DE FUNCIONAMENTO DE TEMPERATURA E SENSOR DE ALTA SENSIBILIDADE, PRECONIZADO NAS NORMAS GERAIS DE BANCO DE LEITE HUMANO. BOMBA RECIRCULANTE ACOPLADA. TOTALMENTE EM AÇO INOX, ESTRUTURA MONOBLOCO, COM CUBA POLIDA E CANTOS ARREDONDADOS, SERPENTINA EM COBRE, FIXADA INTERNAMENTE EM CONTATO DIRETO COM ÁGUA. CUBA ISOLADA TERMICAMENTE. DRENAGEM DA ÁGUA COM SAÍDA INFERIOR DA CUBA E DESCARGA LATERAL E REGISTRO DE FECHAMENTO RÁPIDO. PERMITINDO A REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 FRASCOS DE LEITE DE 300 ML. DIMENSÕES EXTERNAS	437342	UND	2		

	<p>APROXIMADAS: 375 MM. X 540MM. X 900MM. (ALT. X PROF. X LARG.) CUBA: 240 MM. X 490 MM. X 590 MM. (ALT. X PROF. X LARG.) POTÊNCIA 200 WATTS 220 VOLTS (MONOFÁSICO). ASSISTÊNCIA TÉCNICA. GARANTIA DE 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.; CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; C/ BOMBA RECIRCULANTE E CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL. CAPACIDADE DE 20L A 40L PARA BANCADA. GARANTIA MÍNIMA DE 12(doze) meses.</p>					
14	<p>GELADEIRA/REFRIGERADOR: CAPACIDADE DE 260 A 299 L, 2 PORTAS, COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V, SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA DA CATEGORIA 'A OU B', FUNÇÃO DEGELO - DESCONGELAR, PUXADORES EXTERNOS RESISTENTES, ILUMINAÇÃO INTERNA, PRATELEIRAS DAS PORTAS REMOVÍVEIS PARA LIMPEZA, TERMOSTATO QUE PERMITA O AJUSTE DA TEMPERATURA NO INTERIOR DO EQUIPAMENTO, PRATELEIRAS INTERNAS ARAMADAS E COM ALTURA REGULÁVEL, PÉS NIVELADORES. GARANTIA MÍNIMA DE 12(doze) meses.</p>	448286	UND	2		
15	<p>BURETA AUTOMÁTICA: DISPLAY EM LCD COM CAPACIDADE DE 50 ML. PERMITE TITULAÇÕES CONTÍNUAS, CORPO EXTERNO DO PISTÃO EM BOROSILICATO, PISTÃO DE DOSAGEM EM PTFE E CALIBRAÇÃO SIMPLES. AUTONOMIA PARA MAIS DE 60.000 TITULAÇÕES, PARTE EM CONTATO COM O LÍQUIDO AUTOCLAVÁVEIS, EXATIDÃO MENOR 0,2 POR CENTO, PRECISÃO MENOR 0,1 POR CENTO E RESOLUÇÃO 0,01 ML. BATERIA DE 3.6 A LITHIUM. ACOMPANHA ADAPTADORES ROSQUEÁVEIS DE 33, 38 E 45 MM DE DIÂMETRO, NÃO ACOMPANHA FRASCO ÂMBAR. GARANTIA MÍNIMA DE 12(doze) meses.</p>	421040	UND	1		
16	<p>FREEZER PARA BANCO DE LEITE: FREEZER VERTICAL PARA BANCO DE LEITE: CARACTERÍSTICAS: CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL): A OU B; CAPACIDADE: ATÉ 200 A 400 LITROS; CESTOS DESLIZANTES E REMOVÍVEIS; PÉS NIVELADORES: SIM; TIPO DE DEGELO: FROST-FREE; NÚMERO DE PORTAS: 01; ISOLAMENTO A VÁCUO E ANTI-EMBASSAMENTO; ILUMINAÇÃO INTERNA; VOLTAGEM: 220V. ACOMPANHA: MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. ACESSÓRIOS: SISTEMA PARA MONITORAMENTO DE TEMPERATURA. GARANTIA MÍNIMA DE 12(doze) meses.</p>	376977	UND	3		
17	<p>BOMBA ELÉTRICA PARA SUCCÃO DE LEITE: EQUIPAMENTO ELÉTRICO E PORTÁTIL. DEVE POSSUIR NÍVEL DE SUCCÃO AJUSTÁVEL. PRODUTO LIVRE DE BISFENOL-A (BPA). DEVE POSSUIR NO MÍNIMO: 01 MOTOR, 01 FRASCO DE NO MÍNIMO 120 ml COM TAMPA, 01 VÁLVULA, 01 MEMBRANAS, 01 BASE DO FRASCO, 01 TAMPA DE PROTEÇÃO.GARANTIA MÍNIMA DE 12(doze) meses.</p>	330161	UND	10		
18	<p>DEIONIZADOR: CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS POR HORA. PERMITE O USO DE PÓS-FILTROS COMO OS BACTERIOLÓGICOS DE 0,2 µM. ÁGUA POTÁVEL COM CONDUTIVIDADE 125 µS/CM. CONFECCIONADO EM POLIETILENO REVESTIDO EXTERNAMENTE COM FIBERGLASS; QUALIDADE CONDUTIVIDADE VARIÁVEL 0,7 A 4,0 µS/CM; SÍLICA TOTAL MÁXIMA < 0,1 PPM; ELETRÓLITOS TOTAIS</p>	452468	UND	1		

	DISSOLVIDOS < 1 PPM; PH 5,0 A 8,0. POSSUIR SISTEMA PARA ENCAIXE DAS MANGUEIRAS, TANTO DE ENTRADA COMO DE SAÍDA DE ÁGUA, QUE PERMITA CONEXÃO E DESCONEXÃO RÁPIDA E SEGURA PROPORCIONANDO MANUTENÇÃO PERIÓDICAS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V (MONOFÁSICO). GARANTIA MÍNIMA DE 12(doze) meses.					
19	CALANDRA DE ALTA PRODUÇÃO (COM CILINDRO ACIMA DE 2 METROS): CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA PASSAGEM DE TECIDOS PLANOS. CALANDRA COM UM CILINDRO PRINCIPAL DE NO MÍNIMO 0,45 M DE DIÂMETRO E 2,5 M DE COMPRIMENTO, EM AÇO CARBONO OU SUPERIOR, COM SUPERFÍCIE AQUECIDA, ENVOLTO POR CONJUNTO DE CILINDROS DE MENOR DIÂMETRO, REVESTIDO DE MATERIAL ABSORVENTE E ESTEIRAS DE TRANSPORTE. AQUECIMENTO A GÁS, VAPOR OU ELÉTRICO. PAINEL DE COMANDO COM CONTROLE DE TEMPERATURA, BOTÃO SELETOR COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA QUE PERMITE O AJUSTE DA VELOCIDADE DE OPERAÇÃO E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE REVERTE O CILINDRO CASO O OPERADOR TOQUE A GRADE DE PROTEÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12(doze) meses.	218737	UND	1		
20	LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 50 KG): ESTRUTURA EXTERNA EM AÇO INOX/AÇO; C/ PAINEL DE COMANDO; C/ BARREIRA SANITÁRIA; C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA; C/ FREIO DE PARADA; CESTO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL; CAPACIDADE DE 51 A 100 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12(doze) meses.	133760	UND	1		
21	NEBULIZADOR PORTÁTIL: NEBULIZADOR, TIPO ULTRASSONICO, MODELO DE MESA, AJUSTE COM INTERRUPTOR LIGA DESLIGA, MATERIAL: COMPRESSOR C; GABINETE PLASTICO, COMPONENTES C NO MÍNIMO MASCARA, TRAQUEIA, COMPONENTES 1: C. COPOS DE MEDICAÇÃO DESCARTAVEIS. GARANTIA NO PRAZO MÍNIMO DE 12 MESES. GARANTIA MÍNIMA DE 12(doze) meses.	435789	UND	7		
22	LANTERNA CLÍNICA: EM CORPO DE AÇO INOXIDÁVEL, COM CANETA TIPO LED, COM CLIP PARA PRENDER NO BOLSO OU EM BOLSAS; LUZ BRANCA ULTRA BRILHANTE, LENTE PARA CONCENTRAR O FOCO, LED COM DURAÇÃO DE 100 MIL HORAS; ALIMENTAÇÃO: COM 1 PILHA AAA (PALITO). GARANTIA MÍNIMA DE 12(doze) meses.	469954	UND	22		
23	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL: FIBRA DE VIDRO OU OUTRO MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; PARA ATÉ 120 KG; EQUIPADO COM UMA BACIA DE ALUMÍNIO PARA COLETA DE LÍQUIDOS E PLACENTA; ABERTA NA FRENTE, VISUALIZANDO TODO O PROCESSO DO PARTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12(doze) meses.	432565	UND	42		
24	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO: MATERIAL DE CONFECÇÃO EM TECIDO DE ALGODÃO; BRAÇADEIRA COM FECHO DE METAL. GARANTIA MÍNIMA DE 12(doze) meses.	434220	UND	20		
25	AMNIOSCÓPIO: COM 3 PONTAS EM MATERIAL ESTERILIZADO. CORPO CONFECCIONADO EMAÇO INOXIDÁVEL, CILÍNDRICO, SÓLIDO, CÔNICO, PONTAS EM MATERIAL ESTERILIZÁVEL, LENTES PARA AUMENTO DA IMAGEM INTEGRADA AO	430473	UND	5		

	EQUIPAMENTO, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADAS LED. DEVERÁ POSSUIR 03 PONTAS: P, M, G. GARANTIA MÍNIMA DE 12(doze) meses.					
26	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL: MATERIAL DE CONFECÇÃO EM TECIDO DE ALGODÃO; BRAÇADEIRA COM FECHO DE VELCRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12(doze) meses.	422474	UND	9		

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

- a) Dados cadastrais;**
- b) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- c) Assinatura e data;**
- d) E-mail e número de telefone (válidos)**

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DA MONTAGEM E/OU INSTALAÇÃO:

Os materiais permanentes constantes na tabela abaixo deverão ser montados e/ou instalados no HOSPITAL MATERNO INFANTIL. Endereço: Av. Pres. Costa e Silva – São Pedro, Boa Vista – RR, 69306-275, após solicitação de instalação por parte da Coordenação Geral de Urgência e Emergência – CGUE.

ITEM	DESCRIÇÃO	MONTAGEM	INSTALAÇÃO	TREINAMENTO	UNIDADE/ ENDEREÇO
1	MESA GINECOLÓGICA	X		X	HOSPITAL MATERNO INFANTIL. Endereço: Av. Pres. Costa e Silva – São Pedro, Boa Vista – RR, 69306-275 Contato: (95) 4009-4900
	RÉGUA DE GASES (ASSITÊNCIA RESPIRATÓRIA DE PAREDE)	X		X	
4	APARELHO DE RAIOS-X	X			
7	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL	X		X	
10	BERÇO P/ RECÉM-NASCIDO	X			
13	APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA)	X			
15	BERÇO PARA RECÉM- NASCIDO COM FOTOTERAPIA REVERSA	X		X	
22	MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI	X		X	
24	ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA	X			

DO TREINAMENTO:

A contratada deverá realizar treinamento para os servidores designados pela Coordenadoria Geral de Urgência e Emergência - CGUE, com o objetivo de orientar a correta utilização do Equipamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de instalação, com a carga horária mínima de 04 (quatro) horas, para os equipamentos relacionados nos itens: 1, 4, 7, 15, 22, 29, 31, 36, 37, 38, 48, 49 e 50.