

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ Nº

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 20101.006798/2022.96

Eventual aquisição em consignação de implantes, órteses, próteses e materiais especiais (OPME), com instrumentais e equipamentos em comodato, para atender o serviço de neurocirurgia da secretaria de estado da saúde de Roraima/SESAU, no período de 12 meses.

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	SEM CATMAT	CLIP DE TITÂNIO, COMPATÍVEL COM A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, SENDO UTILIZADO PARA FECHAMENTO DEFINITIVO DE ANEURISMA CEREBRAL, DIVERSOS TAMANHOS E FORMATOS.	UND	400		
2	415460	CATETER PARA MONITORIZAÇÃO DA PIC COM MEDIÇÃO DE TEMPERATURA CEREBRAL, PARENQUIMAL, SUBDURAL E VENTRICULAR: COMPATÍVEL COM MONITORES CONVENCIONAIS, NÃO REQUER CALIBRAÇÃO ADICIONAL, COMPATÍVEL COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REPRODUÇÃO DAS CURVAS DE PRESSÃO COM ALTA RESOLUÇÃO E PRECISÃO. COMPATÍVEL COM MONITOR DE PRESSÃO INTRACRANIANA.	UND	90		
3	SEM CATMAT	KIT DE ESFERAS RETRORREFLEXIVAS DO SISTEMA DE NAVEGAÇÃO CIRÚRGICA POR IMAGEM. ESPECIFICAÇÕES: 08 UNIDADES DE ESFERAS EMBALADOS EM BLISTER SELADO, RETRORREFLEXIVAS MATERIAL DESCARTÁVEL, ESTÉRIL DE USO ÚNICO.	KITS	80		
4	412377	EQUIPO ESPECIAL PARA ASPIRADOR., INDICADO PARA SIMULTANEAMENTE, FRAGMENTAR, EMULSIFICAR, IRRIGAR E ASPIRAR TECIDOS DAS MAIS DIVERSAS ORIGENS, INCLUSIVE ALCIFICADOS.	KITS	120		

		COMPOSTO: 01 EQUIPO ESPECIAL, P/ ASPIRAÇÃO E IRRIGAÇÃO, MATERIAL TIPO EXTENSOR, DUPLO TUBO, TIPO PONTEIRA PONTA PERFURANTE C/ FILTRO E TAMPA, TIPO PINÇA REGULADORA E CORTA FLUXO, TIPO CONECTOR COM 2 CONECTORES LUER LOCK MACHO E 1 FÊMEA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEGMENTO DE BOMBA EM SILICONE, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ ASPIRADOR ULTRASSÔNICO A SER DISPONIBILIZADO EM COMODATO.				
5	430384(similiar)	CLIQUE HEMOSTÁTICO TIPO RANEY. PACOTE CONTENDO 10 UNIDS. DESCARTÁVEIS, COMPRESSÃO MECÂNICA. ATRAUMÁTICO, COM GARRAS, PLÁSTICO DESCARTÁVEL.	PACOTES	500		
6	401764(similiar)	BROCA AUTOMÁTICA TREPANAÇÃO TIPO HUDSON 13MM DIÂMETRO DE CAPA, 9MM DIÂMETRO DE PONTA, 3MM COMPRIMENTO DE CORTE, TIPO PARADA AUTOMÁTICA, AÇO CIRÚRGICO, ESTÉRIL.	UND	700		
7	401764(similiar)	BROCA AUTOMÁTICA TREPANAÇÃO TIPO HUDSON 14MM DIÂMETRO DE CAPA, 11MM DIÂMETRO DE PONTA, 3MM COMPRIMENTO DE CORTE, TIPO PARADA AUTOMÁTICA, AÇO CIRÚRGICO, ESTÉRIL.	UND	400		
8	401764(similiar)	FRESAS ESFÉRICAS CORTANTES APROXIMADAMENTE COM 70MM (COMPRIMENTO) 4,0MM (DIÂMETRO). EM AÇO CIRÚRGICO, ESTÉRIL.	UND	80		
9	401764(similiar)	FRESAS ESFÉRICAS CORTANTES APROXIMADAMENTE COM 70MM (COMPRIMENTO) 5,5MM (DIÂMETRO). AÇO CIRÚRGICO, ESTÉRIL.	UND	100		
10	401764(similiar)	FRESAS ESFÉRICAS DIAMANTADAS APROXIMADAMENTE COM 70MM (COMPRIMENTO) 3,5MM (DIÂMETRO). AÇO CIRÚRGICO, ESTÉRIL.	UND	80		
11	401764(similiar)	FRESAS ESFÉRICAS DIAMANTADAS APROXIMADAMENTE COM 70MM (COMPRIMENTO) 4,0MM (DIÂMETRO). AÇO CIRÚRGICO, ESTÉRIL.	UND	80		
12	401764(similiar)	FRESAS DE PERFURAÇÃO APROXIMADAMENTE COM 70MM (COMPRIMENTO) E 1,5MM (DIÂMETRO). AÇO CIRÚRGICO, ESTÉRIL.	UND	1.100		
13	401764(similiar)	FRESA DE 22,2MM DIÂMETRO DO CORTE, 44MM COMPRIMENTO TOTAL, AÇO CIRÚRGICO, APLICAÇÃO, RECORTE DE CALOTA CRANIANA, ESTÉRIL.	UND	1.100		
14	437296	KIT INTRODUTOR, CONTENDO CATETER DE FIBRA ÓPTICA DESTINADO PARA BIÓPSIA, BRIDECTOMIA, FIBROMECTOMIA, REMOÇÃO DE HIPERPLASIA, DESCONTAMINAÇÃO INTRACRANEAL, MENINGIOMAS (TUMORES DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL).	KITS	70		
15	SEM CATMANT	BOTÃO FIXADOR CRANIANO, USADO PARA FIXAR OS RETALHOS ÓSSEOS CRANIANOS QUANDO DA CRANIOTOMIA, PROPORCIONANDO UMA FIXAÇÃO ESTÁVEL DO RETALHO ÓSSEO, ELIMINANDO A NECESSIDADE DE SUTURA E AUXILIANDO NA	CAIXAS	500		

		RECUPERAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA.				
VALOR TOTAL						

MATERIAIS EM COMODATO REFERENTES AO LOTE I
<p>ITEM 01 - DEVERÁ SER FORNECIDO EM COMODATO PARA PRONTO USO QUANDO NECESSÁRIO: 01 (UMA) PINÇA APLICADORA PARA AUXILIAR O PROCEDIMENTO DE IMPLANTAÇÃO DOS IMPLANTES (CLIPS DE ANEURISMA). É NECESSÁRIO O INSTRUMENTAL (PINÇA APLICADORA OU APLICADOR) APROPRIADO PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE DO CLIP, SOBRETUDO SUA PRESSÃO, OU SEJA, SUA FORÇA DE FECHAMENTO. ESTAS PINÇAS OU APLICADORES DEVEM SER COMPATÍVEIS COM O TIPO E TAMANHO DO CLIP A SER IMPLANTADO. PARA MINI CLIPS→APLICADOR TIPO MINI</p>
<p>ITENS 01 - DEVERÁ SER FORNECIDO EM COMODATO PARA PRONTO USO QUANDO NECESSARIO: 01 (UMA) PINÇA APLICADORA PARA AUXILIAR O PROCEDIMENTO DE IMPLANTAÇÃO DOS IMPLANTES (CLIPS DE ANEURISMA). É NECESSÁRIO O INSTRUMENTAL (PINÇA APLICADORA OU APLICADOR) APROPRIADO PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE DO CLIP, SOBRETUDO SUA PRESSÃO, OU SEJA, SUA FORÇA DE FECHAMENTO. ESTAS PINÇAS OU APLICADORES DEVEM SER COMPATÍVEIS COM O TIPO E TAMANHO DO CLIP A SER IMPLANTADO. PARA CLIPS STANDARD→ APLICADOR TIPO STANDARD.</p>
<p>ITEM 02 - DEVERÁ SER FORNECIDO EM COMODATO PARA PRONTO USO QUANDO NECESSÁRIO: 02 (DOIS) MONITORES DE PRESSÃO INTRACRANIANA – INFORMAÇÕES MÍNIMAS: MONITOR MULTIPARÂMETROS NEUROLÓGICOS PORTÁTIL, ESTRUTURADO EM UM ÚNICO EQUIPAMENTO (MONOBLOCO), PORTÁTIL PARA SER UTILIZADO COM OS CATÉTERS PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO E TEMPERATURA. PROPORCIONAM VISUALIZAÇÃO DO VALOR MÉDIO DA PIC, CPP, PRESSÕES SISTÓLICAS E DIASTÓLICAS, TEMPERATURA INTRACRANIANA E VISUALIZAÇÃO DA FORMA DE ONDA DE PIC, ALÉM DE HISTÓRICO DAS ÚLTIMAS 12, 24 E 36 HORAS. CONCEBIDO PARA OPERAR DE MODO INDEPENDENTE, PERMITE INTEGRAÇÃO A SISTEMAS DE MONITORAÇÃO À BEIRA DO LEITO. CARACTERÍSTICAS: ALARME REGULÁVEL SONORO E VISUAL PARA AS PRESSÕES INTRACRANIANA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO TANTO NO LEITO COMO EM SUPORTES PARA SORO. COMPATÍVEL: CATETER PARA MONITORIZAÇÃO DA PIC PARENQUIMAL, SUBDURAL E VENTRICULAR.</p>
<p>ITEM 03 - A EMPRESA DEVERÁ COMPROMETER-SE EM MANTER TREINAMENTO TRIMESTRAL PARA EQUIPE CIRÚRGICA E INSTRUMENTADOR, BEM COMO ASSISTÊNCIA AO EQUIPAMENTO QUANDO NECESSÁRIO. NEURONAVEGADOR DA MARCA EXIMIUS EXISTENTE NO HOSPITAL GERAL DE RORAIMA.</p>
<p>ITEM 04 – A EMPRESA DEVERÁ COMPROMETER-SE EM MANTER TREINAMENTO TRIMESTRAL PARA EQUIPE CIRÚRGICA E INSTRUMENTADOR BEM COMO ASSISTÊNCIA AO EQUIPAMENTO QUANDO NECESSÁRIO. (ASPIRADOR ULTRASSONICO).</p>
<p>ITEM 05– DEVERÁ SER FORNECIDO EM COMODATO PARA PRONTO USO QUANDO NECESSARIO, INSTRUMENTAL COMPATIVEL COM PRODUTO OFERTADO PARA APLICAÇÃO DE CLIP.</p>
<p>ITENS: 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13– DEVERÁ SER FORNECIDO EM COMODADO 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS PNEUMATICO/CRANIOTOMO COMPATÍVEL COM PRODUTOS OFERTADOS PARA UTILIZA-LOS NO ATO CIRÚRGICO.</p>
<p>ITEM 14 - DEVERÁ SER FORNECIDO EM COMODATO PARA PRONTO USO QUANDO NECESSÁRIO O EQUIPAMENTO CIRÚRGICO LASER SUGERY FO 600 MICRAS PARA CIRURGIAS DE TUMOR CEREBRAL.</p>
<p>ITEM 15 - DEVERÁ SER FORNECIDO EM COMODATO PARA PRONTO USO QUANDO NECESSÁRIO O INSTRUMENTAL PARA APLICAÇÃO REFERENTE AO ITEM.</p>
<p>AVULSO: DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO PARA PRONTO USO QUANDO NECESSÁRIO PELA EMPRESA 02 (DOIS) FIXADORES CRANIANOS DE MAYFIELD ADULTO</p>

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
16	427013	CONJUNTO P/ HIDROCEFALIA DE BAIXO PERFIL, ADULTO BAIXA PRESSÃO – COMPOSIÇÃO: EM SILICONE, INTRODUTOR, VÁLVULA REGULADORA, CATETER VENTRICULAR.	UND	20		
17	427013	CONJUNTO P/ HIDROCEFALIA DE BAIXO PERFIL, ADULTO MEDIA PRESSÃO – COMPOSIÇÃO: EM SILICONE, INTRODUTOR, VALVULA REGULADORA, CATETER VENTRICULAR.	UND	100		
18	427013	CONJUNTO P/ HIDROCEFALIA DE BAIXO PERFIL, ADULTO ALTA PRESSÃO – COMPOSIÇÃO: EM SILICONE, INTRODUTOR, VÁLVULA REGULADORA, CATETER VENTRICULAR.	UND	50		
19	SEM CATMAT	PASSADOR DE CATETER DVP C/ MANDRIL – DESCARTÁVEL, EM AÇO INOX, COM EMPUNHADURA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA INTRODUÇÃO DE CATÉTER.	UND	140		
20	284089	CONJUNTO PARA DRENAGEM VENTRICULAR EXTERNA, BURETA, BURETA MÓVEL DE 75ML PARA CÁLCULO PRECISO DO VOLUME DRENADO. POSSUI CLAMP PARA EVITAR O MOLHAMENTO DO FILTRO QUANDO FOR NECESSÁRIO POSICIONAR A DRENAGEM HORIZONTALMENTE. CATETER LOMBAR - EM SILICONE RADIOPACO, COM 1,6MM DE DIÂMETRO EXTERNO, COM MARCAÇÕES A CADA 5 CM PARA ORIENTAR A PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO. PROTETOR DE CONEXÃO PARA PREVENÇÃO DE DESCONEXÃO INVOLUNTÁRIA. INTRODUTOR - AGULHA DE TUOHY 14G EM AÇO INOX COM MARCAÇÃO A CADA 1CM, PARA CONTROLE DE PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO. FIO GUIA METÁLICO FLEXÍVEL, PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO DO CATETER. BOLSA COLETORA - COM 700ML GRADUADA A CADA 50 ML PRESSÃO DE DRENAGEM POSITIVA, COM CONTROLE DE GOTEJAMENTO, COM VALVULA ANTI-REFLUXO, CONEXÃO LUER LOCK.	UND	200		
21	316776	SUBSTITUTO DE DURA MATER E DURA MEDULAR, COMPOSTO POR MATRIZ PROTÉICA, 100% ABSORVÍVEL, PERMEÁVEL, BIOINTEGRÁVEL EM CONTATO COM O SANGUE, FÁCIL MOLDAGEM, SUPORTA PRESSÃO LÍQUOR, TENSIONAMENTO QUE PERMITE SUTURAS, PODENDO SER	UND	300		

		CORTADO NAS DIMENSÕES DESEJADAS, COADJUVANTE NO PROCESSO DE HEMOSTASIA. TAMANHOS APROXIMADOS 7,5CM(COMPRIENTO)X7, 5CM(LARGURA) X 0,3 MM(EXPESURA)				
22	SEM CATMA T	SELANTE CIRÚRGICO, COMPOSTO POR POLIETILENO GLICOL + TRILISINA AMINA BARREIRA ANTIFIBRÓTICA, TAMPÃO DE BORATO, UTILIZADO NO REPARO DURAL, PRODUTO DE NATUREZA SINTÉTICA, BIOCOMPATÍVEL, A BASE DE HIDROGEL, COM POLIMERIZAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 2 SEGUNDOS, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, COM NO MINIMO 5 ML. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. AS MEDIDAS APRESENTADAS ACIMA SÃO APROXIMADAS. ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.	UND	400		
23	SEM CATMA T	SELANTE CIRÚRGICO, COMPOSTO POR POLIETILENO GLICOL + TRILISINA AMINA BARREIRA ANTIFIBRÓTICA, TAMPÃO DE BORATO, UTILIZADO NO REPARO DURAL NA COLUNA VERTEBRAL, PRODUTO DE NATUREZA SINTÉTICA, BIOCOMPATÍVEL, A BASE DE HIDROGEL DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, 2 ML. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. AS MEDIDAS APRESENTADAS ACIMA SÃO APROXIMADAS. ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.	UND	100		
24	360207	CIMENTO CIRURGICO PARA CRANIOPLASTIA, INDICADO PARA RECONSTRUÇOES CRANIANAS E/OU FALHAS. COM BASE ACRILICA RADIOPACO. COMPOSIÇÃO PÓ C/ 30 A 40 G DE POLIMETILMETACRILATO SULFATO BÁRIO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO CONTENDO 15 A 20ML DE MMA (METILMETACRILATO), S/ ANTIBIÓTICO, EMBALAGEM ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.	UND	120		
25	SEM CATMA T	DRENO COM SISTEMA FECHADO PARA DRENAGEM DE HEMATOMA SUBDURAL, INDICADO PARA DRENAGEM DE HEMATOMAS EXTRAVENTRICULAR. DESCRIÇÃO CATETER DE DRENAGEM DE HEMATOMA SUBDURAL CRÔNICO, RÁDIO OPACO, FABRICADO EM ELASTÔMERO DE SILICONE.	UND	400		

		ACOMPANHA UMA BROCA PARA PERFURAÇÃO DA CALOTA CRANIANA DE 5 MM, UM TUNELIZADOR, UM CONECTOR LUER LOCK, UM GUIA DE ÂNGULO RETO E UM GRAMPO DE FIXAÇÃO DO CATETER FORMATO BORBOLETA. OS MATERIAIS QUE ENTRAM EM CONTATO COM OS TECIDOS OU FLUÍDOS DO CORPO SÃO O ELASTÔMERO DE SILICONE E O POLIPROPILENO, AMBOS IMPREGNADOS COM SULFATO DE BÁRIO E POLICARBONATO.				
26	302466	SUBSTITUTO OSSÉO 100% SINTÉTICO E TOTALMENTE REABSORVÍVEL, COMPOSTO DE PARTÍCULAS DE FOSFOSILICATO DE CÁLCIO (CPS), COM DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO BIMODAL COMBINADA COM UM FICHÁRIO DE POLIETILENO GLICOL E GLICERINA.	UND	300		
27	SEM CATMA T	HEMOSTÁTICO EM PÓ, COMPOSIÇÃO BIOABSORVÍVEL, POLISSACARARÍDEO VEGETAL E CARBOXIMETILCELULOSE BAIXA CONCENTRAÇÃO CMC, EM PÓ, 3G, CONTENDO APLICADOR TIPO FOLE.	UND	500		
28	431232	ABSORVÍVEL CELULOSE REGENERADA OXIDADA, USADO COMO ADJUNTO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PARA AUXILIAR NO CONTROLE DE HEMORRAGIAS PROVENIENTES DE CAPILARES, VEIAS OU PEQUENAS ARTÉRIAS. HEMOSTÁTICO APRESENTAÇÃO MALHA PRINCÍPIO ATIVO CELULOSE OXIDADA REGENERADA, TOTALMENTE ABSORVÍVEL EM CURTO PRAZO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 25CM COMPRIMENTO X 25CM LARGURA DESCARTÁVEL E ESTÉRIL.	CAIXAS	300		
29	431232	HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, USADO COMO ADJUNTO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PARA AUXILIAR NO CONTROLE DE HEMORRAGIAS PROVENIENTES DE CAPILARES, VEIAS OU PEQUENAS ARTÉRIAS. APRESENTAÇÃO MALHA PRINCÍPIO ATIVO CELULOSE OXIDADA REGENERADA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 10CM COMPRIMENTO X 20CM LARGURA. DESCARTÁVEL E ESTÉRIL.	CAIXAS	300		
30	450056	KITS DE BIÓPSIA CEREBRAL DESCARTÁVEL: DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA DE TECIDO CEREBRAL, PROCEDIMENTO MINIMAMENTE INVASIVO DEVENDO SER UTILIZADO POR NEURONAVEGADOR CIRÚRGICO; KIT COMPOSTO POR CÂNULA INTERNA COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 1,7MM, COMPRIMENTO DE 300MM E	KITS	30		

		JANELA LATERAL DE 5 OU 10MM; CÂNULA EXTERNA COM DIÂMETRO DE 2,1MM, COMPRIMENTO DE 280MM E JANELA LATERAL DE 5 OU 10MM; DUAS BUCHAS PARA ACOPLAMENTO AO SISTEMA DE BIÓPSIA; UM PINO DE RETENÇÃO RESPONSÁVEL PELO TRAVAMENTO DA CÂNULA.				
31	SEM CATMATA	KIT CANULA PARA DRENAGEM DE CISTO GUIADA POR NEURONAVEGADOR CIRURGICO. COMPOSTO POR CÂNULA COM DIÂMETRO DE 2,1MM E COMPRIMENTO DE 270MM; AGULHA INTERNA DE PONTA ROMBA COM 295MM DE COMPRIMENTO; AGULHA INTERNA DE PONTA PERFURANTE COM 295MM DE COMPRIMENTO; DUAS BUCHAS PARA ACOPLAMENTO AO SISTEMA DE BIÓPSIA; UM PINO DE RETENÇÃO RESPONSÁVEL PELO TRAVAMENTO DA CÂNULA. MEDIDAS APROXIMADAS	KITS	40		
32	SEM CATMATA	CANETA C/ PONTEIRA ACOPLADA DISSECTORA MONOPOLAR, INDICADA P/ ABLAÇÃO, COAGULAÇÃO E CORTE DE TECIDO 45X3MM (COMPRIMENTOXESPESURA) PRODUTO ESTERIL.	UND	700		
33	450056(similiar)	KIT PARA CRANIOTOMIA O QUAL PERMITE O ACESSO AO CÉREBRO ATRAVÉS DO CRÂNIO. COMPOSTO POR, COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5CMx7,5CM DOBRADA(10UNIDS), DRILL MANUAL(01UNID), BISTURI DESCARTAVEL COM LAMINA #11(01UNID), BISTURI DESCARTAVEL COM LAMINA #15(01UNID), PINÇA ADSON SEM DENTE 12 CM(01UNID), TESOURA IRIS RETA 11CM(01UNID), BROCA 5,31MM COM LIMITADOR(01UNID), CHAVE SEXTAVADA(01UNID), LAMINA RASPADORA DUPLA(01UNID), AGULHA VENTRICULA 12Gx5,5(01UNID), CAMPO FENESTRADO IMPERMEAVEL 50CMx50CM(01UNID), TOALHAS CIRURGICAS DESCARTÁVEIS 38CMx53CM(03UNIDS), PINÇA ADSON COM DENTE(1X2) 12CM(01UNID), RÉGUA GRADUADA(01UNID), PORTA AGULHAS SERRILHADO(01UNID), COPO DOSADOR 60ML(02UNID), RETRATOR ROMBO(01UNID).	KITS	100		
34	401764(similiar)	BROCA AUTOMÁTICA TREPANAÇÃO TIPO HUDSON 14MM DIÂMETRO DE CAPA, 11MM DIÂMETRO DE PONTA, 3MM COMPRIMENTO DE CORTE, TIPO PARADA AUTOMÁTICA, AÇO CIRÚRGICO, ESTÉRIL.	UND	400		

35	401764(similiar)	FRESAS ESFERICAS CORTANTES APROXIMADAMENTE COM 70MM (COMPRIMENTO) 4,0MM (DIÂMETRO). EM AÇO CIRURGICO, ESTERIL.	UND	80		
36	401764(similiar)	FRESAS ESFERICAS CORTANTES APROXIMADAMENTE COM 70MM (COMPRIMENTO) 5,5MM (DIÂMETRO). AÇO CIRÚRGICO, ESTERIL.	UND	100		
37	401764(similiar)	FRESAS ESFERICAS DIAMANTADAS APROXIMADAMENTE COM 70MM (COMPRIMENTO) 3,5MM (DIÂMETRO). AÇO CIRURGICO, ESTERIL.	UND	80		
38	401764(similiar)	FRESAS ESFERICAS DIAMANTADAS APROXIMADAMENTE COM 70MM (COMPRIMENTO) 4,0MM (DIÂMETRO). AÇO CIRURGICO, ESTERIL.	UND	80		
39	401764(similiar)	FRESAS DE PERFURAÇÃO APROXIMADAMENTE COM 70MM (COMPRIMENTO) E 1,5MM (DIÂMETRO). AÇO CIRURGICO, ESTERIL.	UND	1.000		
40	401764(similiar)	FRESA DE 22,2MM DIAMETRO DO CORTE, 44MM COMPRIMENTO TOTAL, AÇO CIRURGICO, APLICAÇÃO, RECORTE DE CALOTA CRANIANA, ESTERIL.	UND	1.000		
41	404337	PINÇA BIPOLAR C/ FUNÇÃO DE REALIZAR A COAGULAÇÃO, DISSECÇÃO, CORTE OU FULGURAÇÃO ELETROCIRURGICA, PERMITINDO IRRIGAÇÃO DIRETAMENTE NA PONTEIRA ATIVA DE MANEIRA SIMULTANEA.	UND	1.000		
42	161399	CAMPO CIRÚRGICO, COMPOSTO POR PLÁSTICO ADESIVO INCISIONAL FORMATO POR PELÍCULA FINA TRANSPARENTES DE POLIURETANO COBERTA COM ADESIVO DE ACRILATO. TAMANHO APROXIMADO DE 50 CM POR 45 CM (COMPRIMENTOXLARGURA)	UND	1.000		
43	272857	COMPRESSAS NEUROCIRURGICAS COTONOIDE, COMPOSTO EM FIBRA DE ALGODÃO OU FIBRA DE RYON DE EXTREMA PUREZA, FIXADO POR UM FIO DE ALGODÃO IMPREGNADO POR SULFADO BÁRIO QUE AUXILIA NAS MARCAS RADIO PACAS.	CAIXAS	800		
44	SEM CATMATA	KIT PARA TERCEIRO VENTRICULOSTOMIA ENDOSCÓPICA ? TVE 3F/HUDSON – EMBALAGEM ESTÉRIL CONTENDO: 01 CÂNULA PARA DESCOMPRESSÃO 2,5X100MM, 01 BROCA AUTOMÁTICA 11/14MM HUDSON, 01 CATETER FOGARTY 3F/80CM 0,6ML, 01 AFASTADOR AUTOESTÁTICO 4X4 DENTES ROMBOS,	KITS	35		

		01 BISTURI Nº 3, 01 DISPOSITIVO PARA APLICAÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO IML , 01 TUBO COLETOR 15ML				
45	450056	KIT PARA BIÓPSIA VERTEBRAL DESCARTAVEL: INDICADO NA OBTENÇÃO PERCUTÂNEA DE MATERIAL DO CORPO VERTEBRAL, PARA CULTURA E ANÁLISE TECIDUAL (BIÓPSIA). PROPORCIONA UMA PERFURAÇÃO E COLETA DE AMOSTRA DE FORMA RÁPIDA, PRECISA E EFICIENTE. CONJUNTO COMPOSTO POR: 01 FIO GUIA INICIAL PARA PUNÇÃO COM CABO, 01 CANULA INTERMEDIARIA PRA PUNÇÃO COM CABO, 01 CANULA DILATADORA FINA E TRABALHO INTRALESIONAL, 01 TREFINA COLETORA DE MATERIAL COM PONTA, 01 SUPORTE AUXILIAR PARA IMPACTO.	KITS	40		
46	473266	KIT PARA VERTEBROPLASTIA CONTÉM: INSTRUMENTAIS PARA PERFURAÇÃO, LIMPEZA, CÂNULA PARA BIÓPSIA (COMPRIMENTO DE 100, 159 E 200MM), RECIPIENTE PARA PREPARAÇÃO DE CIMENTO ÓSSEO SIMPLES. OKIT É FORNECIDO ESTÉRIL PARA USO ÚNICO	KITS	20		
47	SEM CATMA T	DERIVAÇÃO LOMBO PERITONEAL DE MÉDIA PRESSÃO O CATETER PERITONIAL É FABRICADO EM SILICONE COM LINHA RADIOPACA , E EXERCE A FUNÇÃO DE CONTROLAR A PRESSÃO DA SHUNT POR MEIO DE DUAS FENDAS LATERAIS POSICIONADAS NA PONTA DISTAL DO CATETER. O RESERVATÓRIO PARA COLETA DE LIQUOR ESTÁ LOCALIZADO NA PONTA PROXIMAL DO CATETER PERITONEAL. UM CONECTOR EXTRA É FORNECIDO PARA OS CASOS ONDE SE DESEJA RETIRAR O RESERVATÓRIO E CONECTAR O CATETER LOMBAR DIRETAMENTE AO CATETER PERITONEAL. O CATETER LOMBAR DE 1.6 MM DE DIÂMETRO EXTERNO, É FABRICADO EM SILICONE RADIOPACO COM PONTA MULTIPERFURADA E COM MARCAÇÕES A CADA 5CM PARA O CONTROLE DA PROFUNDIDADE DE INTRODUÇÃO. AGULHA DE TUOHY 14G EM AÇO INOX COM MARCAÇÃO A CADA 1CM, PARA CONTROLE DE PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO. FIO GUIA METÁLICO FLEXÍVEL, PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO DO CATETER	KITS	50		
48	SEM CATMA T	CAPA PARA MICROSCOPIO DE CIRURGIA NEUROLOGICA, COM ADICIONAL VISOR CRISTAL, TRANSPARENTE, DESCARTAVEL E ESTERIL. MATERIAL: POLIETILETO, MEDINDO 215CMx95CM EM FORMA DE	UND	300		

		ENVELOPE COM ENCAIXE NAS LENTES DO MICROSCOPIO COM ACESSORIO PARA FIXAÇÃO COM VISOR E SUPORTE DE FIXAÇÃO ESPECIAL. ENVELOPE COM ABERTURA ASSEPTICA EM PAPEL GRAU CIRURGICO.				
49	412377	EQUIPO ESPECIAL PARA ASPIRADOR., INDICADO PARA SIMULTANEAMENTE, FRAGMENTAR, EMULSIFICAR, IRRIGAR E ASPIRAR TECIDOS DAS MAIS DIVERSAS ORIGENS, INCLUSIVE ALCIFICADOS. COMPOSTO: 01 EQUIPO ESPECIAL, P/ ASPIRAÇÃO E IRRIGAÇÃO, MATERIAL TIPO EXTENSOR, DUPLO TUBO, TIPO PONTEIRA PONTA PERFURANTE C/ FILTRO E TAMPA, TIPO PINÇA REGULADORA E CORTA FLUXO, TIPO CONECTOR COM 2 CONECTORES LUER LOCK MACHO E 1 FÊMEA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEGMENTO DE BOMBA EM SILICONE, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ ASPIRADOR ULTRASSÔNICO A SER DISPONIBILIZADO EM COMODATO.	KIT	150		
50	478493	KIT CANULA COM BALÃO PARA TRATAMENTO DO NERVO TRIGEMIO COMPOSTO POR 01 UNIDADE – MANDRIL Ø1.5 MM COM PONTA FACETADA; 01 UNIDADE – MANDRIL Ø1.5 MM COM PONTA REDONDA; 01 UNIDADE – CÂNULA GUIA Ø2.1 MM PARA MANDRIL; 01 UNIDADE – BOTÃO PARA FIO PUNÇÃO Ø1.5 MM; 01 UNIDADE – FIO PUNÇÃO Ø1.5 MM; 01 UNIDADE – BUCHA LIMITADORA COM TRAVA; 01 UNIDADE – INJETOR DE 01 ML COM CONEXÃO LUER SLIP; 01 UNIDADE – AGULHA 22G 1” (0.70 X 25 MM) COM CONEXÃO LUER SLIP; 01 UNIDADE – CATETER BALÃO 9 X 800 MM PARA TRIGÊMEO.	KIT	25		
51	273052	CERA PARA OSSO, DESTINADO PARA ATUAÇÃO COMO BARREIRA MECANICA NA HEMOSTASIA LOCAL, PROVISIONANDO CONTROLE DE HEMORRAGIA A PARTIR DE SUPERFICIE OSSEA.	UND	500		
	451665	ENXERTO ÓSSEO, COMPOSIÇÃO HIDROXIAPATITA E FOSFATO DE CÁLCIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERÂMICO, BIOABSORVÍVEL, EQUIVALENTE A 5 GRAMAS, USO ESTÉRIL	UND	100		
52	SEM CATMATT	KIT CANULA PARA BLOQUEIO E ESTIMULAÇÃO, RADIOPACA, SONOVISIVEL, ECOGENICA, REVESTIDA EM NITRETO DE TITANIO, MARCAÇÕES A CADA 01CM, PARA ORIENTAÇÃO DE PROFUNDIDADE. COMPATIVEL COM	KITS	1000		

		ESTIMULACORES DE NERVOS PERIFÉRICOS DE BAIXA FREQUENCIA DISPONIVEIS NO MERCADO. DISPONIVEL NOS TAMANHOS: 50mm, 100mm, 150mm. ESTERELIZADO POR OXIDO DE ETILENO.				
53	459197	DVP NEONATAL DE MÉDIA PRESSÃO: SISTEMA DE DERIVAÇÃO, MODELO VENTRÍCULO-PERITONEAL- DVP, ADICIONAIS C/ AÇÃO ANTIMICROBIANA, TIPO CATETER CATETER VENTRICULAR E PERITONEAL DE SILICONE, COMPONENTE 1 VÁLVULA UNIDIRECIONAL PROGRAMÁVEL, COMPONENTE 2 RESERVATÓRIO DE COLETA DE LIQUOR, TAMANHO NEONATAL, OPCIONAIS CONJUNTO INTRODUTOR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO	UND	50		
54	339764	DVE NEONATAL DERIVADO VENTRICULAR EXTERNO: SISTEMA DE DERIVAÇÃO, MODELO VENTRICULAR EXTERNA- DVE, ADICIONAIS RADIOPACO, TIPO CATETER CATETER VENTRICULAR DE SILICONE, COMPONENTE 1 SISTEMA FECHADO C/ CONECTORES, CÂMARA GRADUADA, COMPONENTE 2 BOLSA COLETORA, TAMANHO ADULTO, OPCIONAIS CONJUNTO INTRODUTOR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO	UND	40		
55	SEM CATMATT	DERIVAÇÃO LOMBO PERITONEAL DE BAIXA PRESSÃO: O CATETER PERITONIAL É FABRICADO EM SILICONE COM LINHA RADIOPACA , E EXERCE A FUNÇÃO DE CONTROLAR A PRESSÃO DA SHUNT POR MEIO DE DUAS FENDAS LATERAIS POSICIONADAS NA PONTA DISTAL DO CATETER. O RESERVATÓRIO PARA COLETA DE LIQUOR ESTÁ LOCALIZADO NA PONTA PROXIMAL DO CATETER PERITONEAL. UM CONECTOR EXTRA É FORNECIDO PARA OS CASOS ONDE SE DESEJA RETIRAR O RESERVATÓRIO E CONECTAR O CATETER LOMBAR DIRETAMENTE AO CATETER PERITONEAL. O CATETER LOMBAR DE 1.6 MM DE DIÂMETRO EXTERNO, É FABRICADO EM SILICONE RADIOPACO COM PONTA MULTIPERFURADA E COM MARCAÇÕES A CADA 5CM PARA O CONTROLE DA PROFUNDIDADE DE INTRODUÇÃO. AGULHA DE TUOHY 14G EM AÇO INOX COM MARCAÇÃO A CADA 1CM, PARA CONTROLE DE PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO. FIO GUIA METÁLICO FLEXÍVEL, PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO DO CATETER	UND	20		
VALOR TOTAL						

MATERIAIS EM COMODATO REFERENTES AO LOTE II

ITEM 31: EMPRESA TERÁ QUE DISPONIBILIZAR APARELHO DE RADIOFREQUÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE BLOQUEIO DE NERVO

AVULSO: DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO PARA PRONTO USO QUANDO NECESSÁRIO PELA EMPRESA 02 (DOIS) FIXADORES CRANIANOS DE MAYFIELD ADULTO

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

- a) Dados cadastrais;**
- b) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- c) Assinatura e data;**
- d) E-mail e número de telefone (válidos)**

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os equipamentos deverão ser entregues no **Almoxarifado da CGAF/SESAU, situado à Av. Mario Homem de Melo nº 4491, Caimbé – Boa Vista/RR, CEP: 69.312-155, Telefone: (95) 98406 - 1026, E-mail: coordenação.cgaf@saude.rr.gov.br / administrativo.cgaf@saude.rr.gov.br, em dia e horário de expediente (segunda a sexta - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, horário local)**

A Contratada deverá entrar em contato tanto pelos telefones: (095) 98414-4490; (095) 98414-4484, como também pelo e-mail: cgue@saude.rr.gov.br, com cópias para o e-mail: np2.cgue@saude.rr.gov.br, para informar o dia da entrega e o horário previsto, deverá ser comunicado com 5(cinco) dias úteis antes da entrega, para que sejam comunicados a equipe de recebimento, para deslocamento a unidade onde será a entrega.