

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ N°

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ N°

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO N° 20101.061631/2021.15

Eventual aquisição de sistemas de videobroncoscopia para atender o centro cirúrgico do Hospital Geral de Roraima -HGR.

ITEM	CATMAT	EQUIPAMENTO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	334961	SISTEMA, DE VIDEOBRONCOSCOPIA RIGIDA, ADULTO - CARACTERISTICAS MINIMAS PARA AQUISIÇÃO: COMPLETO, COMPOSTO POR 04 (QUATRO) ENDOSCOPIOS RIGIDOS, 1 (UM) FONTE DE ILUMINACAO; 1 (UM) PROCESSADOR DE IMAGEM; 1 (UM) TROLLEY; 1 (UM) VIDEO-PRINTER; 1 (UM) NOBREAK; DEVE SER GARANTIDA A COMPATIBILIDADE ENTRE TODO O SISTEMA, INCLUINDO INSTRUMENTAIS E ENDOSCOPIOS. COM AS CARACTERISTICAS DESCRITAS A SEGUIR. PARA OS ITENS, CONSIDERAR TOLERANCIA DE 10 % (DEZ POR CENTO) DAS MEDIDAS SOLICITADAS. 2 (DOIS) ENDOSCOPIOS RIGIDOS PARA BRONCOSCOPIA ADULTO DE DIAMETRO DE 5.5 MM, DE COMPRIMENTO 50 CM, ANGULO DE VISAO DE 0 GRAUS, AUTOCLAVAVEL, COM FIBRA OTICA INTEGRADA; 1 (UMA) CAMISA ENDOSCOPICA UNIVERSAL, DIAMETRO EXTERNO DE 10MM E INTERNO DE 9,4MM, COMRIMENTO DE 40CM; 1 (UMA) CAMISA ENDOSCOPICA UNIVERSAL, DIAMETRO EXTERNO DE 9MM E INTERNO DE 8,2MM, COMPRIMENTO DE 40CM; 2 (DOIS) ENDOSCOPIOS RIGIDOS PARA BRONCOSCOPIA PEDIATRICA DE DIAMETRO DE 2.9 MM, DE COMPRIMENTO 38 CM, ANGULO DE	UND	01		

VISAO DE 0 GRAUS, AUTOCLAVAVEL, COM FIBRA OTICA INTEGRADA;

1 (UMA) CAMISA ENDOSCOPICA UNIVERSAL, DIAMETRO EXTERNO DE 5MM E INTERNO DE 4MM, COMPRIMENTO DE 30CM;

1 (UMA) CAMISA ENDOSCOPICA UNIVERSAL, DIAMETRO EXTERNO DE 7,5MM E INTERNO DE 7MM, COMPRIMENTO DE 30CM;

1 (UMA) CAMISA ENDOSCOPICA UNIVERSAL, DIAMETRO EXTERNO DE 6,8MM E INTERNO DE 6MM, COMPRIMENTO DE 30CM;

1 (UMA) PINCA OPTICA TIPO JACARE, AUTOCLAVAVEL, PARA RETIRADA DE CORPOS ESTRANHOS, PARA USO COM ENDOSCOPIOS DE 5,5M DE DIAMETRO E 50CM DE COMPRIMENTO;

1 (UMA) PINCA BOCA TIPO JACARE, AUTOCLAVAVEL, PARA CORPOS ESTRANHOS, DUPLA ACAO, PARA USO COM CAMISA BRONCOSCOPICA DE 30CM;

1 (UMA) PINCA OPTICA, AUTOCLAVAVEL, TIPO AMENDOIM, PARA RETIRADA DE CORPOS EESTRANHOS, PARA USO COM ENDOSCOIPOS DE 5,5MM DE DIAMETRO E 50CM DE COMPRIMENTO;

2 (DUAS) TAMPAS DE VEDACAO, DE METAL, PARA CAMISA DE BRONCSCOPIA;

1 (UMA) PINCA DE BIOPSIA, AUTOCLAVAVEL, COM DIAMETRO ENTRE 2,4MM E 4MM, COMPRIMENTO DE PELO MENOS 45CM, BOCA CONCAVA;

4 (QUATRO) BANDEJAS EM ACO INOX OU ACRILICA PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE OU BAIXA TEMPERATURA E ARMAZENAMENTO PARA USO COM INSTRUMENTAIS;

4 (QUATRO) BANDEJAS EM ACO INOX OU ACRILICA PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE OU BAIXA TEMPERATURA E ARMAZENAGEM DE ENDOSCOPIO RIGIDO. FONTE DE ILUMINACAO: LED OU XENON DE NO MINIMO 75 W, COM SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA E AJUSTE MANUAL E AUTOMATICO DO NIVEL DE INTENSIDADE DE ILUMINACAO. PODENDO SER ACOPLADA OU NAO A PROCESSADORA/ENDOSCOPIO.

1 (UM) CABO DE FIBRA OTICA PARA CONEXAO DA FONTE DE LUZ COM ENDOSCOPIO, SE NECESSARIO PROCESSADOR DE IMAGEM: COM SAIDA DE VIDEO DIGITAL. COM SISTEMA DE CONGELAMENTO DE IMAGENS, CONTROLE AUTOMATICO DE GANHO E POSSIBILIDADE DE INSERCAO DE DADOS DO PACIENTE E DO MEDICO, DATA E HORA DO EXAME. POSSUA MAGNIFICACAO E SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS, ACOMPANHAR CAMERA DE NO MINIMO 1 CHIP CCD OU CMOS, COM ADAPTADORES/CONECTORES NECESSARIOS PARA CONEXAO AOS ENDOSCOPIOS FORNECIDOS.

2 (DOIS) MONITORES: TELA PLANA LCD OU TECNOLOGIA SUPERIOR, GRAU MEDICO, COM TAMANHO DIAGONAL MINIMO DE 19 POLEGADAS CADA, COMPATIVEL COM O SISTEMA OFERTADO.

TROLLEY / TORRE / RACK /CARRO DE TRANSPORTE E GUARDA: CAPACIDADE DE SUPORTAR DOIS MONITORES E TODOS OS EQUIPAMENTOS MEDICOS CITADOS NA COMPOSICAO DO SISTEMA DE VIDEO BRONCSCOPIA. ESTRUTURA QUANDO PINTADA, EM EPOXI, OU ENTAO CONFECCIONADO EM MATERIAL NAO OXIDAVEL, EXCETO MADEIRA. SUPORTE MOVEI PARA COLOCACAO DE UM

	<p>TECLADO. RODIZIOS GIRATORIOS COM TRAVA PELO MENOS 2 DELES PARA ESTABILIDADE. REGUA DE TOMADA COM CABO DE ALIMENTACAO COM COMPRIMENTO MINIMO DE 2 METROS OU PONTOS DE ENERGIA NO TROLLEY PARA LIGAR TODO O SISTEMA.</p> <p>NOBREAK: TIPO ON LINE SENOIDAL OU QUALIDADE SUPERIOR, COM ENTRADA BIVOLT AUTOMATICA E POTENCIA ADEQUADA AO CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA. GARANTIA DE NO MINIMO 30 MINUTOS DE OPERACAO PARA O SISTEMA COMPLETO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA ELETRICA. TENSAO DE SAIDA DE ACORDO COM O SISTEMA DE VIDEOENDOSCOPIA. ALIMENTACAO ELETRICA: DE ACORDO COM A TENSAO VIGENTE NA UNIDADE CONTEMPLADA DA INSTALACAO DO EQUIPAMENTO.</p> <p>ACESSORIOS: DEVE ACOMPANHAR AO SISTEMA DE TODOS OS ACESSORIOS QUE SEJAM ABSOLUTAMENTE NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO, INCLUINDO SUPORTE, CABOS DE CONEXAO, ADAPTADORES E CONEXOES. 01 TECLADO ALFANUMERICO, CASO NECESSARIO PARA INSERCAO DE DADOS DO EXAME. O FORNECEDOR DEVERA CEDER PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE RORAIMA AS LICENCAS DE USO DOS SOFTWARES INSTALADOS NO EQUIPAMENTO OU NECESSARIOS A COMUNICACAO DESTE COM UM MICROCOMPUTADOR. DEVEM SER ENTREGUES COM O PRODUTO TODOS OS CABOS, CONECTORES, ADAPTADORES E DEMAIS ITENS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO OFERTADO;</p> <p>OS PROPONENTES DEVERAO OBRIGATORIAMENTE MENCIONAR EM SUA PROPOSTA TODOS OS ITENS ACIMA RELACIONADOS. OS ITENS NAO INFORMADOS SERAO CONSIDERADOS COMO NAO ATENDIDOS.</p> <p>OS ITENS INFORMADOS DEVERAO SER COMPROVADOS. DEVERA ACOMPANHAR 01 (UM) MANUAL DE OPERACIONAL, REDIGIDO EM PORTUGUES. A EMPRESA DEVERA OFERECER TREINAMENTO PARA EQUIPE RESPONSAVEL PELO MANUSEIO.</p> <p>GARANTIA: DEVE SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE GARANTIA COMPLETA COM DURACAO MINIMA DE 03 (TRÊS) ANOS A CONTAR DA DATA DE ACEITACAO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITACAO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZACAO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERACAO E DE SERVICO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTA OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDICoes DE NORMALIDADE.</p> <p>COPIA DO REGISTRO ANVISA: DEVE SER APRESENTADA COPIA DO REGISTRO DO EQUIPAMENTO EMITIDO PELA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA / MINISTERIO DA SAUDE OU COMPROVACAO DE QUE O MESMO E ISENTO DE REGISTRO/CADASTRO, QUANDO FOR O CASO.</p> <p>NORMALIZACAO: O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM TODAS AS LEGISLACOES E REGULAMENTOS VIGENTES QUE SE APLIQUEM A ELE. ESTA SECRETARIA PODE EXIGIR, A QUALQUER MOMENTO, SE JULGAR NECESSARIO, COMPROVACAO DE QUE O EQUIPAMENTO ESTA DE ACORDO COM NORMA OU LEGISLACAO VIGENTE ESPECIFICA DO EQUIPAMENTO.</p>				
VALOR TOTAL					

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

- a) Dados cadastrais;**
- b) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- c) Assinatura e data;**
- d) E-mail e número de telefone (válidos)**

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

INFOMAÇÕES ADICIONAIS

DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA:

O objeto deverá ser entregue no **NÚCLEO DE ALMOXARIFADO – SESAU/RR, SITUADO Á RUA MIGUEL LUPI MARTINS, Nº 214, BAIRRO SÃO PEDRO, EM BOA VISTA-RR, CEP: 69.306-490, em dia e horário de expediente (segunda a sexta - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, horário local)**, sem ônus de frete para o Estado, e acompanhados das respectivas Notas Fiscais e cópia do Empenho, no descritivo da nota fiscal deverá conter o número do contrato e o número do processo;

A Contratada deverá entrar em contato tanto pelos telefones: **(095) 98414-4490; (095) 98414-4484**, como também pelo e-mail: **cgue@saude.rr.gov.br**, com cópias para o e-mail: **np2.cgue@saude.rr.gov.br**, para informar o dia da entrega e o horário previsto, deverá ser comunicado com 5(cinco) dias úteis antes da entrega, para que sejam comunicados a equipe de recebimento, para deslocamento a unidade onde será realizada a entrega.

INSTALAÇÃO, MONTAGEM E TREINAMENTO:

A contratada deverá realizar treinamento para os servidores designados pelo **HOSPITAL GERAL DE RORAIMA - HGR, em dia e horário de expediente (segunda a sexta - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, horário local)** com o objetivo de orientar a correta utilização do Equipamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de

instalação, com a carga horária mínima de 04 (quatro) horas, não será aceito treinamento a distância, se faz necessário a presença de representante ou técnico qualificado designado pela empresa contratada para ministração de treinamento.