

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ N°

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ N°

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO N°. 20101.000704/2022.75

Eventual aquisição de arco cirúrgico para fluoroscopia para atender as cirurgias de ortopedia e cardiologia do HGR, HMI, HRSGOSP

ITEM	CATMAT	EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	378081	ARCO CIRURGICO - SISTEMA MOTORIZADO RADIO-CIRURGICO : CARATERÍSTICAS MÍNIMAS PARA AQUISIÇÃO: ARCO CIRÚRGICO MÓVEL PARA APLICAÇÕES EM PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA GERAL, ORTOPEdia, VASCULAR PERIFÉRICO, TRAUMA, UROLOGIA E NEUROLOGIA (COLUNA). ARCO COM FLUOROSCOPIA CONTÍNUA, PULSADA E RADIOGRAFIA DIGITAL. EQUIPAMENTO DEVE DISPOR DE SUBTRAÇÃO DIGITAL DE IMAGEM. COM MOVIMENTO VERTICAL MOTORIZADO IGUAL OU MAIOR A 40 CM, MOVIMENTO ORBITAL DE NO MÍNIMO 115° OU SUPERIOR, ANGULAÇÃO TOTAL DE PELO MENOS 360° OU SUPERIOR, DISTÂNCIA DA FONTE AO DETECTOR DE IMAGEM DE NO MÍNIMO 90 CM E PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 61 CM, ESPAÇO LIVRE DE NO MÍNIMO 70CM. COM DETECTOR DE IMAGEM DE, NO MÍNIMO, 30X30CM, COM PELO MENOS 16 BITS A/D E MATRIZ MÍNIMA DE 1500X1500. MONITOR LED DE 26 POLEGADAS OU SUPERIOR, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080 PIXELS OU MONITOR DUPLO DE LED ALTO BRILHO COM NO MÍNIMO 19 POLEGADAS CADA. TROLLEY MÓVEL INDEPENDENTE PARA SUPORTE DOS MONITORES E PERIFÉRICOS COMPUTACIONAIS. GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA COM POTÊNCIA DE 8 KW OU MAIOR, TUBO DE RAIOS X COM ANODO GIRATÓRIO E PONTO FOCAL DUPLO, SENDO O MENOR DESSES, IGUAL OU MENOR QUE 0,3 MM E O MAIOR IGUAL OU MENOR A 0,6 MM E COLIMADOR. COLIMAÇÃO SEM EMISSÕES DE RADIAÇÃO. CAPACIDADE TÉRMICA DO ANODO DE, NO MÍNIMO, 300 KHU OU MAIOR. FLUOROSCOPIA CONTINUA E PULSADA COM, NO MÍNIMO, 40 A 120 KV E CORRENTE MÁXIMA DE 12 MA OU MAIOR. MODO RADIOGRAFIA COM, NO MÍNIMO, 40 A 125 KV E CORRENTE MÁXIMA DE 60 MA OU MAIOR. MEMÓRIA COM RECURSO DE RETENÇÃO DA ÚLTIMA IMAGEM ADQUIRIDA, ARMAZENAMENTO DE, NO MÍNIMO, 15 MIL IMAGENS. FILTRO DE REDUÇÃO DE RUÍDO, ROTAÇÃO DE IMAGENS SEM A NECESSIDADE DE SE EMITIR RADIAÇÃO DURANTE A ROTAÇÃO. DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: SAÍDA USB INTEGRADOS AO SISTEMA E INTERFACE DICOM 3.0 COM NO MÍNIMO AS MODALIDADES STORAGE E WORKLIST. ACESSÓRIOS: IMPRESSORA TÉRMICA DIRETA ACOPLADA AO TROLLEY, COM RESOLUÇÃO 325 DPI, PROCESSAMENTO EM 8 BITS E LARGURA DO PAPEL 110 MM OU MAIOR; FUNÇÃO ESTENOSE; LICENÇAS DICOM: PRINT, STORAGE, WORKLIST, MPPS OU	3		

		MAIS; ROADMAP; MIRA LASER DUPLO DE LOCALIZAÇÃO; GRADE COM PROTEÇÃO EM FIBRA DE CARBONO; NOBREAK 600 VA OU MAIOR; 10 PARES DE PRESILHAS/CAPAS ESTERILIZÁVEIS.			
VALOR TOTAL					

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

- a) Dados cadastrais;**
- b) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- c) Assinatura e data;**
- d) E-mail e número de telefone (válidos)**

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.