

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ N°

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ N°

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO N°. 20101.068358/2022.22

Eventual aquisição através do Sistema de Registro de Preços de Aparelhos Auditivos para distribuição gratuita aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UND.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	410670	APARELHO AUDITIVO DIGITAL, DOTADO DAS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Retroauricular (BTE), Pilha 13 Tecnologia: Digitalmente Programável Condução do som: aérea, canais: 4 programas: 2 programas = 1+ Bobina Telefônica Compressão: PC ou compressão de limitação WDRC Controle de volume: manual Botões: Controle de volume e botão de programa Entradas Alternativas: bobina telefônica e/ ou entrada de áudio Microfone: omnidirecional ou direcional – Cancelamento de microfonia Redutor de ruído de microfone Ganho (acoplador de 2 cc IEC-7 Pico): mínimo aceitável de 120 dB Frequência de Referência: 100Hz a 7000Hz.	UNID	800		
02	410670	APARELHO AUDITIVO DIGITAL, DOTADO DAS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Retroauricular (BTE) Pilha 675 ou 13 Tecnologia: Digitalmente Programável Condução do som: aérea Compressão: PC ou compressão de limitação Canais: 4 Programas: 2 programas= 1+ Bobina Telefônica Controle de volume: manual Botões: Controle de Volume e Botão de Programa Entradas alternativas: bobina telefônica e/ou entrada de áudio Microfone: omnidirecional ou direcional Cancelamento de microfonia Redutor de ruído de microfone Ganho (acoplador de 2 cc IEC-7 Pico):mínimo aceitável de 78 dB Saída Máxima (acoplador de 2 cc IEC-7 Pico): mínimo aceitável de 135 dB. Frequência de Referência: 110Hz a 4.500Hz.	UNID	1000		
03	410670	APARELHO AUDITIVO DIGITAL, DOTADO DAS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	UNID	800s		

		Retroauricular (BTE) Pilha 13 Tecnologia: Digital Condução do som: aérea Canais: 8 Programas: 3 Compressão: compressão de limitação WDRC Controle de volume: manual e/ou automático Botões: Controle de Volume e Botão de Programa Entradas alternativas: bobina telefônica e/ou entrada de áudio Microfones: 2 microfones, sendo 1 omnidirecional e 1 direcional Cancelamento de microfonia Redutor de ruído de microfone Ganho (acoplador de 2 cc IEC-7 Pico): mínimo aceitável de 60dB Saída Máxima (acoplador de 2 cc IEC-7 Pico): mínimo aceitável de 125 dB Frequência de Referência: 100Hz a 7.000Hz.				
VALOR TOTAL						

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

- a) Dados cadastrais;**
- b) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- c) Assinatura e data;**
- d) E-mail e número de telefone (válidos)**

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - Pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DA ENTREGA:

O objeto deste deverá ser entregue em até 30 **dias corridos**, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento ou de Serviço/Requisição, emitida pela Coordenadoria Geral da Atenção Especializada – CGAE, posteriormente recebimento da Nota de Empenho e última assinatura do contrato entre as partes.

Os materiais deverão ser entregues em horário de expediente de 8h00min às 12h00min e 14h00min às 18h00min, horário local), na Coordenadoria Geral de Atenção Farmacêutica, situado à Avenida São Sebastião, 1485, Bairro Santa Tereza, Boa Vista - RR, sem ônus de frete para o Estado e acompanhados das respectivas notas fiscais, manuais e certificados de garantia.

A Vencedora deverá entrar em contato tanto pelos telefones: **(095) 98402-4776**, como também pelo e-mail: **cgae@saude.rr.gov.br**, com cópias para os e-mail's: **np1.cgae@saude.rr.gov.br** e **dpr.cgae@saude.rr.gov.br** para informar o dia da entrega e o horário previsto, os quais deverão ser comunicados com 5 (cinco) dias úteis antes da entrega.

DO TREINAMENTO:

A contratada deverá realizar treinamento de todos os itens constantes na Tabela 8.1 para os servidores designados pelo Departamento de Políticas de Reabilitação - DPR, em dia e horário de expediente (segunda a sexta - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00), horário local, com o objetivo de orientar a correta utilização dos aparelhos auditivos e programadores destes, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de recebimento, com a carga horária mínima de 02 (quatro) horas.

A CONTRATADA deverá emitir comprovante de treinamento e/ou Relatório de treinamento de uso dos aparelhos auditivos.