

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ Nº

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 20101.021323/2023.19

Eventual aquisição de INSUMOS DO GRUPO 12 - CATETER, para atender as Unidades de Saúde do Estado de Roraima no exercício 2023.

G12 - CATETER						
ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	428314	CATETER BALÃO DE DILATAÇÃO ESOFÁGICA E PILÓRICA. Aplicação: Esôfago e Píloro. Material: Polímero. Dimensão balão: 10 / 11 / 12mm por cerca de 60mm. Comprimento do cateter: cerca de 200cm. Diâmetro do cateter: cerca de 2,3mm. Duplo lúmen, dilatação progressiva, compatível c/ Fio Guia 0,035". Estéril e descartável.	UND	24		
2	428302	CATETER BALÃO DE DILATAÇÃO ESOFÁGICA E PILÓRICA. Aplicação: Esôfago e Píloro. Material: Polímero. Dimensão balão: cerca de 12 / 13 / 15mm por cerca de 60mm. Comprimento do cateter: cerca de 200cm. Diâmetro do cateter: cerca de 2,3mm. Duplo lúmen, dilatação progressiva, compatível c/ Fio Guia 0,035". Estéril e descartável.	UND	24		
3	428314	CATETER BALÃO DE DILATAÇÃO ESOFÁGICA E PILÓRICA. Aplicação: Esôfago e Píloro. Material: Polímero. Dimensão balão: cerca de 15 / 16 / 18mm por cerca de 60mm. Comprimento do cateter: cerca de 200cm. Diâmetro do cateter: cerca de 2,3mm. Duplo lúmen, dilatação progressiva, compatível c/ Fio Guia 0,035". Estéril e descartável.	UND	24		
4	437394	CATETER CENTRAL TOTALMENTE IMPLANTÁVEL 8FR. Tipo de implante: Totalmente Implantável. Matéria prima: Silicone, Reservatório Titânio. Diâmetro: Introdutor cerca de 8FR . Comprimento: até 100cm. Componente: Kit introdutor completo, com válvula antirrefluxo. Estéril e descartável.	KIT	300		
5	457456	CATETER DE ACESSO ARTERIAL para medida	UND	1.650		

		da pressão arterial invasiva em artéria femoral ou axilar , em polietileno flexível, um fio guia metálico, uma cânula de punção, um dilatador, conexão luer-lock, tamanho cerca de 4FR x 6cm , agulha cerca de 20G.				
6	NÃO ENCONTRADO	CATETER DE ACESSO ARTERIAL para medida da pressão arterial invasiva em artéria radial ou pediosa , em polietileno flexível, um fio guia metálico, uma cânula de punção, um dilatador, conexão luer lock, tamanho cerca de 5FR x 11cm , agulha cerca de 16 a 18G.	UND	960		
7	455931	CATETER EPIDURAL/PERIDURAL PARA ANESTESIA 16G , comprimento cerca de 100cm, material nylon, revestimento radiopaco, estéril, descartável.	UND	300		
8	437175	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 14G . Material Cateter: Polímero Radiopaco. Aplicação: Venoso. Material Agulha: Agulha Aço Inox. Diâmetro: 14G. Comprimento: cerca de 45mm. Conector: Conector Padrão. Componente 1: Câmara Refluxo c/ Filtro e Tampa. Componente 2: C/ Sistema de Segurança segundo a NR-32. Livre de látex. Estéril. Embalagem individual. Codificação por cores.	UND	10.000		
9	437176	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 16G . Material Cateter: Polímero Radiopaco. Aplicação: Venoso. Material Agulha: Agulha Aço Inox. Diâmetro: 16G. Comprimento: cerca de 45mm. Conector: Conector Padrão. Componente 1: Câmara Refluxo c/ Filtro e Tampa. Componente 2: C/ Sistema de Segurança segundo a NR-32. Livre de látex. Estéril. Embalagem individual. Codificação por cores.	UND	22.000		
10	437177	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18G . Material Cateter: Polímero Radiopaco. Aplicação: Venoso. Material Agulha: Agulha Aço Inox. Diâmetro: 18G. Comprimento: cerca de 30mm. Conector: Conector Padrão. Componente 1: Câmara Refluxo c/ Filtro e Tampa. Componente 2: C/ Sistema de Segurança segundo a NR-32. Livre de látex. Estéril. Embalagem individual. Codificação por cores.	UND	176.000		
11	437178	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 20G . Material Cateter: Polímero Radiopaco. Aplicação: Venoso. Material Agulha: Agulha Aço Inox. Diâmetro: 20G. Comprimento: cerca de 30mm. Conector: Conector Padrão. Componente 1: Câmara Refluxo c/ Filtro e Tampa. Componente 2: C/ Sistema de Segurança segundo a NR-32. Livre de látex. Estéril. Embalagem individual. Codificação por cores.	UND	230.000		
12	437179	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G . Material Cateter: Polímero Radiopaco. Aplicação: Venoso. Material Agulha: Agulha Aço Inox. Diâmetro: 22G. Comprimento: cerca de 25mm. Conector: Conector Padrão. Componente 1: Câmara Refluxo c/ Filtro e Tampa. Componente 2: C/ Sistema de Segurança segundo a NR-32. Livre de látex. Estéril. Embalagem individual. Codificação por cores.	UND	300.000		
13	437180	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G . Material Cateter: Polímero Radiopaco.	UND	170.000		

		Aplicação: Venoso. Material Agulha: Agulha Aço Inox. Diâmetro: 24G. Comprimento: cerca de 20mm. Conector: Conector Padrão. Componente 1: Câmara Refluxo c/ Filtro e Tampa. Componente 2: C/ Sistema de Segurança segundo a NR-32. Livre de látex. Estéril. Embalagem individual. Codificação por cores.				
14	437465	CATETER PARA ACESSO VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 3FR. Aplicação: Venoso. Matéria prima: Poliuretano Radiopaco. Diâmetro: cerca de 3FR. Vias: Duplo Lúmen. Lúmen: cerca de 22G. Comprimento: cerca de 15cm. Tipo fixação: Fixação Subcutânea. Conector: Conectores Padrão, Clamp em todas as vias e Tampas. Componente: Kit Introdutor Completo. Estéril e descartável.	KIT	1.500		
15	437298	CATETER PARA ACESSO VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 7FR. Aplicação: Venoso. Matéria prima: Poliuretano Radiopaco. Diâmetro: cerca de 7FR. Vias: Duplo Lúmen. Lúmen: cerca de 14 a 18G. Comprimento: cerca de 20cm. Tipo fixação: Fixação Subcutânea. Conector: Conectores Padrão, Clamp em todas as vias e Tampas. Componente: Kit Introdutor Completo. Estéril e descartável.	KIT	6.600		
16	437302	CATETER PARA ACESSO VENOSO CENTRAL TRIPLIO LÚMEN 7FR. Aplicação: Venoso. Matéria prima: Poliuretano Radiopaco. Diâmetro: cerca de 7FR. Vias: Triplio Lúmen. Lúmen: cerca de 16 a 18G. Comprimento: cerca de 20cm. Tipo fixação: Fixação Subcutânea. Conector: Conectores Padrão, Clamp em todas as vias e Tampas. Componente: Kit Introdutor Completo. Estéril e descartável.	KIT	2.000		
17	NÃO ENCONTRADO	CATETER UMBILICAL DUPLO LÚMEN 3,5FR. Aplicação: Venoso/Arterial. Tipo Implante: Umbilical. Matéria prima: Poliuretano Radiopaco. Diâmetro: cerca de 3,5FR. Vias: Duplo Lúmen. Comprimento: cerca de 30 a 40cm. Conector: Conectores Padrão, Clamp em todas as vias e Tampas. Estéril e descartável.	UND	5.200		
18	437915	CATETER UMBILICAL DUPLO LÚMEN 5FR. Aplicação: Venoso/Arterial. Tipo Implante: Umbilical. Matéria prima: Poliuretano Radiopaco. Diâmetro: cerca de 5FR. Vias: Duplo Lúmen. Comprimento: cerca de 30 a 40cm. Conector: Conectores Padrão, Clamp em todas as vias e Tampas. Estéril e descartável.	UND	300		
19	448700	CATETER UMBILICAL MONO LÚMEN 2,5FR. Aplicação: Venoso/Arterial. Tipo Implante: Umbilical. Matéria prima: Poliuretano Radiopaco. Diâmetro: cerca de 2,5FR. Vias: Mono Lúmen. Comprimento: cerca de 30 a 40cm. Conector: Conectores Padrão, Clamp e Tampa. Estéril e descartável.	UND	2.200		
20	437844	CATETER UMBILICAL MONO LÚMEN 4FR. Aplicação: Venoso/Arterial. Tipo Implante: Umbilical. Matéria prima: Poliuretano Radiopaco. Diâmetro: cerca de 4FR. Vias: Mono Lúmen. Comprimento: cerca de 30 a 40cm. Conector: Conectores Padrão, Clamp e Tampa. Estéril e descartável.	UND	1.000		

21	439897	CATETER PARA HEMOSTASIA - INJETOR DE ESCLEROSE GASTRO com cateter em politetrafluoroetileno (PTFE) e ponta afilada com conexão lateral, tamanho cerca de 2,4mm x 180cm, calibre da agulha cerca de 23G (0,7mm), comprimento da agulha cerca de 6mm. Descartável, estéril, atóxico, apirogênico.	UND	100		
22	437471	CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) DUPLO LÚMEN 2FR. Aplicação: Venoso. Tipo Implante: Inserção Periférica. Matéria prima: Silicone ou Poliuretano radiopaco. Diâmetro: cerca 2FR. Vias: Duplo Lúmen. Comprimento: cerca 30cm. Conector: Conector Padrão, Clamp em todas vias e Tampas. Componente: Kit Introdutor Completo. Graduado. Estéril e descartável.	KIT	2.000		
23	437326	CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) DUPLO LÚMEN 4FR. Aplicação: Venoso. Tipo Implante: Inserção Periférica. Matéria prima: Silicone ou Poliuretano radiopaco. Diâmetro: cerca 4FR. Vias: Duplo Lúmen. Comprimento: cerca 50cm. Conector: Conector Padrão, Clamp em todas vias e Tampas. Componente: Kit Introdutor Completo. Graduado. Estéril e descartável.	KIT	200		
24	437324	CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) DUPLO LÚMEN 5FR. Aplicação: Venoso. Tipo Implante: Inserção Periférica. Matéria prima: Silicone ou Poliuretano radiopaco. Diâmetro: cerca 5FR. Vias: Duplo Lúmen. Comprimento: cerca 50cm. Conector: Conector Padrão, Clamp em todas vias e Tampas. Componente: Kit Introdutor Completo. Graduado. Estéril e descartável.	KIT	450		
25	NÃO ENCONTRADO	CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) MONO LÚMEN 1,2 A 1,5FR. Aplicação: Venoso. Tipo Implante: Inserção Periférica. Matéria prima: Silicone ou Poliuretano radiopaco. Diâmetro: cerca de 1,2 a 1,5FR. Vias: Mono Lúmen. Comprimento: cerca 30cm. Conector: Conector Padrão, Clamp e Tampa. Componente: Kit Introdutor Completo. Graduado. Estéril e descartável.	KIT	1.000		
26	437360	CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) MONO LÚMEN 1,9FR. Aplicação: Venoso. Tipo Implante: Inserção Periférica. Matéria prima: Silicone ou Poliuretano radiopaco. Diâmetro: cerca 1,9FR. Vias: Mono Lúmen. Comprimento: cerca 30cm. Conector: Conector Padrão, Clamp e Tampa. Componente: Kit Introdutor Completo. Graduado. Estéril e descartável.	KIT	2.000		
27	458243	KIT PARA LIGADURA ELÁSTICA DE VARIZES ESOFÁGICAS, com cilindro c/ ponta p/ ligaduras elásticas c/ cerca de 6 unidades, com conjunto aplicador completo. Compatível com todas as marcas de endoscópio. Descartável.	KIT	120		
VALOR TOTAL						

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

- a) Dados cadastrais;**
- b) Marca do equipamento;**
- c) Prazo de entrega;**
- d) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- e) Assinatura, data e endereço;**
- f) E-mail e número de telefone (válidos)**

E-mail:

Telefone:

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA

O objeto deverá ser entregue no **Almoxarifado da CGAF/SESAU**, situado à **Rua Tambaqui, nº 176, Santa Tereza – Boa Vista/RR, CEP: 69.314-064, Telefone: (95) 98406 - 1026**, E-mail do Núcleo responsável pela gestão do contrato: **nie.cgaf@saude.rr.gov.br**, E-mail de agendamento das entregas: **recebimento_sesrrr@hosplog.com.br**, em dia e horário de expediente (segunda a sexta - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, horário local), sem ônus de frete para o Estado, e acompanhados das respectivas Notas Fiscais.