

**LOGO MARCA DA EMPRESA**  
**NOME COMERCIAL DA EMPRESA**  
**CNPJ Nº**

Ao  
Governo do Estado de Roraima  
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU  
Gerencia Especial de Cotação – GEC

**CARIMBO CNPJ Nº**

**MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

**PROCESSO Nº. 20101.036978/2023.83**

**Eventual aquisição de INSUMOS DO GRUPO 14 - VASCULAR, para atender as Unidades de Saúde do Estado de Roraima no exercício 2023.**

G14 - VASCULAR						
ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	459970	CATETER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL 2FR, tipo Fogarty, comprimento cerca de 60 a 80cm, poliuretano ou silicone, com balão de látex natural, flexível. Descartável, atóxico, apirogênico, estéril, embalado individualmente.	UND	100		
2	459979	CATETER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL 3FR, tipo Fogarty, comprimento cerca de 60 a 80cm, poliuretano ou silicone, com balão de látex natural, flexível. Descartável, atóxico, apirogênico, estéril, embalado individualmente.	UND	100		
3	459978	CATETER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL 4FR, tipo Fogarty, comprimento cerca de 60 a 80cm, poliuretano ou silicone, com balão de látex natural, flexível. Descartável, atóxico, apirogênico, estéril, embalado individualmente.	UND	100		
4	459973	CATETER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL 5FR, tipo Fogarty, comprimento cerca de 60 a 80cm, poliuretano ou silicone, com balão de látex natural, flexível. Descartável, atóxico, apirogênico, estéril, embalado individualmente.	UND	100		
5	455859	ENXERTO TIPO PATCH. Modelo: INORGÂNICO. Material: tecido DACRON, impregnado com colágeno. Dimensão: cerca de 20cm2. Estéril e descartável.	UND	30		
6	418380	FILTRO DE VEIA CAVA, malha de aço inoxidável, uso em veia cava. Durabilidade: Permanente. Via de implante: Jugular ou Femural.	KIT	30		

		Diâmetro do filtro: cerca de 30mm. Sistema de entrega: Bainha introdutora cerca de 7FR. Kit c/ dilatador, agulha e fio guia. Estéril, uso único, radiopaco, apirogênico.				
7	443989	GRAMPO/CLIQUE HEMOSTÁTICO, em titânio, tamanho PEQUENO. Estéril e descartável. Cartucho com 6 unidades. A empresa vencedora deverá fornecer em regime de comodato os grampeadores/clipadores compatíveis com os grampos/clipes ofertados.	CARTUCHO	2400		
8	443988	GRAMPO/CLIQUE HEMOSTÁTICO, em titânio, tamanho MÉDIO. Estéril e descartável. Cartucho com 6 unidades. A empresa vencedora deverá fornecer em regime de comodato os grampeadores/clipadores compatíveis com os grampos/clipes ofertados.	CARTUCHO	2400		
9	443990	GRAMPO/CLIQUE HEMOSTÁTICO, em titânio, tamanho MÉDIO-GRANDE. Estéril e descartável. Cartucho com 6 unidades. A empresa vencedora deverá fornecer em regime de comodato os grampeadores/clipadores compatíveis com os grampos/clipes ofertados.	CARTUCHO	2400		
10	443987	GRAMPO/CLIQUE HEMOSTÁTICO, em titânio, tamanho GRANDE. Estéril e descartável. Cartucho com 6 unidades. A empresa vencedora deverá fornecer em regime de comodato os grampeadores/clipadores compatíveis com os grampos/clipes ofertados.	CARTUCHO	2400		
11	448093	INTRODUTOR PERCUTÂNEO ARTERIAL VENOSO 5FR, em poliuretano, com bainha, com válvula anti-refluxo e torneira lateral, calibre cerca de 5FR, introdutor cerca de 11cm de comprimento, fio guia c/ diâmetro cerca de 0,035" a 0,038" c/ ponta em "J" e dilatador, com agulha e válvula hemostática. Estéril, radiopaco, atóxico, apirogênico e descartável.	KIT	100		
12	448112	INTRODUTOR PERCUTÂNEO ARTERIAL VENOSO 6FR, em poliuretano, com bainha, com válvula anti-refluxo e torneira lateral, calibre cerca de 6FR, introdutor cerca de 11cm de comprimento, fio guia c/ diâmetro cerca de 0,035" a 0,038" c/ ponta em "J" e dilatador, com agulha e válvula hemostática. Estéril, radiopaco, atóxico, apirogênico e descartável.	KIT	100		
13	448120	INTRODUTOR PERCUTÂNEO ARTERIAL VENOSO 7FR, em poliuretano, com bainha, com válvula anti-refluxo e torneira lateral, calibre cerca de 7FR, introdutor cerca de 11cm de comprimento, fio guia c/ diâmetro cerca de 0,035" a 0,038" c/ ponta em "J" e dilatador, com agulha e válvula hemostática. Estéril, radiopaco, atóxico, apirogênico e descartável.	KIT	100		
14	447217	PRÓTESE VASCULAR; tipo: Enxerto Composto. Origem: Inorgânico. Matéria prima: DACRON, POLIÉSTER. Composição: Impregnado com Colágeno Bovino. Modelo: Bifurcada. Porosidade: Alta Porosidade. Diâmetro: cerca de 14mm x 7mm	UND	20		

		Comprimento: cerca de 40cm. Estéril e descartável				
15	447218	PRÓTESE VASCULAR; tipo: Enxerto Composto. Origem: Inorgânico. Matéria prima: DACRON, POLIÉSTER. Composição: Impregnado com Colágeno Bovino. Modelo: Bifurcada. Porosidade: Alta Porosidade. Diâmetro: cerca de 16mm x 8mm Comprimento: cerca de 40cm. Estéril e descartável	UND	20		
16	447221	PRÓTESE VASCULAR; tipo: Enxerto Composto. Origem: Inorgânico. Matéria prima: DACRON, POLIÉSTER. Composição: Impregnado com Colágeno Bovino. Modelo: Bifurcada. Porosidade: Alta Porosidade. Diâmetro: cerca de 18mm x 9mm Comprimento: cerca de 40cm. Estéril e descartável	UND	20		
17	447219	PRÓTESE VASCULAR; tipo: Enxerto Composto. Origem: Inorgânico. Matéria prima: DACRON, POLIÉSTER. Composição: Impregnado com Colágeno Bovino. Modelo: Bifurcada. Porosidade: Alta Porosidade. Diâmetro: cerca de 20mm x 10mm Comprimento: cerca de 40cm. Estéril e descartável	UND	20		
18	447346	PRÓTESE VASCULAR; tipo: Enxerto. Origem: Inorgânico. Matéria prima: Politetrafluoretileno (PTFE). Modelo: Reto. Diâmetro: cerca de 4mm. Comprimento: cerca de 50cm. Estéril e descartável.	UND	30		
19	447347	PRÓTESE VASCULAR; tipo: Enxerto. Origem: Inorgânico. Matéria prima: Politetrafluoretileno (PTFE). Modelo: Reto. Diâmetro: cerca de 6mm. Comprimento: cerca de 50cm. Estéril e descartável.	UND	50		
20	447348	PRÓTESE VASCULAR; tipo: Enxerto. Origem: Inorgânico. Matéria prima: Politetrafluoretileno (PTFE). Modelo: Reto. Diâmetro: cerca de 7mm. Comprimento: cerca de 50cm. Estéril e descartável.	UND	30		
21	447334	PRÓTESE VASCULAR; tipo: Enxerto. Origem: Inorgânico. Matéria prima: Politetrafluoretileno (PTFE). Modelo: Reto. Diâmetro: cerca de 8mm. Comprimento: cerca de 50cm. Estéril e descartável.	UND	30		
22	443925	SHUNT DE CARÓTIDA, matéria prima: Polímero; dimensões: Cerca de 9FR (3mm) x 30cm; modelo: Multilúmen c/ Balões. Estéril e descartável.	UND	20		
23	443925	SHUNT DE CARÓTIDA, matéria prima: Silicone; composto de torneirinha; dimensões: Cerca de 9-11FR x 30cm; modelo: Multilúmen c/ Balões. Estéril e descartável.	UND	20		
<b>VALOR TOTAL</b>						

**VALIDADE DE 180 DIAS.**

**Favor mencionar os dados abaixo na proposta:**

- a) Dados cadastrais;**
- b) Marca do equipamento;**

- c) Prazo de entrega;**
- d) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- e) Assinatura, data e endereço;**
- f) E-mail e número de telefone (válidos)**

---

E-mail:

---

Telefone:

---

Local e Data

---

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

**OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br**

**Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021**

*Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:*

*[...]*

*IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;*

## **INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

### **DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA:**

O objeto deverá ser entregue no **Almoxarifado da CGAF/SESAU**, situado à **Rua Tambaqui, nº 176, Santa Tereza – Boa Vista/RR, CEP: 69.314-064, Telefone: (95) 98406 - 1026**, E-mail do Núcleo responsável pela gestão do contrato: **nie.cgaf@saude.rr.gov.br**, E-mail de agendamento das entregas: **recebimento\_sesrrr@hosplog.com.br**, em dia e horário de expediente (segunda a sexta - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, horário local), sem ônus de frete para o Estado, e acompanhados das respectivas Notas Fiscais.

## DO COMODATO

A empresa vencedora dos itens em que estiverem presentes, de forma explícita, a necessidade de fornecimento de aparelho ou equipamento permanente em regime de comodato DEVERÁ fornecê-los à SESAU/RR, no mesmo endereço de entrega e no ato da entrega dos itens, em número e especificação conforme a tabela a seguir, que atenderá na aplicação dos insumos dos itens 7, 8, 9 e 10.

Nº do Item	Descrição do Equipamento a ser Fornecido em Regime de Comodato	Quantidade
7, 8, 9 e 10	Grampeador/Clipador hemostático	cerca de 06 unidades

A empresa deverá efetuar a manutenção dos equipamentos em regime de comodato sempre que solicitado pela Unidade de Saúde no prazo máximo de 48 horas, ou sua substituição no prazo máximo de 72 horas, caso não seja possível a manutenção corretiva.