

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ N°

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ N°

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO N°. 20101.082496/2022.14

Eventual aquisição de PRÓTESES DE MARCAPASSOS para atender os pacientes oriundo da rede pública do estado de Roraima durante um período de 12 meses.

| ITEM | CATMAT | PRODUTO | ESPECIFICAÇÃO | UND | QTD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|--------|-----------------------|---|-----|-----|-------------|-------------|
| 1 | 480757 | MARCAPASSO UNICAMERAL | Gerador de MP Unicameral (condicionado a ressonância magnética 3,0T + home monitoring, com 02 sensores de adaptação de frequência, controle de captura atrial, ventricular com verificação contínua de captura (batimento a batimento), pulso de back-up e funcionamento e modo bipolar ou unipolar, 02 algoritmos para supressão da estimulação desnecessária do ventrículo direito, 01 baseado em mudança de modo ADI (R)- DDD(R) e outro baseado em histerese AV, controle automático da sensibilidade ventricular; sugestões para o ajuste do intervalo AV, histerese AV e compensação de sense, sugestões de programação conforme a indicação de implante). Cabo-eletrodo atrial ou ventricular (de fixação ativa, revestido de silicone e sistema fractal de captação de sinal; conexão 3,20mm), Introduzidor Valvulado, Placas adesivas para a cardioversão, Eletrodos adesivos. | UND | 2 | | |

| | | | | | | | |
|---|--------|--------------------------------------|--|-----|-----|--|--|
| 2 | 4049 | MARCAPASSO BICAMERAL | Gerador de MP bicameral (condicionado a ressonância magnética 3,0T + home monitoring, com 02 sensores de adaptação de frequência, controle de captura atrial, ventricular com verificação contínua de captura (batimento a batimento), pulso de back-up e funcionamento e modo bipolar ou unipolar, 02 algoritmos para supressão da estimulação desnecessária do ventrículo direito, 01 baseado em mudança de modo ADI (R)- DDD(R) e outro baseado em histerese AV, controle automático da sensibilidade ventricular; sugestões para o ajuste do intervalo AV, histerese AV e compensação de sense, sugestões de programação conforme a indicação de implante), Cabo-eletrodo atrial (de fixação ativa, revestido de silicone e sistema fractal de captação de sinal; conexão 3,20mm), Cabo- eletrodo ventricular (de fixação ativa, revestido de silicone e sistema fractal de captação de sinal; conexão 3,20mm), Bainha de feixe de His/Ramo esquerdo (biplanar, curva fixa ou defletível), Introduutor Valvulado, Placas adesivas para a cardioversão, Eletrodos adesivos, Cateter diagnóstico quadripolar/decapolar, Conector de cateter diagnóstico. | UND | 100 | | |
| 3 | 480785 | RESSINCRONIZADOR ATRIO BIVENTRICULAR | Gerador de marcapasso multissítio (condicionado a ressonância magnética 3,0T + home monitoring), Cabo- eletrodo atrial (de fixação ativa, revestido de silicone e sistema fractal de captação de sinal; conexão 3,20mm), Cabo-eletrodo ventricular (de fixação ativa, revestido de silicone e sistema fractal de captação de sinal; conexão 3,20mm), Cabo-eletrodo ventricular esquerdo Bi/quadripolar, Introduutor Valvulado, Bainha de seio coronário, Bainha subseletora, Dispositivo cortador de Bainha, Fio guia 0,014", Fio Guia 0,035", Cateter balão, Cateter diagnóstico quadripolar/decapolar, Conector de cateter diagnóstico, Placas adesivas para a cardioversão, Contraste, Eletrodos adesivos. | UND | 3 | | |
| 4 | 480714 | CARDIODESBRILADOR MONOCAMERAL DF1 | Gerador de CDI DF1 câmara-única (condicionado a ressonância magnética 3,0T + home monitoring), Cabo- eletrodo ventricular DF1 mola única/dupla, Cabo-eletrodo ventricular (de fixação ativa, revestido de silicone e sistema fractal de captação de sinal; conexão 3,20mm), Bainha de feixe de His/Ramo esquerdo (biplanar, curva fixa ou defletível), Introduutor Valvulado, Placas adesivas para a cardioversão, Eletrodos adesivos, Cateter diagnóstico quadripolar/decapolar, Conector de cateter diagnóstico, "Botinha". | UND | 3 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--|---|-----|---|--|--|--|
| 5 | 480714 | CARDIODESFI BRIL ADOR BICAMERAL DF1 | Gerador de CDI DF1 dupla-câmara (condicionado a ressonância magnética 3,0T + home monitoring), Cabo- eletrodo atrial (de fixação ativa, revestido de silicone e sistema fractal de captação de sinal; conexão 3,20mm), Cabo-eletrodo ventricular DF1 mola única/dupla, Cabo-eletrodo ventricular (de fixação ativa, revestido de silicone e sistema fractal de captação de sinal; conexão 3,20mm) Bainha de feixe de His/Ramo esquerdo (biplanar, curva fixa ou defletível) Introduzor Valvulado, Placas adesivas para a cardioversão, Eletrodos adesivos, Cateter diagnóstico quadripolar/decapolar, Conector de cateter diagnóstico, “Botinha”. | UND | 3 | | | |
| 6 | 422726 | MARCAPASSO TRANSVENOS O PROVISÓRIO COM ELETRODO DE FIXAÇÃO ATIVA | Cabo-eletrodo ventricular (de fixação ativa, revestido de silicone e sistema fractal de captação de sinal; conexão 3,20mm), Introduzor Valvulado, Chave de torque, Eletrodos adesivos, Marcapasso Monocameral, Marcapasso Bicameral, Ressincronizador Átrio Bi-Ventricular, Cardiodesfibrilador Monocameral DF1, Cardiodesfibrilador Monocameral DF4, Cardiodesfibrilador Bicameral DF1, Cardiodesfibrilador Bicameral DF4, Cardiodesfibrilador Ressincronizador Bi-Ventricular, Cardiodesfibrilador Ressincronizador Átrio-Biventricular, “Botinha”, Obturador de canal. | UND | 5 | | | |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | |

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

- a) Dados cadastrais;**
- b) Marca do equipamento;**
- c) Prazo de entrega;**
- d) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- e) Assinatura, data e endereço;**
- f) E-mail e número de telefone (válidos)**

E-mail:

Telefone:

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;