

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ Nº

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 20101.055039/2023.38

Eventual aquisição de equipamento médico.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ MODELO	UNID	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01.	AQUECEDOR DE FLUIDOS - CARATERÓTIAS MÍMAS PARA AQUISIÇÃO: DESTINADO AO AQUECIMENTO EM LINHA SEGURO E RÁPIDO DEFLUIDOS. FORNECE CONTROLE DA TAXA DE FLUXO DOS LÑUIDOS. OS LÑUIDOS SÃO AQUECIDOS A TEMPERATURAS ENTRE 36°C E 43°C, A UMA TAXA DE FLUXO DE 10 A 300 ML/MINUTO. OS FLUÃOS À TEMPERATURA AMBIENTE (20°C) PODEM SER AQUECIDOS A TAXAS DEFLUXO ATÉ 500 ML. O EQUIPAMENTO É TOTALMENTE SELADO, RESISTENTE A LÑUIDOS. EM SEU PAINEL LATERAL HÁ UM DISJUNTOR DECORRENTE COM ILUMINAÇÃO; NO PAINEL FRONTAL EXISTE UM VISOR LED COM INDICAÇÃO DE TEMPERATURA EM GRAUS CELSIUS EACESSÓRIO PARA RETENÇÃO DE BOLHAS. CARACTERÓTIAS GERAIS: DIMENSÕES: 3,49 X 23,5 X 31,1CM. PESO: 4,54KG. ALIMENTAÇÃO E LÉTRICA <u>220V</u> , 60HZ. POTÊNCIA: 1.000 WATTS.	ACE MEDICAL	UND	1		
VALOR TOTAL						

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

- a) Dados cadastrais;**
- b) Marca do equipamento;**
- c) Prazo de entrega;**

- d) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- e) Assinatura, data e endereço;**
- f) E-mail e número de telefone (válidos)**

E-mail:

Telefone:

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;