

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

Ao
 Governo do Estado de Roraima
 Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
 Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ Nº

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 20101.086228/2023.52

Eventual aquisição de próteses de marcapassos para atender os pacientes oriundos da rede pública do estado de Roraima.

ITEM	PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	MARCAPASSO BICAMERAL	- Gerador de MP bicameral (condicionado a ressonância magnética 3,0T + home monitoring, com 02 sensores de adaptação de frequência, controle de captura atrial, ventricular com verificação contínua de captura (batimento a batimento), pulso de back-up e funcionamento e modo bipolar ou unipolar, 02 algoritmos para supressão da estimulação desnecessária do ventrículo direito, 01 baseado em mudança de modo ADI (R)- DDD(R) e outro baseado em histerese AV, controle automático da sensibilidade ventricular; sugestões para o ajuste do intervalo AV, histerese AV e compensação de sense, sugestões de programação conforme a indicação de implante)	01	08	
		- Cabo-eletrodo atrial (de fixação ativa, revestido de silicone e sistema fractal de captação de sinal; conexão 3,20mm)	01		
		- Cabo-eletrodo ventricular (de fixação ativa, revestido de silicone e sistema fractal de captação de sinal; conexão 3,20mm)	01		
		- Introdutor Valvulado 7F	03		
2	RESSINCRONIZADOR ATRIO BI-VENTRICULAR	- Gerador de marcapasso multissítio (condicionado a ressonância magnética 3,0T + home monitoring)	01	03	
		- Cabo-eletrodo atrial (de fixação ativa, revestido de silicone e sistema fractal de captação de sinal; conexão 3,20mm)	01		
		- Cabo-eletrodo ventricular (de fixação ativa, revestido de silicone e sistema fractal de captação de sinal; conexão 3,20mm)	01		
		- Cabo-eletrodo ventricular esquerdo Bi/quadrípolar	01		

		- Introduutor Valvulado 7F	02			
		- Introduutor Valvulado 9F	01			
		- Bainha de seio coronário	01			
		- Bainha subseletora	01			
		- Dispositivo cortador de Bainha	01			
3	CARDIODESFIBRILADOR MULTISSÍTIO ATRIO BI-VENTRICULAR -TRC-D (DF1)	- Gerador de CDI multissítio (condicionado a ressonância magnética 3,0T + home monitoring)	01	01		
		- Cabo-eletrodo atrial (de fixação ativa, revestido de silicone e sistema fractal de captação de sinal; conexão 3,20mm)	01			
		- Cabo-eletrodo ventricular mola única/dupla	01			
		- Cabo-eletrodo ventricular esquerdo Bi/quadrípolar	01			
		- Introduutor Valvulado 7F	02			
		- Introduutor Valvulado 9F	01			
		- Bainha de seio coronário	01			
		- Bainha subseletora	01			
		- Dispositivo cortador de bainha	01			
		- Fio guia 0,014''	02			
		- Fio Guia 0,035''	01			
4	TROCA MARCAPASSO BICAMERAL	- Gerador de MP bicameral (condicionado a ressonância magnética 3,0T + home monitoring, com 02 sensores de adaptação de frequência, controle de captura atrial, ventricular com verificação contínua de captura (batimento a batimento), pulso de back-up e funcionamento e modo bipolar ou unipolar, 02 algoritmos para supressão da estimulação desnecessária do ventrículo direito, 01 baseado em mudança de modo ADI (R)- DDD(R) e outro baseado em histerese AV, controle automático da sensibilidade ventricular; sugestões para o ajuste do intervalo AV, histerese AV e compensação de sense, sugestões de programação conforme a indicação de implante)	01	08		
5	IMPANTE DE ELETRODO VENTRICULAR	- Cabo-eletrodo ventricular (de fixação ativa, revestido de silicone e sistema fractal de captação de sinal; conexão 3,20mm)	01	01		
		- Introduutor Valvulado 7F	01			
VALOR TOTAL						

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

- a) Dados cadastrais;**
- b) Marca do equipamento;**
- c) Prazo de entrega;**
- d) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**

- e) Assinatura, data e endereço;**
- f) E-mail e número de telefone (válidos)**

E-mail:

Telefone:

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;