

**LOGO MARCA DA EMPRESA**  
**NOME COMERCIAL DA EMPRESA**  
**CNPJ Nº**

Ao  
Governo do Estado de Roraima  
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU  
Gerencia Especial de Cotação – GEC

**CARIMBO CNPJ Nº**

**MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

**PROCESSO Nº. 20101.093302/2023.97**

**EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COLCHÕES HOSPITALARES.**

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	369135 (SIMILAR)	<b>COLCHÃO HOSPITALAR EM GEL TRANSPARENTE COMPATÍVEL PARA FOTOTERAPIA NEONATAL BILATERAL DE ALTA INTENSIDADE; MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 65 CM, ALTURA BASE: 10 MM E LARGURA: 34 CM</b>	UND	116		
2	401297	<b>COLCHÃO HOSPITALAR, COMPATÍVEL COM BERÇO AQUECIDO, MATERIAL: ESPUMA, FORMATO: SELADO REVESTIDO EM NAPA, REVESTIDO PVC, SELAGEM HERMÉTICA, RESISTENTE, LAVÁVEL, DENSIDADE MÍNIMA D-28; MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 64 CM, ALTURA, BASE 2,5 CM, LARGURA 31 CM</b>	UND	554		
3	401295 (SIMILAR)	<b>COLCHÃO HOSPITALAR, COMPATÍVEL COM INCUBADORA, MATERIAL: ESPUMA, FORMATO: SELADO, REVESTIDO EM COURVIN, DENSIDADE D-28; MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 64 CM, ALTURA BASE 10 CM, LARGURA 36 CM</b>	UND	838		
4	(SIMILAR)	<b>COLCHÃO HOSPITALAR, COMPATÍVEL PARA BERÇO DE ACRILICO, MATERIAL: ESPUMA, REVESTIDO EM NAPA (COURVIM); COR AZUL; RESPIROS LATERAIS: SEM FITINS; PLACA DE ESPUMA: 100% POLIURETANO; CONTER: ANTI-ÁCARO, ANTI-FUNGO E SER ANTIALÉRGICO, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, DENSIDADE D-33;</b>	UND	588		

		MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 1,69CM, LARGURA 68CM E ALTURA 5 CM				
5	(SIMILAR)	<b>COLCHÃO HOSPITALAR TIPO CAIXA DE OVO</b> , ANTI-ESCARAS MATERIAL: ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE APROXIMADA D-28; MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 1,90 CM, ALTURA BASE: 2 CM E LARGURA: 40 CM	UND	18		
6	(SIMILAR)	<b>COLCHÃO HOSPITALAR COMPATÍVEL PARA MACA</b> , MATERIAL: ESPUMA DE POLIURETANO, REVESTIDO EM CURVIM, COM DEBRUM E COM COR AZUL, RESISTENTE E LAVÁVEL, DENSIDADE: D-33; MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 188 CM, ALTURA BASE:7 CM E LARGURA: 50 CM	UND	1278		
7	401300	<b>COLCHÃO HOSPITALAR, PARA MACA USO PARA OBESO</b> , MATERIAL: ESPUMA, FORMATO: SELADO REVESTIDO EM NAPA,REVESTIDO PVC, SELAGEM HERMÉTICA, RESISTENTE E LAVÁVEL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 180KG, DENSIDADE MÍNIMA D-45; MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 1,80 CM, ALTURA BASE: 17 CM, LARGURA 88 CM	UND	256		
8	401300 (SIMILAR)	<b>COLCHÃO HOSPITALAR COMPATÍVEL PARA LEITO, USO PARA OBESOS</b> , COM CAPA IMPERMEÁVEL COM REVESTIMENTO DE NAPA (COURVIM) COM ESPUMA FLEXÍVEL 100% POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA COM PROTEÇÃO CONTRA URINA E OUTROS ELEMENTOS, COSTURA EM NYLON, ZIPER NO COMPRIMENTO DO COLCHÃO, COR AZUL ROYAL. INDICADO PARA PACIENTES COM MAIS DE 150G. COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO,DENSIDADE D-45; MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 1,92 CM, ALTURA BASE 15 CM, LARGURA 96 CM	UND	822		
9	323940 (SIMILAR)	<b>COLCHÃO HOSPITALAR COMPATÍVEL PARA LEITO</b> MATERIAL COM NAPA AZUL IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A ÁGUA, ANTIÁCARO E ANTIFUNGO, DENSIDADE: D-33; MEDIDAS APROXIMADAS COMPRIMENTO: 188 CM, NA LARGURA: 88 CM, ALTURA: 14 CM	UND	3665		
10	355913 (SIMILAR)	<b>COLCHÃO D'ÁGUA HOSPITALAR PARA LEITO COMPATÍVEL COM CAMA TIPO FAWLER</b> : COLCHÃO D'ÁGUA EM PVC RESISTENTE, FORMATO: ARTICULADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MODELO ANTI-ESCARAS, SUPORTAR ATÉ 180 KG COM TRATAMENTO: ANTI ESCARA; ANTIMOFO, ANTI- FUNGO, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 190 CM, LARGURA: 90 CM	UND	136		
11	467189 (SIMILAR)	<b>COLCHÃO HOSPITALAR PARA MESA CIRÚRGICA: CONJUNTO DE COLCHONETE COMPATÍVEL COM MESA</b>	UND	74		

		<b>CIRÚRGICA BARRFAB(BF)</b> .EM ESPUMA VISCO ELÁSTICO, REVESTIDO EM CORVIN AZUL, MATERIAL IMPERMEAVEL COM SELAGEM HERMÉTICA E RESISTENTE NAS LATERAIS APARENTES COM VÁLVULA OU SISTEMA REGULADOR DE AR QUE IMPEÇA CONTAMINACAO, DE UM LADO DO COLCHONETE DEVERA CONTER TIRAS EM SILICONE QUE IMPEÇA QUE O COLCHONETE ESCORREGUE DA MESA CIRURGICA, COMPONENTES 1: P/ APOIO CABEÇA, TRONCO E PERNAS.				
12	467189 (SIMILAR)	<b>COLCHÃO HOSPITALAR PARA MESA CIRÚRGICA: CONJUNTO DE COLCHONETE COMPATIVEL COM MESA CIRURGICA MAQUET</b> .EM ESPUMA VISCO ELASTICO, REVESTIDO EM CORVIN AZUL, MATERIAL IMPERMEAVEL COM SELAGEM HERMETICA E RESISTENTE NAS LATERAIS APARENTES QUE IMPECA CONTAMINACAO, DE UM LADO DO COLCHONETE DEVERA CONTER TIRAS EM SILICONE QUE IMPECA QUE O COLCHONETE ESCORREGUE DA MESA CIRURGICA, COMPONENTES 1: P/ APOIO CABEÇA, TRONCO E PERNAS	UND	72		
13	467189 (SIMILAR)	<b>COLCHÃO HOSPITALAR PARA MESA CIRÚRGICA: CONJUNTO DE COLCHONETE COMPATIVEL COM MESA CIRURGICA MEDPEJ</b> .EM ESPUMA VISCO ELASTICO, REVESTIDO EM CORVIN AZUL, MATERIAL IMPERMEAVEL COM SELAGEM HERMETICA E RESISTENTE NAS LATERAIS APARENTES COM VALVULA OU SISTEMA REGULADOR DE AR QUE IMPECA CONTAMINACAO, DE UM LADO DO COLCHONETE DEVERA CONTER TIRAS EM SILICONE QUE IMPECA QUE O COLCHONETE ESCORREGUE DA MESA CIRURGICA, COMPONENTES 1: P/ APOIO CABEÇA, TRONCO E PERNAS	UND	80		
14	385494 (SIMILAR)	<b>COLCHÃO HOSPITALAR PNEUMÁTICO, COM COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO AR ANTI ESCARA</b> , CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS PARA A AQUISIÇÃO: COMPOSTO DE 130 à 150 CÉLULAS UNIFORMES; CONFECCIONADO EM VINIL RESISTENTE, FLEXÍVEL E IMPERMEÁVEL. MATERIAL: PVC; COR DO COLCHÃO:AZUL ROYAL; UNIDADE DE CONTROLE - BIVOLT. PRESSÃO REGULÁVEL; NÍVEL DE VIBRAÇÃO BAIXO; LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO: BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA; PRESSÃO DE SAÍDA: 2,0 PSI (LIBRA FORÇA POR POLEGADA AQ QUADRADO) OU 10342 MMHG (MILÍMETRO DE MERCÚRIO); TEMPO DE CICLO (P/ CADA SAÍDA, SERÁ O DOBRO P/ AS DUAS SAÍDAS) BIVOLT: COMPRIMENTO DO CABO DE FORÇA: 3 à 4 MT; INDICADO PACIENTE DE ATÉ 250 KG. MEDIDAS APROXIMADAS COMPRIMENTO 1,80 CM, LARGURA: 80 CM E ALTURA : 15 CM- (INFLADO)	UND	3687		
15	467189 (SIMILAR)	<b>COLCHÃO HOSPITALAR COMPATÍVEL PARA CAMA DE PARTO PPP COLCHÃO</b> CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO, REVESTIMENTO 100% NAPA	UND	300		

		IMPERMEÁVEL; COM FECHAMENTO VULCANIZADO UTILIZANDO SELAGEM HERMÉTICA (SOLDA ELETRÔNICA), REVESTIMENTO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO, ANTIFUNGO; SISTEMA DE RESPIROS, ZÍPER COBERTO POR ABA PROTETORA. COLCHÃO CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO, REVESTIMENTO 100% NAPA IMPERMEÁVEL; COM FECHAMENTO VULCANIZADO UTILIZANDO SELAGEM HERMÉTICA (SOLDA ELETRÔNICA), REVESTIMENTO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO, ANTIFUNGO; SISTEMA DE RESPIROS, ZÍPER COBERTO POR ABA PROTETORA.				
<b>VALOR TOTAL</b>						

**VALIDADE DE 180 DIAS.**

**Favor mencionar os dados abaixo na proposta:**

- a) Dados cadastrais;**
- b) Marca do equipamento;**
- c) Prazo de entrega;**
- d) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- e) Assinatura, data e endereço;**
- f) E-mail e número de telefone (válidos)**

---

E-mail:

---

Telefone:

---

Local e Data

---

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

**OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br**

**Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021**

*Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:*

*[...]*

*IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;*

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA:**

Os materiais deverão ser entregues em horário de expediente **(de 08:00 às 12:00 / 14:00 às 18:00, horário local)**, sem ônus de frete para o Estado e acompanhados das respectivas notas fiscais, na **Divisão de abastecimento – SESAU/RR, situado á Rua João Padeiro, 1464, Bairro Buritis, Boa Vista/ RR- CEP: 69309-195.**

Os prazos que virem a termo em dia que não haja expediente no órgão ou que o expediente tenha sido reduzido, ficam automaticamente prorrogados para o dia útil seguinte.

A Contratada deverá entrar em contato tanto pelos telefones: **(095) 98414-4490; (095) 98414-4484**, como também pelo e-mail: **cgue@saude.rr.gov.br**, com cópias para o e-mail: **np2.cgue@saude.rr.gov.br**, para informar o dia da entrega e o horário previsto, deverá ser **comunicado com 5(cinco) dias úteis antes da entrega**, para que sejam comunicados a equipe de recebimento, para deslocamento a unidade onde será a entrega