

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ Nº

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 20101.040883/2024.45

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS AVULSOS PARA AS ESPECIALIDADES MÉDICAS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA CAPITAL E DOS INTERIORES DO ESTADO DE RORAIMA - RR.

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID	QTD TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	473792	AFASTADOR CIRÚRGICO AUTOESTÁTICO, MODELO: ADSON \BABY, MODELO PONTA: 3 X 4 DENTES ROMBO SEM HASTE: HASTE ARTICULÁVEL, TRAVAMENTO: COM CREMALHEIRA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 cm, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	10		
2	473896	AFASTADOR DOYEN SUPRAPÚBICA AFASTADOR CIRÚRGICO MANUAL, MODELO: DOYEN SUPRAPÚBICA, MODELO PONTA: PÁ CURVA, DIMENSÃO PÁ: CERCA DE 60 X 90 mm, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 30 cm, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL	UNID	30		
3	474119	AFASTADOR FARABEU 12CM - AFASTADOR CIRÚRGICO MANUAL, MODELO: FARABEU, FORMATO PONTAS DUPLA: CERCA DE 10 mm X 12 cm, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	94		
4	474121	AFASTADOR FARABEU 15CM - AFASTADOR CIRÚRGICO MANUAL, MODELO: FARABEU, FORMATO PONTAS DUPLA : CERCA DE 13 mm X 15 cm, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	58		

5	474077	AFASTADOR GOSSET ABDOMINAL 170X40X45X35X210mm, AFASTADOR CIRÚRGICO AUTOESTÁTICO, MODELO:GOSSET, MODELO PONTA:1 X 1 PÁS FENESTRADA COM TRAVA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 24 cm, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL.	UNID	2		
6	474076	AFASTADOR GOSSET ABDOMINAL, AFASTADOR CIRÚRGICO AUTOESTÁTICO, MODELO:GOSSET, MODELO PONTA:1 X 1 PÁS FENESTRADA COM TRAVA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 16 cm, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL.	UNID	12		
7	474075	AFASTADOR GOSSET ABDOMINAL, AFASTADOR CIRÚRGICO AUTOESTÁTICO, MODELO:GOSSET, MODELO PONTA:1 X 1 PÁS FENESTRADA COM TRAVA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 cm, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL.	UNID	20		
8	403971 SIMILAR	BANDEJA RETANGULAR AÇO INOX 40X29X1CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL.	UNID	100		
9	401886 SIMILAR	BANDEJA RETANGULAR AÇO INOX 30X18X4CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL.	UNID	100		
10	440178	BANDEJA INOX (GRANDE) MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL-TIPO: LISA-DIMENSÕES: CERCA DE 40 X 30 X 2 CM-ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	12		
11	440162	BANDEJA INOX (MÉDIA) MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL-TIPO: SUPERFÍCIE LISA-COMPRIMENTO: 26CM- LARGURA: 18 CM-ALTURA: 1,5 CM - ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	10		
12	440154	BANDEJA INOX (PEQUENA) MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL-TIPO: LISA-DIMENSÕES: CERCA DE 15 X 15 X 1 CM-ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	15		
13	299683	CABO DE BISTURI Nº 3 CABO BISTURI, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: Nº 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LONGO, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	160		
14	299116	CABO DE BISTURI Nº 4 CABO BISTURI, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: Nº 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LONGO, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	180		
15	290527	CABO DE BISTURI Nº 7 CABO BISTURI, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: Nº 7, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LONGO. RADIOPACA, CARACTERÍSTICA ADICIONALS/ EMENDAS, APLICAÇÃO PROCEDIMENTO ANGIOGRÁFICO	UNID	4		

16	480795	CAIXA P/ ESTERILIZAÇÃO - ESTOJO DE INOX 18X08X03 PERFURADOR AR - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL-CARACTERÍSTICA: C/ TAMPA E FUROS, S/ TRAVA-DIMENSÕES 1: CERCA DE 20 X 10 X 5 CM-ADICIONAL 2: C/ DIVISÓRIA.	UNID	6		
17	480556	CAIXA PARA ESTERILIZAÇÃO COM TAMPA PERFURADA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: RETANGULAR, COMPRIMENTO: 25cm, LARGURA: 10 cm, ALTURA: 5 cm, APLICAÇÃO: PERFURADO, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	5		
18	311749	COMPASSO DE CALIBRE DE USO MÉDICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ALCANCE MEDIÇÃO: 10 cm, APLICAÇÃO: MAMOPLASTIA, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	4		
19	311750	COMPASSO DE CALIBRE DE USO MÉDICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ALCANCE MEDIÇÃO: 20 cm, APLICAÇÃO: MAMOPLASTIA, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	4		
20	385757	COMADRE INOX TIPO PÁ COMADRE, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 3.500 ML, TAMANHO: TAMANHO ADULTO PADRÃO MUNDIAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM ALÇA, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	395		
21	385775	COMADRE INOX TIPO PÁ COMADRE, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2.500 ML, TAMANHO: TAMANHO ADULTO PADRÃO MUNDIAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM ALÇA, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	200		
22	385777	COMPADRE (URINOL), MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 1000ML, TAMANHO: ADULTO PADRÃO MUNDIAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM ALÇA, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	300		
23	439214	CUBA RIM CUBA USO HOSPITALAR, MATERIAL: AÇO INOX, FORMATO: TIPO RIM, CAPACIDADE: CERCA DE 700 ML, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	175		
24	478661	CUBA USO HOSPITALAR, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:REDONDO, CAPACIDADE:CERCA DE 300 ML, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	138		
25	439208	CUBA USO HOSPITALAR, MATERIAL: AÇO INOX, FORMATO: REDONDO, CAPACIDADE: CERCA DE 150 ML, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	140		
26	439214	CUBA RIM CUBA USO HOSPITALAR, MATERIAL: AÇO INOX, FORMATO: TIPO RIM, CAPACIDADE: CERCA DE 700 ML, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	10		
27	480528	ESTOJO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO COM TAMPA PERFURADA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: RETANGULAR, COMPRIMENTO: 20 cm, LARGURA: 10 cm, ALTURA: 3 cm, APLICAÇÃO: PERFURADO, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	5		

28	453698 SIMILAR	ESPÁTULA FLEXÍVEL ABDOMINAL 300 X 40 mm, AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	10		
29	455317	ESPATULA REVERDIN 28cm ANGULADA - ESPÁTULA USO MÉDICO: REVERDIN, MODELO 02: BAIONETA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO: CERCA DE 28 cm, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL	UNID	30		
30	479742	ESPÉCULO DE TEFLON COM DUCTO ASPIRADOR Nº 1 ESPÉCULO USO MÉDICO, APLICAÇÃO: VAGINAL, MODELO: COLLIN, TAMANHO: PEQUENO, ADICIONAL 1: COM REVESTIMENTO PTFE, ADICIONAL 2: COM DUCTO ASPIRADOR, TRAVAMENTO: COM TRAVA TIPO ROSCA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:	UNID	15		
31	479741	ESPECULO DE TEFLON COM DUCTO ASPIRADOR Nº 2 ESPÉCULO USO MÉDICO, APLICAÇÃO: VAGINAL, MODELO: COLLIN, TAMANHO: MÉDIO, ADICIONAL 1: COM REVESTIMENTO PTFE, ADICIONAL 2: COM DUCTO ASPIRADOR, TRAVAMENTO: COM TRAVA TIPO ROSCA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:	UNID	20		
32	479740	ESPECULO DE TEFLON COM DUCTO ASPIRADOR, APLICAÇÃO: VAGINAL, MODELO: COLLIN, TAMANHO: GRANDE, ADICIONAL 1: COM REVESTIMENTO PTFE, ADICIONAL 2: COM DUCTO ASPIRADOR, TRAVAMENTO: COM TRAVA TIPO ROSCA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	5		
33	SEM CATMAT	ELETRODO TGI: ACEL 0025 - BOLA RETO DE 0,3MM, ELETRODO AUTOCLÁVEL PARA VAPORIZAÇÃO E COAGULAÇÃO. ACOPLÁVEL EM QUALQUER MODELO DE CANETA.	UNID	10		
34	SEM CATMAT	ELETRODO TGI: ACEL 0026 - ALÇA DE 0,5MM, ELETRODO AUTOCLÁVEL PARA BIÓPSIA DE COLO, VAGINA E VULVA. ACOPLÁVEL EM QUALQUER MODELO DE CANETA.	UNID	10		
35	SEM CATMAT	ELETRODO TGI: ACEL 0027 - ALÇA QUADRADA DE 10MM 4MM, ELETRODO AUTOCLÁVEL PARA EXERESE DE LESÕES VULVARES. ACOPLÁVEL EM QUALQUER MODELO DE CANETA.	UNID	10		

36	SEM CATMAT	ELETRODO TGI: ACEL 0028 - ALÇA DE 20MM X 10MM, ELETRODO AUTOCLÁVEL PARA EXCISÃO AMPLA E CONIZAÇÃO. ACOPLÁVEL EM QUALQUER MODELO DE CANETA.	UNID	10		
37	SEM CATMAT	ELETRODO TGI: ACEL 0029 - ALÇA DE 15MM X 10MM, ELETRODO AUTOCLÁVEL PARA EXCISÃO AMPLA E CONIZAÇÃO. ACOPLÁVEL EM QUALQUER MODELO DE CANETA.	UNID	10		
38	SEM CATMAT	ELETRODO TGI: ACEL 0030 - ALÇA DE 10MM X 10MM, ELETRODO AUTOCLÁVEL PARA EXCISÃO AMPLA E CONIZAÇÃO. ACOPLÁVEL EM QUALQUER MODELO DE CANETA.	UNID	10		
39	SEM CATMAT	ELETRODO TGI: ACEL 0031 - ALÇA QUADRADA DE 10MM X 10MM, ELETRODO AUTOCLÁVEL PARA EXERESE DE CANAL CERVICAL. ACOPLÁVEL EM QUALQUER MODELO DE CANETA.	UNID	10		
40	SEM CATMAT	ELETRODO TGI: ACEL 0032 - ALÇA QUADRADA DE 10MM X 15MM, ELETRODO AUTOCLÁVEL PARA EXERESE DE CANAL CERVICAL. ACOPLÁVEL EM QUALQUER MODELO DE CANETA.	UNID	24		
41	SEM CATMAT	ELETRODO TGI: ACEL 0033 - ALÇA DE 15MM X 15MM, ELETRODO AUTOCLÁVEL PARA EXCISÃO AMPLA E CONIZAÇÃO. ACOPLÁVEL EM QUALQUER MODELO DE CANETA.	UNID	10		
42	SEM CATMAT	ELETRODO TGI: ACEL 0034 - ALÇA DE 25MM X 10MM, ELETRODO AUTOCLÁVEL PARA EXCISÃO AMPLA E CONIZAÇÃO. ACOPLÁVEL EM QUALQUER MODELO DE CANETA.	UNID	10		
43	SEM CATMAT	ELETRODO TGI: ACEL 0035 - ALÇA DE 25MM X 15MM, ELETRODO AUTOCLÁVEL PARA EXCISÃO AMPLA E CONIZAÇÃO. ACOPLÁVEL EM QUALQUER MODELO DE CANETA.	UNID	10		
44	SEM CATMAT	ELETRODO TGI: ACEL 0036 - ALÇA DE 30MM X 10MM, ELETRODO AUTOCLÁVEL PARA EXCISÃO AMPLA E CONIZAÇÃO. ACOPLÁVEL EM QUALQUER MODELO DE CANETA.	UNID	10		
45	SEM CATMAT	ELETRODO TGI: ACEL 0037 - ALÇA DE 30MM X 15MM, ELETRODO AUTOCLÁVEL PARA EXCISÃO AMPLA E CONIZAÇÃO. ACOPLÁVEL EM QUALQUER MODELO DE CANETA.	UNID	10		
46	SEM CATMAT	ELETRODO TGI: ACEL 0038 - ALÇA DE 20MM X 4MM, ELETRODO AUTOCLÁVEL PARA EXCISÃO AMPLA E CONIZAÇÃO. ACOPLÁVEL EM QUALQUER MODELO DE CANETA.	UNID	10		
47	SEM CATMAT	ELETRODO TGI: ACEL 0039 - ALÇA 15MM X 4MM, ELETRODO AUTOCLÁVEL PARA EXCISÃO AMPLA E CONIZAÇÃO. ACOPLÁVEL EM QUALQUER MODELO DE CANETA.	UNID	10		

48	SEM CATMAT	ELETRODO TGI: ACEL 0040 - ALÇA DE 10MM X 4MM, ELETRODO AUTOCLÁVEL PARA EXCISÃO AMPLA E CONIZAÇÃO. ACOPLÁVEL EM QUALQUER MODELO DE CANETA.	UNID	10		
49	480795	CAIXA P/ ESTERILIZAÇÃO - ESTOJO DE INOX 18X08X03 PERFURADOR AR - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL-CARACTERÍSTICA: C/ TAMPA E FUROS, S/ TRAVA-DIMENSÕES 1: CERCA DE 20 X 10 X 5 CM-ADICIONAL 2: C/ DIVISÓRIA.	UNID	6		
50	SEM CATMAT	PINÇA CHEVALIER JACKSON PARA BIÓPSIA 50cm - COMPONENTE: COM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	6		
51	467889	PINÇA CIRÚRGICA: FOERSTER, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: LISA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 20 cm, COMPONENTE: COM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	40		
52	601284	PINÇA CIRÚRGICA 1, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO 3: YEOMAN, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 30 cm, TIPO PONTA: PONTA CHATA.	UNID	6		
53	SEM CATMAT	PINÇA CIRÚRGICA 1, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:DEBAKEY, COMPRIMENTO:22 cm, COMPRIMENTO PONTA:65 mm, TIPO:CLAMP VASCULAR	UNID	6		
54	467973	PINÇA CIRÚRGICA: RANDALL, FORMATO PONTA: PONTA CURVA, TIPO PONTA: SERRILHA COM FENESTRA, ADICIONAL: Nº 03, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 20 cm, COMPONENTE: SEM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL	UNID	20		
55	467974	PINÇA CIRÚRGICA: RANDALL, FORMATO PONTA: PONTA CURVA, TIPO PONTA: SERRILHA COM FENESTRA, ADICIONAL: Nº 04, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 cm, COMPONENTE: SEM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	20		
56	467814	PINÇA CIRÚRGICA: ROCHESTER PEAN, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 cm, COMPONENTE: COM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL	UNID	40		
57	467816	PINÇA CIRÚRGICA: ROCHESTER PEAN, FORMATO PONTA: PONTA CURVA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 20 cm, COMPONENTE: COM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL	UNID	40		

58	SEM CATMAT	PINÇA RINOFARINGE: COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 17 cm, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	2		
59	277726	PINÇA Z CLAMP 24cm CURVA - PINÇA CIRÚRGICA 1, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:CLAMP AORTA, TIPO PONTA:RETA, COMPRIMENTO: 24 cm.	UNID	2		
60	467873	PINÇA CIRÚRGICA: CHERON, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: SERRILHADA, HASTE: HASTE ANGULADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 24 CM, COMPONENTE: COM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	10		
61	468002	PINÇA ANATÔMICA. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. FORMATO PONTA: PONTA RETA. COMPONENTE: SEM CREMALHEIRA: ADSON. COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 cm. TIPO PONTA: SERRILHADA. ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	12		
62	467996	PINÇA ANATÔMICA: DENTE DE RATO, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: 1 X 2 DENTE CERCA DE 14 cm, COMPONENTE: SEM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	81		
63	467997	PINÇA ANATÔMICA: DENTE DE RATO, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: 1 X 2 DENTE CERCA DE 16 cm, COMPONENTE: SEM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL	UNID	54		
64	467992	PINÇA ANATÔMICA: DENTE DE RATO, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: 1 X 2 DENTE CERCA DE 20 cm, COMPONENTE: SEM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL	UNID	74		
65	467999	PINÇA ANATÔMICA: DENTE DE RATO, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: 1 X 2 DENTE CERCA DE 26 cm, COMPONENTE: SEM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL	UNID	92		
66	467745	PINÇA ANATÔMICA: DISSECÇÃO 14 CM, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 CM, COMPONENTE: SEM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	3		

67	467745	PINÇA ANATÔMICA: DISSECÇÃO 16 CM, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 cm, COMPONENTE: SEM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL	UNID	72		
68	467748	PINÇA ANATÔMICA: DISSECÇÃO 26 CM, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 26 cm, COMPONENTE: SEM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL	UNID	85		
69	468009	PINÇA ANATÔMICA: ADSON 12 CM, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: 1 X 2 DENTE, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM, COMPONENTE: SEM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	3		
70	467778	PINÇA CIRÚRGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO PONTA: PONTA CURVA, COMPONENTE: COM CREMALHEIRA: MIXTER, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 20 cm, TIPO PONTA: SERRILHADA, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL	UNID	88		
71	467820	PINÇA CIRÚRGICA: ROCHESTER PEAN, FORMATO PONTA: PONTA CURVA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 24 cm, COMPONENTE: COM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL	UNID	40		
72	467814	PINÇA CIRÚRGICA: ROCHESTER PEAN, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 cm, COMPONENTE: COM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	40		
73	467902	PINÇA CIRÚRGICA: COLLIN CORAÇÃO, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 cm, COMPONENTE: COM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	26		
74	467897	PINÇA CIRÚRGICA: COLLIN OVAL, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 cm, COMPONENTE: COM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	2		
75	467891	PINÇA CIRÚRGICA: FOERSTER, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 24 cm, COMPONENTE: COM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	30		

76	467838	PINÇA CIRÚRGICA: KELLY, FORMATO PONTA: PONTA CURVA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 cm, COMPONENTE: COM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	142		
77	467839	PINÇA CIRÚRGICA: KELLY, FORMATO PONTA: PONTA CURVA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 cm, COMPONENTE: COM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	100		
78	467840	PINÇA CIRÚRGICA: KELLY, FORMATO PONTA: PONTA CURVA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 cm, COMPONENTE: COM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	90		
79	467833	PINÇA CIRÚRGICA KELLY RETA 14cm - COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 cm, COMPONENTE: COM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	162		
80	467799	PINÇA CIRÚRGICA: KOCHER, ROCHESTER OCHSNER, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: 1 X 2 DENTE CERCA DE 14 cm, COMPONENTE: COM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	30		
81	467801	PINÇA CIRÚRGICA: KOCHER, ROCHESTER OCHSNER, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: 1 X 2 DENTE CERCA DE 16 cm, COMPONENTE: COM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	64		
82	467802	PINÇA CIRÚRGICA KOCHER RETA 18cm - PINÇA CIRÚRGICA: KOCHER, ROCHESTER OCHSNER, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: 1 X 2 DENTE COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 cm, COMPONENTE: COM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	30		
83	467797	PINÇA CIRÚRGICA KOCHER RETA 20cm - PINÇA CIRÚRGICA: KOCHER, ROCHESTER OCHSNER, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: 1 X 2 DENTE COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 20 cm, COMPONENTE: COM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	22		
84	467804	PINÇA CIRÚRGICA KOCHER CURVA 20cm - PINÇA CIRÚRGICA: KOCHER, ROCHESTER OCHSNER, FORMATO PONTA: PONTA CURVA, TIPO PONTA: 1 X 2 DENTE COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 20 cm, COMPONENTE: COM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	22		
85	467819	PINÇA CIRÚRGICA: ROCHESTER PEAN, FORMATO PONTA: PONTA CURVA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 cm, COMPONENTE: COM CREMALHEIRA,	UNID	26		

		MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.				
86	467814	PINÇA CIRÚRGICA: ROCHESTER PEAN, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 cm, COMPONENTE: COM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	26		
87	467806	PINÇA CIRÚRGICA: KOCHER, ROCHESTER OCHSNER, FORMATO PONTA: PONTA CURVA, TIPO PONTA: 1 X 2 DENTE SEM COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 cm, COMPONENTE: COM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	20		
88	467761	PINÇA CIRÚRGICA: POZZI, FORMATO PONTA: PONTA RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 24 cm, COMPONENTE: COM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	20		
89	467795	PINÇA CIRÚRGICA: FAURE 22 CM, FORMATO PONTA: PONTA CURVA, TIPO PONTA: 1 X 2 DENTE, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 22 CM, COMPONENTE: COM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	3		
90	467857	PINÇA HALSTED MOSQUITO CURVA 12CM - PINÇA CIRÚRGICA: HALSTEAD MOSQUITO, FORMATO PONTA: PONTA CURVA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM, COMPONENTE: COM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	146		
91	467854	PINÇA CIRÚRGICA: HALSTEAD MOSQUITO 12 CM, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM, COMPONENTE: COM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	110		
92	467867	PINÇA CIRÚRGICA: BACKHAUS SEM FORMATO PONTA: PONTA CURVA, TIPO PONTA: TRAUMÁTICA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 CM, COMPONENTE: COM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	3		
93	SEM CATMAT	PINÇA THOMAS GAYLOR 24CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	10		
94	467873	PINÇA CHERON RETA 24CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	10		
95	467792	PINÇA FAURE 22CM PARA ATRERIA UTERINA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, Formato Ponta: Ponta Reto ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	10		
96	471160	PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL 30 CM, MODELO: MAYO HEGAR, TIPO PONTA: PONTA RETA, HASTE: HASTE RETA, ADICIONAL 1: COM TRAVA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 30 cm, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	20		

97	SEM CATMAT	PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL 20 CM. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. MODELO: DE BAKEY. ADICIONAL 1: COM TRAVA. CARACTERÍSTICA. PONTA: COM VÍDEA. COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 20 cm. TIPO PONTA: PONTA RETA. ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	20		
98	471152	PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL 14 CM. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. MODELO: MAYO HEGAR. HASTE: HASTE RETA. ADICIONAL 1: COM TRAVA. CARACTERÍSTICA PONTA: COM VÍDEA. COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 cm. TIPO PONTA: PONTA RETA. ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	66		
99	471154	PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL 18 CM. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. MODELO: MAYO HEGAR. HASTE: HASTE RETA. ADICIONAL 1: COM TRAVA. CARACTERÍSTICA PONTA: COM VÍDEA. COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 cm. TIPO PONTA: PONTA RETA. ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	30		
100	SEM CATMAT	TESOURA INSTRUMENTAL: MAYO STILLE, TIPO PONTA: PONTA RETA, HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 22 cm, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	40		
101	471553	TESOURA INSTRUMENTAL: METZENBAUM - NELSON, TIPO PONTA: PONTA CURVA, HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 cm, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	30		
102	471510	TESOURA INSTRUMENTAL. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. HASTE: RETA: METZENBAUM. COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 CM. TIPO PONTA: PONTA RETA. ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	5		
103	471542	TESOURA INSTRUMENTAL: METZENBAUM - CARACTERÍSTICA PONTA: COM VÍDEA, TIPO PONTA: PONTA CURVA, HASTE: RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 cm, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	40		
104	471522	TESOURA INSTRUMENTAL: METZENBAUM, TIPO PONTA: PONTA RETA DELICADA, HASTE: RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 cm, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	30		
105	471547	TESOURA INSTRUMENTAL: METZENBAUM NELSON, TIPO PONTA: PONTA RETA, HASTE: RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 20 cm, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	40		
106	471548	TESOURA INSTRUMENTAL: METZENBAUM NELSON, TIPO PONTA: PONTA RETA, HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 22 cm, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	40		
107	471527	TESOURA INSTRUMENTAL: METZENBAUM. TIPO PONTA: PONTA CURVA. HASTE: HASTE RETA. COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 cm. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	50		

108	471521	TESOURA INSTRUMENTAL: METZENBAUM. TIPO PONTA: PONTA RETA. CARACTERÍSTICA PONTA: DELICADA. HASTE: HASTE RETA. COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 cm. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	28		
109	471539	TESOURA INSTRUMENTAL: METZENBAUM. TIPO PONTA: PONTA CURVA. CARACTERÍSTICA PONTA: DELICADA. HASTE: HASTE RETA. COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 cm. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	32		
110	471523	TESOURA INSTRUMENTAL: METZENBAUM. TIPO PONTA: PONTA RETA COM VÍDEA. HASTE: HASTE RETA. COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 cm. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	22		
111	SEM CATMAT	TESOURA INSTRUMENTAL: METZENBAUM. TIPO PONTA: PONTA CURVA. CARACTERÍSTICA PONTA: DELICADA. HASTE: HASTE RETA. COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 cm. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	UNID	112		
112	SEM CATMAT	BASKET DE CORPO ESTRANHO (AUTOCLAVAVEL) CUMPRIMENTO DE 165 CM, ABERTURA 35 MM, CANAL 2.8 MM;	UNID	1		
113	SEM CATMAT	APLICADOR DE CLIPE PARA HEMOSTASIA AUTOCLAVÁVEL CUMPRIMENTO 195 CM, CANAL 2.8 MM, COM CLIPE DE ABERTURA DE 70 A 90 MM E ANGULA DE 90 A 135.	UNID	1		
114	SEM CATMAT	PINÇAS DE MANDIBULA DE JACARÉ (AUTOCLAVAVEL) DE CUMPRIMENTO DE 175 CM ABERTURA DE 7.5 MM, E CANAL DE 2.8 MM;	UNID	2		
115	SEM CATMAT	PINÇAS DE MANDIBULA DE JACARE DENTE DE RATO, CUMPRIMENTO 165 MM, ABERTURA 11.3 MM, CANAL 2.8 MM	UNID	2		
VALOR TOTAL						

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

- a) Dados cadastrais;**
- b) Prazo de entrega;**
- c) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- d) Assinatura, data e endereço;**
- e) E-mail e número de telefone (válidos)**

E-mail:

Telefone:

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

5.1. LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA:

5.1.1. Os Instrumentais Cirúrgicos deveram ser entregues em até 30 (trinta) dias corridos, **NÚCLEO DE PATRIMONIO – SESAU/RR, SITUADO Á RUA MIGUEL LUPI MARTINS, Nº 214, BAIRRO SÃO PEDRO, EM BOA VISTA-RR, CEP: 69.306-490, em dia e horário de expediente (segunda a sexta - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, horário local).**

5.1.2. Os prazos que virem a termo em dia que não haja expediente no órgão ou que o expediente tenha sido reduzido, ficam automaticamente prorrogados para o dia útil seguinte.

5.1.3. A Contratada deverá entrar em contato tanto pelos telefones: (095) 98414-4490; (095) 98414-4484, como também pelo e-mail: **cgue@saude.rr.gov.br**, com cópias para o e-mail: **np2.cgue@saude.rr.gov.br**, para informar o dia da entrega e o horário previsto, deverá ser comunicado

com 5(cinco) dias úteis antes da entrega, para que sejam comunicados a equipe de recebimento, para deslocamento a unidade onde será a entrega.