

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ Nº

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 20101.050527/2025.11

Eventual AQUISIÇÃO EM CONSIGUIÇÃO DE MATERIAIS ESPECIAIS (OPME), COM INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER O SERVIÇO DE UROLOGIA da secretaria de estado da saúde de Roraima/SESAU.

ORDEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
LOTE I						
PROCEDIMENTO DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA						
01	sem catmat	AGULHA DE PUNÇÃO INICIAL COM ACESSO PERCUTÂNEA RENAL E CALIBRE 18GA x 20CM PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL. ESTÉRIL. USO ÚNICO.	UNID	30		
02	457349	KIT DE DILATADOR TIPO AMPLATZ COMPOSTO POR: CATETER DE 8 FR, RADIOPACO, TFE, COM 84 CM DE COMPRIMENTO; DILATADORES FACIAIS RADIOPACOS DE POLIETILENO COM LÚMEN DE 6 FR, 8 FR E 10 FR; DILATADOR RADIOPACO TFE COM LÚMEN DE 10 FR; DILATADORES RADIOPACOS DE POLIVINILCLORIDO DE 12 FR, 14 FR, 16 FR, 18 FR, 20 FR E 22 FR; DILATADORES RADIOPACOS DE POLIVINILCLORIDO COM AS RESPECTIVAS BAINHAS DE 24 FR, 26 FR, 28 FR E 30 FR.	UNID	30		
03	609800	EQUIPO 04 VIAS, PVC CRISTAL COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 1/4", CADA VIA COM PONTAS PERFURANTES PARA ADAPTAÇÃO A FRASCOS DE SORO, SORBITOL, MANITOL, ..., TAMPAS PROTETORAS E PINÇA CORTA FLUXO. CONECTOR DE PVC CRISTAL EM SUA EXTREMIDADE. DEVERÁ PERMITIR IRRIGAÇÃO	UNID	30		

		DE ALTO FLUXO E VISUALIZAÇÃO DA ÁREA CIRÚRGICA NOS PROCEDIMENTOS ENDOSCÓPICOS (RTU DE TUMOR DE PRÓSTATA E/OU BEXIGA).				
04	458289	CATETER URETERAL DIMENSÕES: 6FR X 70CM COMPOSIÇÃO DO MATERIAL DE POLICLORETO DE VINILA E CONECTOR DE POLIAMIDA (PA) DESTACÁVEL DO CORPO DO CATETER. PONTA RETA. RADIOPACO, ESTÉRIL. USO ÚNICO	UNID	30		
05	sem catmat	CATETER URETERAL DUPLO J HIDROFÍLICO COM FIO DE SUTURA PARA EXTRAÇÃO DO CATETER. DIMENSÕES: 6FR X 26CM. COMPOSIÇÃO DO MATERIAL DE POLIURETANO, EMPURRADOR DE POLIETILENO (PEAD) COM ANEL RADIOPACO NA EXTREMIDADE DO EMPURRADOR E REVESTIMENTO HIDROFÍLICO DO CATETER DE POLIVINILPIRROLIDONA (PVP). ESTÉRIL. USO ÚNICO.	UNID	30		
06	452069	FIO GUIA HIDROFÍLICO, DIMENSÕES: 0,035 X 150CM. COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: NÚCLEO EM NITINOL E COBERTURA HIDROFÍLICA. PONTA RETA. ESTÉRIL, USO ÚNICO.	UNID	30		
07	603307	PROBE PARA LITOTRIPSIA ULTRASSÔNICA, PARA USO COM NEFROSCÓPIO, COM PONTA OSCILANTE E CANAL DE ASPIRAÇÃO, D= 3 MM, C= 40 CM, COM CANAL DE SUÇÃO, COM A PONT, COMPATIVEL COM SISTEMA DE LITOTRIPSIA ULTRASSÔNICA KARL STORZ	UNID	30		
08	603310	PROBE PARA LITOTRIPSIA ULTRASSÔNICA, PARA USO COM NEFROSCÓPIO, COM PONTA NÃO OSCILANTE E CANAL DE ASPIRAÇÃO, D= 3,5 MM, C= 40 CM, COM CANAL DE SUÇÃO, COM A PONT, COMPAVEL COM SISTEMA DE LITOTRIPSIA ULTRASSÔNICA KARL STORZ	UNID	30		
09	sem catmat	KIT PARA NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA CONTENDO: FIO GUIA DILATADORES, AGULHA DE PUNÇÃO, SERINGA LUER LOCK 10 ML, CATETER AUTOFIXÁVEL 14 CH COM BALÃO DE 5 ML. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO	UNID	30		
VALOR TOTAL LOTE I						
LOTE II						
COLOCAÇÃO CISTOSCÓPIA DE DUPLO J UNILATERAL						
10	452069	FIO GUIA HIDROFÍLICO, DIMENSÕES: 0,035 X 150CM. COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: NÚCLEO EM NITINOL E COBERTURA HIDROFÍLICA. PONTA RETA. ESTÉRIL, USO ÚNICO.	UNID	250		
11	sem catmat	CATETER URETERAL DUPLO J HIDROFÍLICO COM FIO DE SUTURA PARA EXTRAÇÃO DO CATETER. DIMENSÕES: 6FR X 26CM. COMPOSIÇÃO DO MATERIAL DE POLIURETANO,	UNID	250		

		EMPURRADOR DE POLIETILENO (PEAD) COM ANEL RADIOPACO NA EXTREMIDADE DO EMPURRADOR E REVESTIMENTO HIDROFÍLICO DO CATETER DE POLIVINILPIRROLIDONA (PVP). ESTÉRIL. USO ÚNICO.				
VALOR TOTAL LOTE II						
LOTE III						
URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXIVEL A LASER UNILATERAL						
12	452069	FIO GUIA HIDROFÍLICO, DIMENSÕES: 0,035 X 150CM. COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: NÚCLEO EM NITINOL E COBERTURA HIDROFÍLICA. PONTA RETA. ESTÉRIL, USO ÚNICO.	UNID	250		
13	sem catmat	CATETER URETERAL DIMENSÕES: 6FR X 70CM COMPOSIÇÃO DO MATERIAL DE POLICLORETO DE VINILA E CONECTOR DE POLIAMIDA (PA) DESTACÁVEL DO CORPO DO CATETER. PONTA RETA. RADIOPACO, ESTÉRIL. USO ÚNICO	UNID	250		
14	sem catmat	CÂNULA FIBRA A LASER 270µm. CONECTOR PADRÃO SMA 905, FEITO DE AÇO INOX SEM CHIP DE IDENTIFICAÇÃO DE RÁDIO FREQUÊNCIA COM CAPA PROTETORA EM PVC. CORPO DO CONECTOR DE POLIAMIDA COM REVESTIMENTO DE TPE (ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO) PRETO. CORPO DA BAINHA DA CÂNULA COM NÚCLEO EM SÍLICA E REVESTIMENTO COM POLÍMERO TEFLONDIELETRICO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. PONTA DA FIBRA RETA	UNID	250		
15	485583 (similar)	BAINHA PARA ASPIRAÇÃO 12/14FR X 36CM A 46CM. BAINHA DEVE SER COM PONTA NORMAL, COM ACESSO DE TRABALHO E OUTRO DE ASPIRAÇÃO. DEVE ACOMPANHAR FRASCO COLETOR COM SEPARAÇÃO PARA ACÚMULO DOS FRAGMENTOS DE CÁLCULO. COMPOSIÇÃO DO MATERIAL DA BAINHA: POLIAMIDA (PA), PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) E AÇO INOXIDÁVEL. TAMPA DE VEDAÇÃO DE SILICONE E MANDRIL DE POLIETILENO (PE). ESTÉRIL. USO ÚNICO.	UNID	250		
16	sem catmat	CATETER URETERAL DUPLO J HIDROFÍLICO COM FIO DE SUTURA PARA EXTRAÇÃO DO CATETER. DIMENSÕES: 6FR X 26CM. COMPOSIÇÃO DO MATERIAL DE POLIURETANO, EMPURRADOR DE POLIETILENO (PEAD) COM ANEL RADIOPACO NA EXTREMIDADE DO EMPURRADOR E REVESTIMENTO HIDROFÍLICO DO CATETER DE POLIVINILPIRROLIDONA (PVP). ESTÉRIL. USO ÚNICO.	UNID	250		
17	sem catmat	CATETER URETERAL DIMENSÕES: 6FR X 70CM COMPOSIÇÃO DO MATERIAL DE POLICLORETO DE VINILA E CONECTOR DE POLIAMIDA (PA) DESTACÁVEL DO CORPO DO CATETER. PONTA RETA. RADIOPACO, ESTÉRIL. USO ÚNICO	UNID	250		

18	sem catmat	EXTRATOR CIRÚRGICO DE AÇO INOXIDÁVEL, TIPO BASKET, COM 115 CM DE COMPRIMENTO, UM CANAL DE BIÓPSIA DE 1,2 MM E PONTA TIPO CESTA COM 4 ESPIRAIS.	UNID	250		
19	365648	CATETER BALÃO 5 FR/65 CM, COM BALÃO (4 CM X 5 CM), POLIURETANO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APIROGÊNICO. (DILATADOR).	UNID	250		
20	sem catmat	EXTRATOR DE CALCULO EM NITINOL 4 FIOS SEM PONTA, TAMANHO 1.8FR X 120CM. COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: CESTA DE NITINOL, BAINHA DE POLITETRAFLUORETILENO (PTFE) E MANOPLA DE POLIAMIDA (PA). USO ÚNICO. MANOPLA DESMONTÁVEL. PRODUTO DEVE ACOMPANHAR BORRACHA DE VEDAÇÃO ENDOSCÓPICA E INTRODUTOR DE PASSAGEM DO EXTRATOR.	UNID	250		
VALOR TOTAL LOTE III						
LOTE IV RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DA PROSTATA						
21	309737	Kit RTU próstata	UNID	150		
22	sem catmat	Alça de corte bipolar com haste dupla	UNID	150		
23	sem catmat	Alça coagulação bipolar rollerball	UNID	150		
24	355485	Evacuador de Ellik para irrigação e/ou aspiração de resíduos de tecido da próstata durante RTU. Sistema de trava que evite vazamento e consequente contaminação. Copo coletor de resíduo (82 ml). Capacidade aproximada do evacuador – 428 ml. Padrão para resectoscópios. Compatível com a marca Storz.	UNID	150		
VALOR TOTAL LOTE IV						
LOTE V RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE BEXIGA						
25	309737	Kit RTU próstata	UNID	80		
26	sem catmat	Alça de corte bipolar com haste dupla	UNID	80		
27	sem catmat	Alça coagulação bipolar rollerball	UNID	80		
28	355485	Evacuador de Ellik para irrigação e/ou aspiração de resíduos de tecido da próstata durante RTU. Sistema de trava que evite vazamento e consequente contaminação. Copo coletor de resíduo (82 ml). Capacidade aproximada do evacuador – 428 ml. Padrão para resectoscópios. Compatível com a marca Storz.	UNID	80		

VALOR TOTAL LOTE V	
---------------------------	--

TOTAIS CONSOLIDADOS	
VALOR TOTAL LOTE I	
VALOR TOTAL LOTE II	
VALOR TOTAL LOTE III	
VALOR TOTAL LOTE IV	
VALOR TOTAL LOTE V	

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

- a) Dados cadastrais;**
- b) Prazo de entrega;**
- c) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- d) Assinatura, data e endereço;**
- e) E-mail e número de telefone (válidos)**

E-mail:

Telefone:

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

DECRETO Nº 39.050-E, DE 18 DE AGOSTO DE 2025

Art. 17º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA:

Os materiais implantáveis, órteses, próteses e materiais especiais (OPME's) deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias corridos, após a última assinatura do Contrato, no Almoxarifado da CGAF/SESAU, situado à Av. São Sebastião, 1.485, bairro Santa Tereza – Boa Vista/RR, CEP: 69.314- N°152, em dia e horário de expediente (segunda a sexta - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, horário local).

A Contratada deverá entrar em contato tanto pelos telefones: (095) 98414-4490; (095) 98414-4484, como também pelo e-mail: cgue@saude.rr.gov.br, com cópias para o e-mail: np2.cgue@saude.rr.gov.br, para informar o dia da entrega e o horário previsto, deverá ser comunicado com 5(cinco) dias úteis antes da entrega, para que sejam comunicados a equipe de recebimento, para deslocamento a unidade onde será a entrega.

O prazo de entrega estabelecido no subitem 5.1.1, poderá ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias corridos, por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, **e formalmente aceito pela Autoridade Competente.**

DO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO:

Os equipamentos e os periféricos cirúrgicos em regime de comodato deverão ser entregues em até 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação, na sala de OPME (órtese e prótese e materiais especiais), específica do Hospital Geral de Roraima – HGR, localizado na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 3.308, bairro Aeroporto, na cidade de Boa Vista/Roraima, em dia e horário de expediente (segunda a sexta - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, horário local), em casos excepcionais poderão ser solicitadas aos finais de semana por meio de correspondência eletrônica.

O ônus do transporte e entrega dos equipamentos e periféricos nos centros cirúrgicos são exclusivamente da Contratada.

A saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato não deve gerar Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) - Súmula 573 do Supremo Tribunal Federal (STF);

Os equipamentos e Periféricos em comodato devem ter registros na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária);

DA DISPONIBILIZAÇÃO DO PROFISSIONAL

A empresa vencedora, deverá OBRIGATORIAMENTE disponibilizar 01(um), profissional de saúde de nível técnico especializado em instrumentação cirúrgica, com registro ativo, devidamente registrado no Conselho de Classe, com Certificado de Curso de Instrumentação Cirúrgica.

Tal exigência se justifica pela necessidade da presença desse profissional na unidade de saúde durante o ato cirúrgico, pois o técnico em instrumentação cirúrgica é o profissional capacitado a manusear os materiais especiais e equipamentos. Sendo treinado pela empresa a manusear os materiais e equipamentos que serão disponibilizados em regime de comodato, sempre que solicitado;

O Profissional deverá se apresentar com 30 (trinta) minutos antes do início do procedimento cirúrgico no Centro Cirúrgico do Hospital Geral de Roraima (HGR), situado à av. Brigadeiro Eduardo Gomes nº 1.364, Bairro: Aeroporto – Cep: 69.305-455 - Boa Vista-RR, conforme cronograma de cirurgias que será disponibilizado pela Contratante semanalmente a Contratada;

A solicitação do profissional instrumentador cirúrgico será realizada pela unidade HGR, por meio de requisição formal, devidamente autorizada pela chefia imediata ou responsável técnico da unidade, e se dará com antecedência Mínima de 48 (quarenta e oito) horas, salvo em casos de urgência ou emergência, devidamente justificados;

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Disponibilizar 01(um), profissional de saúde de nível técnico especializado em instrumentação cirúrgica sem ônus para Contratante dentro do prazo estabelecido;

O profissional de saúde de nível técnico especializado em instrumentação cirúrgica deverá cumprir as normas e rotinas internas de assepsia cirúrgica internas bem como, acatar as orientações complementares relacionadas ao ato cirúrgico e cumprir com as rotinas padronizadas no Centro de Material e Esterilização referente ao processamento dos artigos;

A empresa deverá manter seus empregados, quando nas dependências do Hospital Geral de Roraima (HGR), devidamente identificados, com crachá subscrito pelo fornecedor, no qual constará, no mínimo, razão social, nome completo do empregado, fotografia 3x4;

Todos os encargos, obrigações trabalhistas bem como responsabilidade pelo dano a terceiros em função da execução do contrato causados pelos profissionais de saúde de nível técnico especializado em instrumentação cirúrgica, (instrumentador cirúrgico), supra mencionados são de COMPETÊNCIA ÚNICA E EXCLUSIVA DA CONTRATADA.

EQUIPAMENTOS EM COMODATO

EQUIPAMENTOS EM COMODATO

ORD	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	Ureteroscópio flexível digital	UND	01
2	Holmium laser	UND	01

PERIFÉRICOS EM COMODATO

PERIFÉRICOS EM COMODATO				
ORD	DESCRIÇÃO	UND	QTD	
1	Endoscópio Rígido, AV= 0°, D= 4 mm, C= 30 cm, Hopikins II, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, resultando em imagens com excelente resolução e contraste, transmissão de luz por fibra ótica incorporada. (compatível com marca karl Storz). Conforme torre de vídeo do hospital marca Storz.	UND	02	
2	Endoscópio Rígido, AV= 30°, D= 4 mm, C= 30 cm, Hopikins II, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, resultando em imagens com excelente resolução e contraste, transmissão de luz por fibra ótica incorporada. (compatível com marca karl Storz). Conforme torre de vídeo do hospital marca Storz.	UND	02	
3	Pinça de corpo estranho	UND	02	

Para os **Lotes I e III** deverão ser disponibilizados os equipamentos em comodato listados.

Os periféricos deverão ser disponibilizados em comodato para todos os lotes.