

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ Nº

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 20101.000398/2025.10

Aquisição de EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE BILIRRUBINA TRANSCUTÂNEA.

ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	377113	<p><u>BILIRRUBINÔMETRO TRANSCUTÂNEO</u> - Equipamento utilizado para medição transcutânea de bilirrubina de forma não invasiva, podendo ser no próprio leito do paciente. Modo de operação digital, medidas dos níveis de bilirrubina sérica em mg/dl ou micromol/l. Indicação digital na tela do instrumento. Permitir a checagem de leitura pelo próprio aparelho, por meio de referências instaladas na base carregadora. Permitir realizar leitura única e média de até 5 medições. O equipamento permite identificação do operador e paciente de forma manual ou via código de barras. Permitir o armazenamento de dados das leituras na memória. Fonte de luz: lâmpada de arco de xenon de impulso ou LED com vida útil mínima de 150.000 medições. Acessórios que devem acompanhar o produto: adaptador ac e base do carregador com comando de leitura acoplado; alimentação por bateria recarregável.</p> <p>Alimentação carregador mínimo 100V–240VAC - 50/60 Hz</p> <p>Principais Características:</p> <ul style="list-style-type: none">• Carenagem em plástico de alta resistência, leve e anatômica• Maleta/bolsa para transporte• Tela LCD touch screen colorida de alta resolução de 3”• Base para recarga da bateria• Memória interna para armazenagem de	UND	05		

		<p>dados</p> <ul style="list-style-type: none"> • Base com 2 lentes para verificação da leitura do sensor óptico • Comunicação com PC através de cabo Micro USB • Indicador de nível de bateria baixo e alarme de erro de leitura • Ajustes de brilho de tela, unidade de medida, data, hora, e número de leituras • Bateria recarregável com autonomia para até 2.000 leituras • Lentes para inspeção do sensor óptico • Certificado de garantia e relação de assistências técnicas autorizadas 				
VALOR TOTAL						

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

- a) Dados cadastrais;**
- b) Prazo de entrega;**
- c) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- d) Assinatura, data e endereço;**
- e) E-mail e número de telefone (válidos)**

E-mail:

Telefone:

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA/PRAZO DE ENTREGA:

Os materiais deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias corridos, **NÚCLEO DE PATRIMONIO – SESAU/RR, SITUADO Á RUA MIGUEL LUPI MARTINS, Nº 214, BAIRRO SÃO PEDRO, EM BOA VISTA-RR, CEP: 69.306-490, em dia e horário de expediente (segunda a sexta - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, horário local).**

A Contratada deverá entrar em contato tanto pelos telefones: **(095) 98414-4490; (095) 98414-4484**, como também pelo e-mail: **cgue@saude.rr.gov.br**, com cópias para o e-mail: **np2.cgue@saude.rr.gov.br**, para informar o dia da entrega e o horário previsto, deverá ser comunicado com 5(cinco) dias úteis antes da entrega, para que sejam comunicados a equipe de recebimento, para deslocamento a unidade onde será a entrega.

Os prazos que virem a termo em dia que não haja expediente no órgão ou que o expediente tenha sido reduzido, ficam automaticamente prorrogados para o dia útil seguinte.