

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ N°

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ N°

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO N°. 20101.034926/2025.34

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DE MARCAPASSOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER OS PACIENTES ORIUNDOS DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA PARA UM PERÍODO DE 12 MESES.

LOTE 1 - IMPLANTE DE MARCAPASSO DEFINITIVO BICAMERAL (MPD)						
ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	480764	Marca-Passo Cardíaco Implantável Configuração Do Sistema: Bicameral Transvenoso Is-1. Material Carcaça: Liga Metálica. Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensores Acelerômetro E Fisiológico. Automaticidade De Estimulação E Detecção: Autocaptura Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina. Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos. Compatível: Condicionado Mri	UND	150	R\$	R\$
02	438333	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo. Modelo: Definitivo. Aplicação: Endocárdico. Tipo: Bipolar. Fixação: Fixação Ativa. Conexão: Conector Tipo Is-1. Tipo Uso: Estéril, Uso Únic.	UND	300	R\$	R\$
03	476732	Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso. Componente 1: Bainha E Dilatador. Componente 2: Bipartida. Material: Ptfé. Dimensões: Cerca De 7 Fr X 15 Cm Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J". Diâmetro Fio Guia: 0,035" Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm Esterilização: Estéril, Uso Único.	UND	300	R\$	R\$
VALOR TOTAL DO LOTE 1					R\$	
LOTE 2 - KIT DE IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR COM RESSINCRONIZADOR (TRC-D) IS1/DF1						
ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
04	480727	Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Ressincronizador Df-1 + Is-1 Multissítio. Material Carcaça: Liga Metálica. Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Acelerômetro. Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina. Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos. Compatibilidade: Condicionado	UND	24	R\$	R\$

		Mri.				
05	438333	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo. Modelo: Definitivo. Aplicação: Endocárdico. Tipo: Bipolar. Fixação: Fixação Ativa. Conexão: Conector Tipo Is-1Tipo Uso: Estéril, Uso Único.	UND	24	R\$	R\$
06	438335	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo. Modelo: De Choque. Fixação: Fixação Ativa. Conexão: Conector Tipo Df-1 Componente I: Mola Única. Tipo Uso: Estéril, Uso Único.	UND	24	R\$	R\$
07	438340	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo. Aplicação: Via Seio Coronário. Tipo: Bipolar. Conexão: Conector Tipo Is-1. Tipo Uso: Estéril, Uso Único.	UND	24	R\$	R\$
08	476732	Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso. Componente 1: Bainha E Dilatador. Componente 2: Bipartida. Material: Ptfé Dimensões: Cerca De 7 Fr X 15 Cm. Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J". Diâmetro Fio Guia: 0,035". Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm. Esterilização: Estéril, Uso Único.	UND	24	R\$	R\$
09	476733	Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso. Componente 1: Bainha E Dilatador. Componente 2: Bipartida. Material: Ptfé. Dimensões: Cerca De 9 Fr X 15 Cm. Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J". Diâmetro Fio Guia: 0,035". Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm. Esterilização: Estéril, Uso Único.	UND	24	R\$	R\$
10	480270	Introdutor Percutâneo Tipo: Venoso. Componente 1: Bainha E Dilatador. Material: Polímero. Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Flexível Adicionais: P/ Implantar Eletrodo Em Seio Coronário. Esterilização: Estéril, Uso Único.	UND	24	R\$	R\$
11	452062	Fio Guia Aplicação: Vascular. Material: Aço Inoxidável. Revestimento: Hidrofílico.Diâmetro: 0,014". Comprimento: Cerca De 190 CM Tipo Ponta: Ponta Em "J".Características Adicionais: Radiopaco. Esterilidade: Estéril.	UND	24	R\$	R\$
VALOR TOTAL DO LOTE 2					R\$	
LOTE 3 - KIT DE IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR COM RESSINCRONIZADOR (TRC-D) IS4/DF4						
ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
12	480718	Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Ressincronizador Df4 + Is4 Multissítio. Material Carcaça: Liga Metálica. Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Acelerômetro. Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina. Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos. Compatibilidade: Condicionado Mri.	UND	24	R\$	R\$
13	438333	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo. Modelo: Definitivo. Aplicação: Endocárdico. Tipo: Bipolar. Fixação: Fixação Ativa. Conexão: Conector Tipo Is-1. Tipo Uso: Estéril, Uso Único.	UND	24	R\$	R\$
14	480274	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo. Modelo: De Choque. Fixação: Fixação Ativa. Conexão: Conector Tipo Df-4. Componente I: Mola Única. Tipo Uso: Estéril, Uso Único	UND	24	R\$	R\$
15	438342	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo. Aplicação: Via Seio Coronário. Tipo: Quadripolar. Conexão: Conector Tipo Is-4. Tipo Uso: Estéril, Uso Único.	UND	24	R\$	R\$

16	476732	Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso. Componente 1: Bainha E Dilatador. Componente 2: Bipartida. Material: Ptfé. Dimensões: Cerca De 7 Fr X 15 Cm. Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J". Diâmetro Fio Guia: 0,035"Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm. Esterilização: Estéril, Uso Único.	UND	24	R\$	R\$
17	476733	Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso. Componente 1: Bainha E Dilatador. Componente 2: Bipartida. Material: Ptfé. Dimensões: Cerca De 9 Fr X 15 Cm. Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J". Diâmetro Fio Guia: 0,035". Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm Esterilização: Estéril, Uso Único.	UND	24	R\$	R\$
18	480270	Introdutor Percutâneo Tipo: Venoso. Componente 1: Bainha E Dilatador. Material: Polímero. Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Flexível. Adicionais: P/ Implantar Eletrodo Em Seio Coronário. Esterilização: Estéril, Uso Único.	UND	24	R\$	R\$
19	452062	Fio Guia Aplicação: Vascular. Material: Aço Inoxidável. Revestimento: Hidrofílico. Diâmetro: 0,014". Comprimento: Cerca De 190 CM Tipo Ponta: Ponta Em "J". Características Adicionais: Radiopaco. Esterilidade: Estéril.	UND	24	R\$	R\$
VALOR TOTAL DO LOTE 3					R\$	
LOTE 4 - KIT DE IMPLANTE DE RESSINCRONIZADOR CARDÍACO ATRIOBIVENTRICULAR (TRC-P) IS4						
ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
20	480789	Marca-Passo Cardíaco Implantável Configuração Do Sistema: Ressincronizador Transvenoso Is-1/Is4 Multissítio. Material Carcaça: Liga Metálica. Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Acelerômetro. Automaticidade De Estimulação E Detecção: Autocaptura. Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina. Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos. Compatível: Condicionado Mri.	UND	20	R\$	R\$
21	438333	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo. Modelo: Definitivo. Aplicação: Endocárdico. Tipo: Bipolar. Fixação: Fixação Ativa. Conexão: Conector Tipo Is-1. Tipo Uso: Estéril, Uso Único.	UND	40	R\$	R\$
22	438342	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo. Aplicação: Via Seio Coronário. Tipo: Quadripolar. Conexão: Conector Tipo Is-4. Tipo Uso: Estéril, Uso Único.	UND	20	R\$	R\$
23	476732	Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso. Componente 1: Bainha E Dilatador. Componente 2: Bipartida. Material: Ptfé. Dimensões: Cerca De 7 Fr X 15 Cm. Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J". Diâmetro Fio Guia: 0,035". Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm. Esterilização: Estéril, Uso Único.	UND	40	R\$	R\$
24	480270	Introdutor Percutâneo Tipo: Venoso. Componente 1: Bainha E Dilatador. Material: Polímero. Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Flexível. Adicionais: P/ Implantar Eletrodo Em Seio Coronário. Esterilização: Estéril, Uso Único	UND	20	R\$	R\$
25	452062	Fio Guia Aplicação: Vascular. Material: Aço Inoxidável. Revestimento: Hidrofílico. Diâmetro: 0,014". Comprimento: Cerca De 190 CM Tipo Ponta: Ponta Em "J". Características Adicionais: Radiopaco. Esterilidade: Estéril.	UND	20	R\$	R\$
VALOR TOTAL DO LOTE 4					R\$	
LOTE 5 - KIT DE IMPLANTE DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR BICAMERAL (CDI) – DF4						
ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL

26	480717	Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Bicameral Transvenoso Df4 Material Carcaça: Liga Metálica Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensores Acelerômetro E Fisiológico Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos Compatibilidade: Condicionado Mri	UND	24	R\$	R\$
27	438333	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo. Modelo: Definitivo. Aplicação: Endocárdico. Tipo: Bipolar. Fixação: Fixação Ativa. Conexão: Conector Tipo Is-1. Tipo Uso: Estéril, Uso Único.	UND	24	R\$	R\$
28	480274	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo. Modelo: De Choque. Fixação: Fixação Ativa Conexão: Conector Tipo Df-4. Componente I: Mola Única Tipo Uso: Estéril, Uso Único	UND	24	R\$	R\$
29	476732	Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso. Componente 1: Bainha E Dilatador. Componente 2: Bipartida. Material: Ptfé. Dimensões: Cerca De 7 Fr X 15 Cm. Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J". Diâmetro Fio Guia: 0,035". Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm. Esterilização: Estéril, Uso Único.	UND	24	R\$	R\$
30	476733	Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso. Componente 1: Bainha E Dilatador. Componente 2: Bipartida. Material: Ptfé. Dimensões: Cerca De 9 Fr X 15 Cm. Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J". Diâmetro Fio Guia: 0,035". Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm Esterilização: Estéril, Uso Único.	UND	24	R\$	R\$

VALOR TOTAL DO LOTE 5

R\$

LOTE 6 - KIT DE IMPLANTE DE ELETRODO DE SEIO CORONARIANO (GERADOR DE TRC-P + ELETRODO DE SEIO CORONARIANO + BAINHAS +ACESSORIOS + INTRODUTOR COMPATÍVEL) "UPGRADE PARA TRC-P"

ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
31	480789	Marca-Passo Cardíaco Implantável Configuração Do Sistema: Ressincronizador Transvenoso Is-1/Is4 Multissítio. Material Carcaça: Liga Metálica. Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Acelerômetro. Automaticidade De Estimulação E Detecção: Autocaptura. Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina. Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos. Compatível: Condicionado Mri.	UND	24	R\$	R\$
32	438342	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo. Aplicação: Via Seio Coronário. Tipo: Quadripolar. Conexão: Conector Tipo Is-4. Tipo Uso: Estéril, Uso Único.	UND	24	R\$	R\$
33	480270	Introdutor Percutâneo Tipo: Venoso. Componente 1: Bainha E Dilatador. Material: Polímero. Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Flexível. Adicionais: P/ Implantar Eletrodo Em Seio Coronário. Esterilização: Estéril, Uso Único	UND	24	R\$	R\$
34	452062	Fio Guia Aplicação: Vascular. Material: Aço Inoxidável. Revestimento: Hidrofílico. Diâmetro: 0,014". Comprimento: Cerca De 190 CM Tipo Ponta: Ponta Em "J". Características Adicionais: Radiopaco. Esterilidade: Estéril.	UND	24	R\$	R\$

VALOR TOTAL DO LOTE 6

R\$

LOTE 7 - KIT DE IMPLANTE DE MARCAPASSO PROVISORIO TRANSVENOSO DE FIXAÇÃO ATIVA (PACERBOX)

ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
35	438333	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo. Modelo: Definitivo. Aplicação: Endocárdico. Tipo: Bipolar. Fixação: Fixação Ativa. Conexão: Conector Tipo Is-1. Tipo Uso: Estéril, Uso Único.	UND	60	R\$	R\$
36	476732	Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso. Componente 1: Bainha E Dilatador. Componente 2: Bipartida. Material: Ptfé. Dimensões: Cerca De 7 Fr X 15 Cm. Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J". Diâmetro Fio Guia: 0,035". Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm. Esterilização: Estéril, Uso Único.	UND	60	R\$	R\$
VALOR TOTAL DO LOTE 7					R\$	
LOTE 8 - KIT DE IMPLANTE DE MARCAPASSO PROVISORIO TRANSVENOSO PASSIVO						
ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
37	601058	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo. Modelo: P/ Marcapasso Temporário Externo. Aplicação: Endocárdico. Tipo: Bipolar. Dimensões: Cerca De 110 CM. Conexão: Conector Para Gerador. Componente Ii: C/ Sistema De Entrega Cerca De 6 Fr Tipo Uso: Estéril, Uso Único.	UND	24	R\$	R\$
VALOR TOTAL DO LOTE 8					R\$	
LOTE 9 - KIT DE TROCA DE GERADOR DE MARCAPASSO BICAMERAL (MPD)						
ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
38	480764	Marca-Passo Cardíaco Implantável Configuração Do Sistema: Bicameral Transvenoso Is-1. Material Carcaça: Liga Metálica. Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensores Acelerômetro E Fisiológico. Automaticidade De Estimulação E Detecção: Autocaptura. Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina. Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos.Compatível: Condicionado Mri.	UND	48	R\$	R\$
VALOR TOTAL DO LOTE 9					R\$	
LOTE 10 - KIT DE TROCA DE GERADOR DE CARDIODESFIBRILADOR BICAMERAL (CDI) – DF1						
ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
39	480712	Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Bicameral Transvenoso Df-1. Material Carcaça: Liga Metálica. Sensor P/ Adaptação. requência Cardíaca: Sensor Acelerômetro. Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina. Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos. Compatibilidade: Condicionado Mri.	UND	24	R\$	R\$
VALOR TOTAL DO LOTE 10					R\$	
LOTE 11 - KIT DE TROCA DE GERADOR DE CARDIODESFIBRILADOR BICAMERAL (CDI) – DF4						
ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL

40	480715	Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Bicameral Transvenoso Df4. Material Carça: Liga Metálica. Sensor P/ Adaptação. Frequência Cardíaca: Sensor Acelerômetro. Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina. Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos. Compatibilidade: Condicionado Mri.	UND	24	R\$	R\$
VALOR TOTAL DO LOTE 11					R\$	
LOTE 12 - KIT DE TROCA DE GERADOR DE CARDIODESFIBRILADOR COM RESSINCRONIZADOR (TRC-D) DF1/IS1						
ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
41	480727	Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Ressincronizador Df-1 + Is-1 Multissítio. Material Carça: Liga Metálica. Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Acelerômetro. Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina. Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos. Compatibilidade: Condicionado Mri.	UND	24	R\$	R\$
VALOR TOTAL DO LOTE 12					R\$	
LOTE 13 - KIT DE TROCA DE GERADOR DE CARDIODESFIBRILADOR COM RESSINCRONIZADOR (TRC-D) DF1/IS4						
ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
42	480724	Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Ressincronizador Df-1 + Is4 Multissítio. Material Carça: Liga Metálica. Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Acelerômetro. Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina. Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos. Compatibilidade: Condicionado Mri.	UND	24	R\$	R\$
VALOR TOTAL DO LOTE 13					R\$	
LOTE 14 – KIT DE TROCA DE GERADOR DE CARDIODESFIBRILADOR COM RESSINCRONIZADOR (TRC-D) DF4/IS1						
ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
43	480721	Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Ressincronizador Df4 + Is-1 Multissítio. Material Carça: Liga Metálica. Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Acelerômetro. Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina. Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos. Compatibilidade: Condicionado Mri.	UND	24	R\$	R\$
VALOR TOTAL LOTE 14					R\$	
LOTE 15 - KIT DE TROCA DE GERADOR DE CARDIODESFIBRILADOR COM RESSINCRONIZADOR (TRC-D) DF4/IS4						
ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL

44	480718	Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Ressincronizador Df4 + Is4 Multissítio. Material Carcaça: Liga Metálica. Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Acelerômetro. Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina. Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos.Compatibilidade: Condicionado Mri.	UND	24	R\$	R\$
VALOR TOTAL DO LOTE 15					R\$	
LOTE 16 - KIT DE TROCA DE GERADOR DE RESSINCRONIZADOR (TRC-P) IS1						
ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
45	480768	Marca-Passo Cardíaco Implantável Configuração Do Sistema: Ressincronizador Transvenoso Is-1 Multissítio. Material Carcaça: Liga Metálica. Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Acelerômetro. Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina. Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos. Compatível: Condicionado Mri.	UND	24	R\$	R\$
VALOR TOTAL DO LOTE 16					R\$	
LOTE 17 - KIT DE TROCA DE GERADOR DE RESSINCRONIZADOR (TRC-P) IS4						
ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
46	480786	Marca-Passo Cardíaco Implantável Configuração Do Sistema: Ressincronizador Transvenoso Is-1/Is4 Multissítio Material Carcaça: Liga Metálica Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Acelerômetro Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos Compatível: Condicionado Mri	UND	24	R\$	R\$
VALOR TOTAL DO LOTE 17					R\$	
LOTE 18 - KIT DE TROCA DE ELETRODO VENTRICULAR DIREITO						
ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
47	438333	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo. Modelo: Definitivo. Aplicação: Endocárdico. Tipo: Bipolar. Fixação: Fixação Ativa. Conexão: Conector Tipo Is-1. Tipo Uso: Estéril, Uso Único.	UND	24	R\$	R\$
48	476732	Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso. Componente 1: Bainha E Dilatador. Componente 2: Bipartida. Material: Ptfé. Dimensões: Cerca De 7 Fr X 15 Cm. Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J". Diâmetro Fio Guia: 0,035". Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm. Esterilização: Estéril, Uso Único.	UND	24	R\$	R\$
VALOR TOTAL DO LOTE 18					R\$	
LOTE 19 - KIT DE TROCA DE ELETRODO ATRIAL DIREITO						
ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL

49	438333	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo. Modelo: Definitivo. Aplicação: Endocárdico.Tipo: Bipolar. Fixação: Fixação Ativa. Conexão: Conector Tipo Is-1Tipo Uso: Estéril, Uso Único	UND	24	R\$	R\$
50	476732	Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso. Componente 1: Bainha E Dilatador. Componente 2: Bipartida. Material: Ptfе. Dimensões: Cerca De 7 Fr X 15 Cm. Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J". Diâmetro Fio Guia: 0,035"Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm. Esterilização: Estéril, Uso Único.	UND	24	R\$	R\$
VALOR TOTAL DO LOTE 19					R\$	
LOTE 20 - KIT DE UPGRADE PARA ESTIMULAÇÃO DO SISTEMA DE CONDUÇÃO (CSP)						
ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
51	438333	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo. Modelo: Definitivo. Aplicação: Endocárdico.Tipo: Bipolar. Fixação: Fixação Ativa. Conexão: Conector Tipo Is-1Tipo Uso: Estéril, Uso Único.	UND	48	R\$	R\$
52	478834	Introdutor Percutâneo Tipo: Venoso. Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador. Material: Polímero. Dimensões: Cerca De 7 Fr X 45 Cm. Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Flexível. Diâmetro Fio Guia: 0,038". Adicionais: P/ Implantar Eletrodo Endocárdico Em Feixe His. Esterilização: Estéril, Uso Único.	UND	48	R\$	R\$
VALOR TOTAL DO LOTE 20					R\$	
LOTE 21 – ITENS AVULSOS						
ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
53	480270	Introdutor Percutâneo Tipo: Venoso. Componente 1: Bainha E Dilatador.Material: Polímero. Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Flexível.Adicionais: P/ Implantar Eletrodo Em Seio Coronário. Esterilização: Estéril, Uso Único.	UND	24	R\$	R\$
54	478834	Introdutor Percutâneo Tipo: Venoso. Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador. Material: Polímero. Dimensões: Cerca De 7 Fr X 45 Cm. Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Flexível. Diâmetro Fio Guia: 0,038". Adicionais: P/ Implantar Eletrodo Endocárdico Em Feixe His. Esterilização: Estéril, Uso Único.	UND	24	R\$	R\$
55	476732	Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso. Componente 1: Bainha E Dilatador. Componente 2: Bipartida. Material: Ptfе. Dimensões: Cerca De 7 Fr X 15 Cm Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J". Diâmetro Fio Guia: 0,035" Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm Esterilização: Estéril, Uso Único.	UND	36	R\$	R\$
56	476733	Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso. Componente 1: Bainha E Dilatador. Componente 2: Bipartida. Material: Ptfе. Dimensões: Cerca De 9 Fr X 15 Cm. Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J". Diâmetro Fio Guia: 0,035". Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm. Esterilização: Estéril, Uso Único.	UND	36	R\$	R\$
57	452062	Fio Guia Aplicação: Vascular. Material: Aço Inoxidável. Revestimento: Hidrofílico. Diâmetro: 0,014". Comprimento: Cerca De 190 CM Tipo Ponta: Ponta Em "J". Características Adicionais: Radiopaco. Esterilidade: Estéril.	UND	24	R\$	R\$

58	452306	Fio Guia Aplicação: Vascular. Material: Aço Inoxidável. Revestimento: Hidrofílico. Diâmetro: 0,035". Comprimento: Cerca De 145 CM Tipo Ponta: Ponta Em "J" Características Adicionais: Radiopaco Esterilidade: Estéril	UND	24	R\$	R\$
VALOR TOTAL DO LOTE 21					R\$	

DEFINIÇÃO MODELO DE AQUISIÇÃO DO OBJETO: Adoção de pregão eletrônico se mostra viável na presente contratação a serem adquiridos os itens hemodinâmicos o que serão executados/fornecidos sob demanda (consignação).

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

- a) Dados cadastrais;**
- b) Marca do equipamento;**
- c) Prazo de entrega;**
- d) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- e) Assinatura e data;**
- f) E-mail e número de telefone (válidos)**

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA DOS MARCAPASSOS:

LOCAL	UNIDADE	ENDEREÇO	TELEFONE	E-MAIL	HORÁRIO DE ATENDIMENTO
-------	---------	----------	----------	--------	------------------------

SETOR DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME/HGR	HOSPITAL GERAL DE RORAIMA - HGR	AVENIDA: Brigadeiro Eduardo Gomes, Nº 1364 – Aeroporto - CEP. 69.305455 - Boa Vista - Roraima	(95)99112-7015	nopme.hgr@gmail.com	Das 08:00h às 12:00h das 14:00h às 18:00h de segunda a sexta-feira.
--	--	--	----------------	---------------------	---

Os equipamentos deverão ser entregues mediante Requisição expedida pela Coordenadoria Geral de Atenção Especializada - CGAE, conforme solicitação formalizada pelos profissionais do Centro de Diagnóstico Especializado - CDE/HGR.

DA ENTREGA:

A empresa CONTRATADA deverá fornecer o objeto, **no prazo máximo de até 10 dias corridos a contar da requisição/solicitação emitida pela Coordenadoria Geral de Atenção Especializada (CGAE);**

Caso necessário, solicitar prorrogação do prazo de entrega com antecedência mínima de 2 (dois) dias corridos da data final de entrega, demonstrando os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação, análise e possível aprovação;

Mediante justificativa da CONTRATADA, parecer técnico da Coordenação com Autorização, será admitido prorrogação por mais 10 dias corridos, não podendo ultrapassar o limite de 1 (uma) prorrogação por entrega;

O ônus do transporte, entrega e descarregamento no endereço indicado deste Contrato é exclusivamente da CONTRATADA;

Os prazos que vierem a coincidir em dia que não haja expediente no órgão ou que o expediente tenha sido reduzido, ficam automaticamente prorrogados ao dia útil seguinte.

Demais estipulados no Cronograma de Entregas, **a contar da Requisição/Solicitação de Fornecimento emitido pelo Departamento/Coordenação Geral da Atenção Especializada - CGAE**

Os itens devem ser entregues no SETOR DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS - **OPME/HGR conforme item 10.**

A empresa que lograr êxito no (s) lote (s) deverá entregar os itens solicitados mediante requisição emitida pela Coordenadoria Geral de Atenção Especializada (CGAE);

A Equipe Técnica do Centro de Diagnóstico Especializado - CDE, vinculado ao Hospital Geral de Roraima - HGR solicitará o quantitativo necessário para atender a demanda da unidade naquele período, a Coordenadoria Geral de Atenção Especializada - CGAE através do Departamento de políticas de Apoio ao Diagnóstico por Imagem - DPADI emitirá requisição/solicitação para que a empresa vencedora do lote forneça no prazo de 10 dias corridos o material solicitado - as solicitações serão feitas até que atinja o valor total do lote, a empresa vencedora deverá entregar a quantidade dos lotes solicitados com todos os componentes dele em sua totalidade na OPME do Hospital Geral de Roraima.