

**LOGO MARCA DA EMPRESA**  
**NOME COMERCIAL DA EMPRESA**  
**CNPJ Nº**

Ao  
Governo do Estado de Roraima  
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU  
Gerencia Especial de Cotação – GEC

**CARIMBO CNPJ Nº**

**MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

**PROCESSO Nº. 20101.063093/2025.19**

**EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CANETAS BIPOLARES AUTOCLAVÁVEIS.**

ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	433378 <u>(SIMILAR)</u>	<p><b>CANETAS BIPOLARES AUTOCLAVÁVEIS:</b></p> <p><b>1. Características Técnicas Principais</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Material: Pontas geralmente confeccionadas em aço inoxidável médico ou titânio, resistentes à corrosão e à alta temperatura;</li><li>- Corpo: isolado termicamente, feito de polímeros de alta resistência (ex: PEEK, PPSU) ou revestido em silicone médico, suportando temperaturas de esterilização (121–134°C);</li><li>- Isolamento elétrico rígido para evitar fuga de corrente e queimaduras acidentais;</li><li>- Formato e Medidas: Disponíveis em diferentes comprimentos (tipicamente nossa necessidade na instituição varia entre 180–260 mm) para adequação ao campo cirúrgico;</li><li>- Pontas finas (0,2–2,0 mm), retas ou anguladas, para microdissecação e acesso a áreas restritas;</li><li>- Modelos com ou sem irrigação integrada.</li></ul> <p><b>1.1. Conexão ao Gerador de Corrente</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cabo de conexão padrão (2 ou 3 pinos) compatível com os principais geradores de energia cirúrgica bipolares. Alguns modelos possuem conectores removíveis para facilitar a esterilização e troca de cabos;</li><li>- Controle: Acionamento por pedal ou botão, dependendo do gerador. Alguns modelos autoclaváveis apresentam controle ergonômico para melhor manejo durante procedimentos prolongados.</li><li>- Capacidade de Esterilização: suportam múltiplos ciclos</li></ul>	UND	250		

	<p>de autoclave a vapor (pressão de 1,2–2,2 bar, temperatura de 121–134°C, tempo de 15–30 min).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manual do fabricante indicando o número máximo de ciclos recomendado (geralmente &gt;100 ciclos). Devem ser secas completamente antes do uso, para evitar corrosão e garantir isolamento elétrico.</li> <li>- <b>Os geradores disponíveis na instituição são de 02 tipos, ambos da marca WEM, modelo SS-501 e SS-501SX.</b></li> </ul> <p><b>2. Modelos com Irrigação Integrada (Opcional):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permitem irrigação direta na ponta ativa, reduzindo carbonização e aderência tecidual.</li> <li>- Tubo de irrigação autoclavável ou removível para esterilização separada.</li> </ul>				
<b>VALOR TOTAL</b>					

**VALIDADE DE 180 DIAS.**

**Favor mencionar os dados abaixo na proposta:**

- a) Dados cadastrais;**
- b) Prazo de entrega;**
- c) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- d) Assinatura, data e endereço;**
- e) E-mail e número de telefone (válidos)**

---

E-mail:

---

Telefone:

---

Local e Data

---

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

**OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – [cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br](mailto:cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br)**

**Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)**

## INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

### DECRETO Nº 39.050-E, DE 18 DE AGOSTO DE 2025

Art. 17º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

### LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA/PRAZO DE ENTREGA:

Os materiais deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias corridos, no Almoarifado da CGAF/SESAU, situado à Av. São Sebastião, 1.485, bairro Santa Tereza – Boa Vista/RR, CEP: 69.314- Nº 152, **em dia e horário de expediente (segunda a sexta - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, horário local).**

A Contratada deverá entrar em contato tanto pelos telefones: **(095) 98414 2871**, como também pelo e-mail: **cgue@saude.rr.gov.br**, com cópias para o e-mail: **np2.cgue@saude.rr.gov.br**, para informar o dia da entrega e o horário previsto, deverá ser comunicado com 5(cinco) dias úteis antes da entrega, para que sejam comunicados a equipe de recebimento, para deslocamento a unidade onde será a entrega.

O prazo de entrega estabelecido, **poderá** ser prorrogado por até **30 (trinta) dias corridos**, por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceito pela Autoridade Competente.

### DO TREINAMENTO:

A contratada deverá realizar treinamento para os servidores designados pela Unidade hospitalar, conforme endereços relacionados no Anexo I deste, em dia e horário de expediente (segunda a sexta - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00), horário local, com o objetivo de orientar a correta utilização no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento definitivo, realizar treinamento da equipe para correto manuseio e manutenção, principalmente no acondicionamento e esterilização correta.

### Anexo I

UNIDADES HOSPITALARES E SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS:			
ORD.	UNIDADE/LOCAL	DISTANCIA DA CAPITAL BOA VISTA EM KM	ENDEREÇOS
1	HOSPITAL REGIONAL SUL GOVERNADOR OTTOMAR DE SOUZA PINTO - HRSGOSP	291 KM	RODOVIA BR 174 KM 461, S/N - CENTRO, RORAINÓPOLIS - RR.
2	HOSPITAL MATERNO INFANTIL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - HMINSN	CAPITAL	AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 1100, BOA VISTA - RR.

3	HOSPITAL GERAL DE RORAIMA - HGR	CAPITAL	AV. BRG. EDUARDO GOMES, 1364 - AEROPORTO, BOA VISTA -RR
---	---------------------------------	---------	--