



GOVERNO DE RORAIMASECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

TABELA DE COTAÇÃO DE PREÇO / GEC / SESAU
PROCESSO Nº 20101.059320/2021.88

ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	DIVISÃO DE COTA		VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
					CRITÉRIO DE DISPUTA	QUANT. COTAS		
1	363047	APARELHO PORTÁTIL PARA MEDIÇÃO DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS E POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFÁLICO INTEGRADO EQUIPAMENTO PORTÁTIL DE TRIAGEM DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS E POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFÁLICO INTEGRADOS EM UM ÚNICO EQUIPAMENTO; MENUS EM PORTUGUÊS; TOUCHSCREEN; MEMÓRIA PARA 250 TESTES; BATERIA EXTRA; PESO APROXIMADO DE 300 GRAMAS; DIMENSÕES: CUMPRIMENTO 23CM, LARGURA 7,3CM E ALTURA 3,4CM. KIT COMPLETO COM OLIVAS DE 37MM, 40MM, 45MM; PONTEIRAS DE Sonda; SOFTWARE PARA COMUNICAÇÃO COM PC; MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS; MÉDIA PONDERADA DE RUÍDOS, CONTAGEM DE PICOS DE SINAL SIGNIFICATIVOS; OBS: O APARELHO DEVERÁ REALIZAR OS EXAMES ABAIXO DESCRITOS: - EXAME DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS TRANSIENTES: TELA DE TESTE: FORMA DE ONDA MÉDIA, NÚM. DE PICOS DE TEOAE, ASSISTENTE DE AJUSTE DE Sonda, NÍVEL DE RUÍDO, NÍVEL DO ARTEFATO, NÍVEL DE ESTABILIDADE E PROGRESSO DE TESTE; TELA DE RESULTADOS: FORMA DE ONDA MÉDIA, NÚM. DE PICOS DE TEOAE E APROVADO/RESPOSTA CLARA OU REFERIR/SEM RESPOSTA CLARA GERAL. EM CASO DE REFERIR/SEM RESPOSTA CLARA, TAMBÉM ASSISTENTE DE AJUSTE DE Sonda, NÍVEL DE RUÍDO, NÍVEL DE ARTEFATO E NÍVEL DE ESTABILIDADE. - EXAME DE POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFÁLICO AUTOMÁTICO: MÉTODO DE AVALIAÇÃO: MÉDIA PONDERADA DE RUÍDO E ESPONDÊNCIA DE MODELOS. ESTÍMULO: CHIRP DE 30, 35, 40 OU 45 DB NHL; TAXA DO CHIRP: 78-82 CHIRPS POR SEGUNDO ANDOMIZADO); FAIXA DE TESTE DE IMPEDÂNCIA: 1 A 99K IMPEDÂNCIA ACEITÁVEL PARA TESTE: < 12K CONTROLE DE IMPEDÂNCIA; ANTES DO TESTE E PERIODICAMENTE DURANTE O TESTE, O ESTÍMULO CONTINUA DURANTE O CONTROLE DE IMPEDÂNCIA; TELA DE TESTE: GRÁFICO ESTATÍSTICO, IMPEDÂNCIAS, DETECÇÃO DE PROBABILIDADE DE ABR, NÍVEL DE EEG E PROGRESSO DO TESTE; TELA DE RESULTADOS: GRÁFICO ESTATÍSTICO, IMPEDÂNCIA, NÍVEL DE EEG E APROVADO/RESPOSTA CLARA OU REFERIR/SEM RESPOSTA CLARA GERAL. ELETRODOS: ELETRODOS DE HIDROGEL DESCARTÁVEIS.	UND	20	Ampla	19	R\$ 46.800,00	R\$ 889.200,00
2	363047	APARELHO PORTÁTIL PARA MEDIÇÃO DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS E POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFÁLICO INTEGRADO EQUIPAMENTO PORTÁTIL DE TRIAGEM DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS E POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFÁLICO INTEGRADOS EM UM ÚNICO EQUIPAMENTO; MENUS EM PORTUGUÊS; TOUCHSCREEN; MEMÓRIA PARA 250 TESTES; BATERIA EXTRA; PESO APROXIMADO DE 300 GRAMAS; DIMENSÕES: CUMPRIMENTO 23CM, LARGURA 7,3CM E ALTURA 3,4CM. KIT COMPLETO COM OLIVAS DE 37MM, 40MM, 45MM; PONTEIRAS DE Sonda; SOFTWARE PARA COMUNICAÇÃO COM PC; MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS; MÉDIA PONDERADA DE RUÍDOS, CONTAGEM DE PICOS DE SINAL SIGNIFICATIVOS; OBS: O APARELHO DEVERÁ REALIZAR OS EXAMES ABAIXO DESCRITOS: - EXAME DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS TRANSIENTES: TELA DE TESTE: FORMA DE ONDA MÉDIA, NÚM. DE PICOS DE TEOAE, ASSISTENTE DE AJUSTE DE Sonda, NÍVEL DE RUÍDO, NÍVEL DO ARTEFATO, NÍVEL DE ESTABILIDADE E PROGRESSO DE TESTE; TELA DE RESULTADOS: FORMA DE ONDA MÉDIA, NÚM. DE PICOS DE TEOAE E APROVADO/RESPOSTA CLARA OU REFERIR/SEM RESPOSTA CLARA GERAL. EM CASO DE REFERIR/SEM RESPOSTA CLARA, TAMBÉM ASSISTENTE DE AJUSTE DE Sonda, NÍVEL DE RUÍDO, NÍVEL DE ARTEFATO E NÍVEL DE ESTABILIDADE. - EXAME DE POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFÁLICO AUTOMÁTICO: MÉTODO DE AVALIAÇÃO: MÉDIA PONDERADA DE RUÍDO E ESPONDÊNCIA DE MODELOS. ESTÍMULO: CHIRP DE 30, 35, 40 OU 45 DB NHL; TAXA DO CHIRP: 78-82 CHIRPS POR SEGUNDO ANDOMIZADO); FAIXA DE TESTE DE IMPEDÂNCIA: 1 A 99K IMPEDÂNCIA ACEITÁVEL PARA TESTE: < 12K CONTROLE DE IMPEDÂNCIA; ANTES DO TESTE E PERIODICAMENTE DURANTE O TESTE, O ESTÍMULO CONTINUA DURANTE O CONTROLE DE IMPEDÂNCIA; TELA DE TESTE: GRÁFICO ESTATÍSTICO, IMPEDÂNCIAS, DETECÇÃO DE PROBABILIDADE DE ABR, NÍVEL DE EEG E PROGRESSO DO TESTE; TELA DE RESULTADOS: GRÁFICO ESTATÍSTICO, IMPEDÂNCIA, NÍVEL DE EEG E APROVADO/RESPOSTA CLARA OU REFERIR/SEM RESPOSTA CLARA GERAL. ELETRODOS: ELETRODOS DE HIDROGEL DESCARTÁVEIS.	UND	20	Cota	1	R\$ 46.800,00	R\$ 46.800,00
3	257708	OXÍMETRO NEONATAL PORTÁTIL CARACTERÍSTICAS OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL TELA DE FÁCIL LEITURA COM INDICADOR DE PULSO;- RETRO ILUMINAÇÃO AJUSTÁVEL E DESENHO NO VISOR EM LCD PARA SPO2 E PULSO;- PORTÁTIL, LEVE E DE FÁCIL USO;- FAIXA DE MEDIÇÃO DE OXIGÊNIO DE 35% - 100%; - FAIXA DE MEDIÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 30 - 250BPM; - PACIENTES NEONATOS;- ALARMES PROGRAMÁVEIS DE SPO2 E PULSAÇÃO;- INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA O INDICADOR DE PULSAÇÃO; - INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA OS AVISOS;- AJUSTE DE VOLUME DO SOM;- CONEXÃO USB. (ACOMPANHA SOFTWARE PARA WINDOWS); - MEMÓRIA INTERNA, DATA/HORA E COMUNICAÇÃO COM PC; - UTILIZA QUATRO PILHAS AA (INCLUSO) COM OPÇÃO BATERIAS RECARREGÁVEIS (INCLUSO 1 BATERIA E O CARREGADOR); - INDICAÇÃO DA CARGA DA BATERIA, DATA E HORA.	UND	20	Exclusiva	20	R\$ 2.468,23	R\$ 49.364,60
4	452836	OTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO AJUSTE DE PRECISÃO INDIVIDUAL DO RAIOS DE ILUMINAÇÃO ± 4 , ALÉM DO AJUSTE SINCRONIZADO DA CONVERGÊNCIA E AJUSTE PARALAX, PRECISA SELEÇÃO DA OBSERVAÇÃO E ILUMINAÇÃO ÓTICA PARA QUALQUER TAMANHO DE PUPILA, OTIMIZADA PARA MELHOR USO EM PUPILAS ABAIXO DE 1MM, DIFUSOR COM TAMAÑHOS DE PONTOS INTEGRADOS, PEQUENO, MÉDIO E GRANDE, 3 FILTROS INTEGRADOS: ISENTOS DE VERMELHO, AZUL COBALTO E AMARELO, CONJUNTO ÓTICO ABATÍVEL, DISTÂNCIA INTERPUPILAR AJUSTÁVEL INDEPENDENTE E ASSIMETRICAMENTE ENTRE 46 - 74MM, AJUSTE PARA CADA TAMAÑHO DE PUPILA, CABO DE CONEXÃO UNPLUGGED MONTADO NA CINTA DE CABEÇA, CINTA DE CABEÇA MUITO MAIS LEVE E ACOLCHOADA, TRANSFORMADOR DE TOMADA (100-240V). LENTE DE 20 DIOPTRIAS E 30 DIOPTRIAS;	UND	20	Ampla	15	R\$ 8.183,33	R\$ 122.749,95
5	452836	OTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO AJUSTE DE PRECISÃO INDIVIDUAL DO RAIOS DE ILUMINAÇÃO ± 4 , ALÉM DO AJUSTE SINCRONIZADO DA CONVERGÊNCIA E AJUSTE PARALAX, PRECISA SELEÇÃO DA OBSERVAÇÃO E ILUMINAÇÃO ÓTICA PARA QUALQUER TAMAÑHO DE PUPILA, OTIMIZADA PARA MELHOR USO EM PUPILAS ABAIXO DE 1MM, DIFUSOR COM TAMAÑHOS DE PONTOS INTEGRADOS, PEQUENO, MÉDIO E GRANDE, 3 FILTROS INTEGRADOS: ISENTOS DE VERMELHO, AZUL COBALTO E AMARELO, CONJUNTO ÓTICO ABATÍVEL, DISTÂNCIA INTERPUPILAR AJUSTÁVEL INDEPENDENTE E ASSIMETRICAMENTE ENTRE 46 - 74MM, AJUSTE PARA CADA TAMAÑHO DE PUPILA, CABO DE CONEXÃO UNPLUGGED MONTADO NA CINTA DE CABEÇA, CINTA DE CABEÇA MUITO MAIS LEVE E ACOLCHOADA, TRANSFORMADOR DE TOMADA (100-240V). LENTE DE 20 DIOPTRIAS E 30 DIOPTRIAS;	UND	20	Cota	5	R\$ 8.183,33	R\$ 40.916,65
6	155192	OTALMOSCÓPIO DIRETO - HALOGÊNIO LÂMPADA HPX™ FORNECE LUZ PARA A COR DO TECIDO VERDADEIRO E DESEMPENHO DE LONGA DURAÇÃO;- ÓTICAS COAXIAIS PRODUZ UM PONTO SEM SOMBRAS, MAIS FÁCIL ENTRADA EM PUPILAS SEM DILATAÇÃO, E UM MAIOR CAMPO DE VISÃO EM RELAÇÃO AOS OTALMOSCÓPIOS PADRÕES;- DETECTAR ABRASÕES DA CórNEA COM FILTRO AZUL COBALTO;- FILTRO POLARIZADOR PRATICAMENTE ELIMINA A REFLEXÃO DA CórNEA; - ÓPTICAS SELADAS PROTEGER CONTRA A POEIRA E SUIJEIRA; - 18 COMBINAÇÕES ORIGINAIS DE ABERTURA/FILTRO PARA MAIOR VERSATILIDADE; FILTRO ISENTO DE VERMELHO PODE SER USADO COM QUALQUER ABERTURA;- 28 LENTES DE FOCAGEM COM UM INTERVALO DE -25 A +40 DIOPTRIAS.	UND	25	Exclusiva	25	R\$ 912,27	R\$ 22.806,75



GOVERNO DE RORAIMA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

7	445349	LARINGOSCÓPIO KIT LARINGOSCÓPIO: CABO EM AÇO INOX, COM COMPARTIMENTO P/02 PILHAS, C/TAMPÃO MOLA DE AÇO INOX, COM ENCAIXE PARA LAMINA CONVENCIONAL NO PADRÃO INTERNACIONAL, COM LÂMINAS CURVA TAMANHO 0,1,2,3,4 E 5 E RETA TAMANHO 00,0, 1,2,3,4 COM LÂMPADA ESPECIAL DE LUZ FRIA COM ALTA LUMINOSIDADE, COM PINO DE AÇO, SUBSTITUIVEL, ACONDICIONADO EM BOLSA DE COURVIM FECHADA C/ ZIPER, GARANTIA DE 1 ANO, MANUAL. REGISTRO NO INMETRO OU ANVISA. GARANTIA MÍNIMO DE 01 ANO.	UND	206	Ampla	155	R\$ 1.104,26	R\$ 171.160,30
8	445349	LARINGOSCÓPIO KIT LARINGOSCÓPIO: CABO EM AÇO INOX, COM COMPARTIMENTO P/02 PILHAS, C/TAMPÃO MOLA DE AÇO INOX, COM ENCAIXE PARA LAMINA CONVENCIONAL NO PADRÃO INTERNACIONAL, COM LÂMINAS CURVA TAMANHO 0,1,2,3,4 E 5 E RETA TAMANHO 00,0, 1,2,3,4 COM LÂMPADA ESPECIAL DE LUZ FRIA COM ALTA LUMINOSIDADE, COM PINO DE AÇO, SUBSTITUIVEL, ACONDICIONADO EM BOLSA DE COURVIM FECHADA C/ ZIPER, GARANTIA DE 1 ANO, MANUAL. REGISTRO NO INMETRO OU ANVISA. GARANTIA MÍNIMO DE 01 ANO.	UND		Cota	51	R\$ 1.104,26	R\$ 56.317,26
VALOR ESTIMADO								R\$ 1.399.315,51
Boa Vista, 30 de Junho de 2022								

(assinatura eletrônica autenticada)

FRANCINEI PEREIRA DA SILVA

Respondendo pela Gerente Especial de Cotação

SESAU/NPSESAU/GERCOTPRE

(Portaria nº 327/SESAU/CGTES/NCP, de 03 de março de 2022, DOE RR nº 4174, de 05 de abril de 2022)