



MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇO / GEC / SESAU
PROCESSO SEI Nº 20101.002572/2022.16

ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD.	AQUISIÇÕES SIMILARES DE OUTROS ENTES PÚBLICOS			MN Comércio de Material Ótico LTDA	EMPRESA BAXTER	VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
					V.UNT 1	V.UNT 2	V.UNT 3				
1	404744	MESA CIRURGICA UNIVERSAL: CARATERISTICAS MÍNIMAS PARA AQUISIÇÃO: MESA CIRURGICA ELETROHIDRÁULICA: MÓDULO CIRÚRGICO MÓVEL, QUE PERMITA O POSICIONAMENTO DO PACIENTE NA POSIÇÃO NORMAL E REVERSA, COM CONTROLE AUXILIAR NA COLUNA DA MESA; TAMPO RÁDIO TRANSPARENTE OU TRANSLUCIDO COM NO MÍNIMO 05 SEÇÕES, SEÇÃO DA CABEÇA, SEÇÃO DE TRONCO, SEÇÃO DA BACIA, SEÇÕES DE PERNAS BIPARTIDAS, COM DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 300 MM, POSSIBILIDADE DE ORIENTAÇÃO DO PACIENTE INVERSA E NORMAL COM ROTAÇÃO DO TAMPO OU DE MONTAGEM DAS DISPOSIÇÕES DOS TAMPOS. ESTRUTURA COM 04 RODÍZIOS DUPLOS, SISTEMA DE TRAVAMENTO MECÂNICO, REVESTIMENTO DA BASE DA MESA FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO REFORÇADA, RESISTENTE À IMPACTOS E DESINFETANTES, TRILHOS LATERAIS EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE SUPORTAR O PESO DE 360KG EM POSIÇÃO NORMAL E 180 KG EM QUALQUER POSIÇÃO, CONTROLE REMOTO COM CABO E SISTEMA AUXILIAR DE EMERGÊNCIA, INTEGRADO À COLUNA DA MESA; ESTOFADOS DESTACÁVEIS E LAVÁVEIS PARA TODAS AS SEÇÕES. POSSUIR COLCHÃO COM, NO MÍNIMO, 80 MM DE ESPESURA COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR VELCRO RADIOTRANSARENTE, CAPACIDADE DE PREVENÇÃO DE ULCERAS POR PRESSÃO, DEVE SER COMPOSTO POR UMA CAMADA DE ESPUMA VISCOELASTICA E OUTRA DE MONÓMERO DE ETILENO PROPILENO DIENO, PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO PESO DO PACIENTE, POSSUIR TECIDO LIVRE DE COSTURAS, COM SELAGEM POR ULTRASSOM, COM VÁLVULA MEMBRANA SEMIPERMEÁVEL SITUADA NA PARTE INFERIOR DO COLCHÃO, PARA IMPEDIR A ENTRADA DE LÍQUIDOS E PERMITIR A SAÍDA DE AR. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COMUTÁVEL: 100 ATÉ 240 VAC, 50/60-HZ, BATERIAS INTERNAS RECARREGÁVEIS, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 SEMANA, COM 4 RODÍZIOS DUPLOS, COM SISTEMA DE FRENAGEM E TRAVAMENTO MECÂNICO, DIMENSÕES MÁXIMAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO SEM A SEÇÃO DE CABEÇA, MÍNIMO DE 1600 MM, COMPRIMENTO COM A SEÇÃO DE CABEÇA: MÍNIMO DE 1900 MM, LARGURA COSTAS 540MM, MOVIMENTOS ELÉTRICOHIDRÁULICOS: ELEVAÇÃO E REGRESSO: MÍNIMO DE 600 MM DE REGRESSO A 950 MM DE ELEVAÇÃO; LATERALIDADE (INCLINAÇÃO) ESQUERDA E DIREITA DE NO MÍNIMO 15°, TREDLEMBURG DE NO MÍNIMO 25° TREDLEMBURG REVERSO DE NO MÍNIMO 25°; MOVIMENTO DE DORSO DE NO MÍNIMO 70° PARA CIMA E 40° PARA BAIXO, ACESSÓRIOS: 01 ARCO DE NARCÓSE; 01 APOIO DE PERNAS BI PARTIDO COM DUPLA ARTICULAÇÃO; 01 CONJUNTO DE ESTOFADOS; 01 PAR DE APOIOS DE BRAÇOS DE NO MÍNIMO 450 MM DE COMPRIMENTO; 01 FIXADOR RADIAL, APOIO DE CABEÇA DUPLA ARTICULAÇÃO; 01 PLACA DE EXTENSÃO PARA AS COSTAS COM SISTEMA DE FÁCIL ENCAIDE; 01 KIT PARA CIRURGIA NEUROLOGICA; 01 KIT PARA CIRURGIA ORTOPEDICA; 01 KIT DE CIRURGIA BARIATRICA;	UND	23	R\$ 170.000,00	R\$ 130.794,00	R\$ 143.000,00	R\$ 498.000,00	R\$ 280.000,00	R\$ 147.931,33	R\$ 3.402.420,59
TOTAL ESTIMADO										R\$ 3.402.420,59	
VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 3.402.420,59 (TRÊS MILHÕES, QUATROCENTOS E DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS, E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)											
										Boa Vista/RR, 16 de Agosto de 2022.	
OBS.: Os valores destacados em vermelho no Mapa de Cotação de Preço, não foram utilizados nos cálculos de obtenção da média, devido a disparidade de preços, conforme recomenda a Instrução Normativa nº 73 de 05 de Agosto de 2020.											
FONTES DE PESQUISAS:											
BANCO DE PREÇOS - https://www.bancodeprecos.com.br/Cotacoes											
EMPRESA: MN COMÉCIO DE MATERIAL ÓTICO LTDA - RUA BARATA RIBEIRO, Nº 391/706 À 708 - COPACABANA, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP: 22040-000 EMAIL-CONTATOMN@MNOFTALMOLOGIA.COM.BR - TEL. (21) 2548-5397, CNPJ Nº 29.963.808/0001.56											
EMPRESA: BAXTER; CNPJ: 49.351.786/0002-61; Alameda Andromeda, 885 - 1º andar - Alphaville, Barueri / SP; CEP 06473-000; Tel: +55 (11) 4133-0800											

(Assinatura Eletrônica)
FRANCINEI PEREIRA DA SILVA
Gerente Especial de Cotação
SESAU/NPSESAU/GERCOTPRE

(Portaria nº 0 327/SESAU/CGTES/NCP, de 03 de março de 2022, DOE RR n.º 4174, de 05 de abril de 2022)