



**MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇO / GEC / SESAU**  
**PROCESSO SEI Nº 20101.061631/2021.15**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UND	QUANT.	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES SIMILARES DE OUTROS ENTES PÚBLICOS				VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
					V. UNT 1	V. UNT 2	V. UNT 3	V. UNT 4		
1	SISTEMA DE VIDEOBRONCOSCOPIA RIGIDA ADULTO - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS PARA AQUISIÇÃO COMPLETO, COMPOSTO POR 04 QUADROS ENDOSCÓPIOS RÍGIDOS: 1 (UM) FONTE DE ILUMINAÇÃO, 1 (UM) MONITOR, 1 (UM) PROCESSADOR DE IMAGEM, 1 (UM) TROLLEY, 1 (UM) VIDEO-PRINTER, 1 (UM) NOBREAK. DEVE SER GARANTIDA A COMPATIBILIDADE ENTRE TODO O SISTEMA, INCLUINDO INSTRUMENTAIS E ENDOSCÓPIOS, COM AS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS A SEGUIR. PARA OS ITENS, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE 10 % (DEZ POR CENTO) DAS MEDIDAS SOLICITADAS. 2 (DOIS) ENDOSCÓPIOS RÍGIDOS PARA BRONCOSCOPIA ADULTO DE DIÂMETRO DE 6,8 MM, DE COMPRIMENTO 50 CM, ÂNGULO DE VISÃO DE 0 GRAUS, AUTOCLAVÁVEL, COM FIBRA ÓTICA INTEGRADA. 1 (UMA) CÂMERA ENDOSCÓPICA UNIVERSAL, DIÂMETRO EXTERNO DE 9,0MM, COMPRIMENTO DE 30CM. 1 (UMA) CÂMERA ENDOSCÓPICA UNIVERSAL, DIÂMETRO EXTERNO DE 9,0MM, INTERNO DE 6,8MM, COMPRIMENTO DE 40CM. 2 (DOIS) ENDOSCÓPIOS RÍGIDOS PARA BRONCOSCOPIA RESPIRATÓRIA DE DIÂMETRO DE 2,3 MM, DE COMPRIMENTO 38 CM, ÂNGULO DE VISÃO DE 0 GRAUS, AUTOCLAVÁVEL, COM FIBRA ÓTICA INTEGRADA. 1 (UMA) CÂMERA ENDOSCÓPICA UNIVERSAL, DIÂMETRO EXTERNO DE 9,0MM E INTERNO DE 6,8MM, COMPRIMENTO DE 30CM. 1 (UMA) CÂMERA ENDOSCÓPICA UNIVERSAL, DIÂMETRO EXTERNO DE 6,8MM E INTERNO DE 6,8MM, COMPRIMENTO DE 30CM. 1 (UMA) PINÇA ÓPTICA TIPO JACARÉ, AUTOCLAVÁVEL, PARA CORPOS ESTRANHOS, DÚPLA, ACIDO, PARA USO COM CÂMERA BRONCOSCÓPICA DE 30CM. 1 (UMA) PINÇA ÓPTICA, AUTOCLAVÁVEL, TIPO AMERICANO, PARA RETIRADA DE CORPOS ESTRANHOS, PARA USO COM ENDOSCÓPIOS DE 6,8MM DE DIÂMETRO E 30CM DE COMPRIMENTO. 2 (DUAS) TAMPA DE VEDAÇÃO DE METAL, PARA CÂMERA DE BRONCOSCOPIA. 1 (UMA) PINÇA DE BIÓPSIA, AUTOCLAVÁVEL, COM DIÂMETRO ENTRE 2,3MM E 4MM, COMPRIMENTO DE PELO MENOS 40CM. 1 (UMA) PINÇA DE BIÓPSIA, AUTOCLAVÁVEL, COM DIÂMETRO ENTRE 2,3MM E 4MM, COMPRIMENTO DE PELO MENOS 40CM. 1 (UMA) PINÇA DE BIÓPSIA, AUTOCLAVÁVEL, COM DIÂMETRO ENTRE 2,3MM E 4MM, COMPRIMENTO DE PELO MENOS 40CM. 1 (UMA) PINÇA DE BIÓPSIA, AUTOCLAVÁVEL, COM DIÂMETRO ENTRE 2,3MM E 4MM, COMPRIMENTO DE PELO MENOS 40CM. 4 (QUATRO) BANDEJAS EM AÇO INOX OU ACRÍLICA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE OU BAIXA TEMPERATURA E ARMAZENAMENTO PARA USO COM INSTRUMENTAIS. 4 (QUATRO) BANDEJAS EM AÇO INOX OU ACRÍLICA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE OU BAIXA TEMPERATURA E ARMAZENAGEM DE ENDOSCÓPIO RÍGIDO. FONTE DE ILUMINAÇÃO: LED OU XENON DE NO MÍNIMO 75 W; COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E AJUSTE MANUAL E AUTOMÁTICO DO NÍVEL DE INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO, PODENDO SER ACOPLADA OU NÃO A PROCESSADOR/ENDOSCÓPIO. 1 (UM) CABO DE FIBRA ÓTICA PARA CONEXÃO DA FONTE DE LUZ COM ENDOSCÓPIO, SE NECESSÁRIO PROCESSADOR DE IMAGEM, COM SAÍDA DE VÍDEO DIGITAL, COM SISTEMA DE COMANDO DE IMAGEM, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSSIBILIDADE DE HERANÇA DE DADOS DO PACIENTE E DO MÉDICO, DATA E HORA DO EXAME, POSSIBILIDADE DE MAGNIFICAÇÃO E SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS, ACOMPANHAR CÂMERA DE NO MÍNIMO 1 CHIP CCD OU CMOS, COM ADAPTADORES/CONECTORES NECESSÁRIOS PARA CONEXÃO AOS ENDOSCÓPIOS FORNECIDOS. 2 (DOIS) MONITORES: TELA PLANA LCD OU TECNOLOGIA SUPERIOR, GRÁFICO MÉDICO, COM TAMANHO DIAGONAL MÍNIMO DE 15 POLGADAS CADA, COMPATÍVEL COM O SISTEMA OPERATIVO: TROLLEY, TORRE (INCLUI CARIÓTIPO DE TRANSPORTE E GUARDA, CAPACIDADE DE SUPORTAR DOIS MONITORES E TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICOS CITADOS NA COMPOSIÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA, ESTRUTURA QUANDO PINTADA, EM EPOXI, OU ENTÃO CONFECIONADO EM MATERIAL NÃO OXIDÁVEL, EXCETO MADEIRA, SUPORTE MÓVEL PARA COLOCAÇÃO DE UM TELA RÍGIDO, RODÍZIOS, OBRIGATORIOS COM TRAVA PELO MENOS 2 DELES PARA ESTABILIDADE, REGULA DE TOMADA COM CABO DE ALIMENTAÇÃO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2 METROS OU PONTOS DE ENERGIA NO TROLLEY PARA LIGAR TODO O SISTEMA. NOBREAK TIPO ON LINE SENOICAL OU QUALIDADE SUPERIOR, COM ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA E POTÊNCIA RESERVADA AO CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS DE OPERAÇÃO PARA O SISTEMA COMPLETO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA. TENSÃO DE SAÍDA DE ACORDO COM O SISTEMA DE VIDEOENDOSCÓPIA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, DE ACORDO COM A TENSÃO VIGENTE NA UNIDADE CONTEMPLADA NA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. ACESSÓRIOS DEVE ACOMPANHAR AO SISTEMA DE TODOS OS ACESSÓRIOS QUE SEJAM ABSOLUTAMENTE NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO, INCLUINDO SUPORTE, CABOS DE CONEXÃO, ADAPTADORES E CONECTORES. 01 TELA LCD ALFANUMÉRICO, CASO NECESSÁRIO PARA INSERÇÃO DE DADOS DO EXAME. O FORNECEDOR DEVERÁ CEDER PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE RORAIMA AS LICENÇAS DE USO DOS SOFTWARES INSTALADOS NO EQUIPAMENTO OU NECESSÁRIOS A CONDIÇÃO DESTE, COM UM MICROCOMPUTADOR, DEVE SER ENTREGUES COM O PRODUTO TODOS OS CABOS, CONECTORES, ADAPTADORES E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO OFERTADO. OS PROPONENTES DEVERÃO OBRIGATORIAMENTE MENCIONAR EM SUA PROPOSTA TODOS OS ITENS ACIMA RELACIONADOS. OS ITENS NÃO INFORMADOS SERÃO CONSIDERADOS COMO NÃO ATENDIDOS. OS ITENS INFORMADOS DEVERÃO SER COMPROVADOS, DEVERÁ ACOMPANHAR 01 (UM) MANUAL DE OPERACIONAL, REDIGIDO EM PORTUGUES. A EMPRESA DEVERÁ OFERECER TREINAMENTO PARA EQUIPE RESPONSÁVEL PELO MANUSEIO. GARANTIA DEVE SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE GARANTIA COMPLETA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS A CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDER A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE NORMALIDADE. COPIA DO REGISTRO ANVISA DEVE SER APRESENTADA COPIA DO REGISTRO DO EQUIPAMENTO EMITIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA / MINISTÉRIO DA SAÚDE OU COMPROVANDO DE QUE O MESMO É OBJETO DE REGISTRO/CADASTRO, QUANDO FOR O CASO. NORMALIZAÇÃO: O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM TODAS AS LEGISLAÇÕES E REGULAMENTOS VIGENTES QUE SE APLIQUEM A ELE. ESTA SECRETARIA PODE EXIGIR, A QUALQUER MOMENTO, SE JULGAR NECESSÁRIO, COMPROVAÇÃO DE QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ DE ACORDO COM NORMA OU LEGISLAÇÃO VIGENTE ESPECÍFICA DO EQUIPAMENTO.	334961	UND	1	R\$ 58.750,00	R\$ 113.333,33	R\$ 94.430,00	R\$ 98.990,00	R\$ 102.251,11	R\$ 102.251,11
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO.</b>									<b>R\$</b>	<b>102.251,11</b>
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO POR EXTENSO: R\$ 102.251,11 (CENTO E DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS).</b>										

Boa Vista 30 de Junho 2022

OBS: OS VALORES DESTACADOS EM VERMELHO NO MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS, NÃO FORAM UTILIZADOS NOS CÁLCULOS DE OBTENÇÃO DA MÉDIA, DEVIDO AS DISPARIDADES DE PREÇOS, CONFORME RECOMENDA A IN 73 DE 05 DE AGOSTO DE 2020, ART. 6º § 2º.

FONTE DA COTAÇÃO:

BANCO DE PREÇOS - NP CAPACITAÇÃO: <https://www.bancodeprecos.com.br/>

(Assinatura Eletrônica)

FRANCINEI PEREIRA DA SILVA

Respondendo pela Gerente Especial de Cotação

SESAU/NPSESAU/GERCOTPRE

(Portaria nº 0 327/SESAU/CGTES/NCP, de 03 de março de 2022, DOE RR n.º 4174, de 05 de abril de 2022)