MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇO / GEC / SESAU
PROCESSO SEI Nº 20101.061631/2021.15

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UND	QUANT.	AQUISIÇÕES SIMILARES DE OUTROS ENTES PÚBLICOS			MANANCIAL DISTRIBUIDORA	AMPLOMED LTDA	INPARP LTDA	ENDOBRAX	VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
					V.UNT 1	V.UNT 2	V.UNT 3						
1	SISTEMA, DE VIDEOBRONCOSCOPIA RIGIDA, ADULTO - CARACTERISTICAS MINIMAS PARA AQUISIÇÃO: COMPLETO, COMPOSTO POR 04 (QUATRO) ENDOSCOPIOS RIGIDOS, 1 (UM) FONTE DE ILUMINACAO, 1 (UM) PROCESSADOR DE IMAGEM, 1 (UM) TROLLEY: 1 (UM) VIDEO-PRINTER; 1 (UM) NOBREAK; DEVE SER GARANTIDA A COMPATIBILIDADE ENTRE TODO O SISTEMA, INCLUINDO INSTRUMENTAIS E ENDOSCOPIOS, COM AS CARACTERISTICAS DESCRITAS A SEGUIR, PARA OS ITENS . CONSIDERAR TOLERANCIA DE 10 % (DEZ POR CENTO) DAS MEDIDAS SOLICITADAS. 2 (DOIS) ENDOSCOPIOS RIGIDOS PARA BRONCOSCOPIA ADULTO DE DIAMETRO DE 5,0 MM, DE COMPRIMENTO 50 CM, ANGULO DE VISAO DE 0 GRAUS, AUTOCLAVAVEL, COM FIBRA OTICA INTEGRADA; 1 (UMA) CAMISA ENDOSCOPICA UNIVERSAL, DIAMETRO EXTERNO DE 10MM E INTERNO DE 9,4MM, COMRIMENTO DE 40CM; 1 (UMA) CAMISA ENDOSCOPICA UNIVERSAL, DIAMETRO EXTERNO DE 9MM E INTERNO DE 8,2MM, COMPRIMENTO DE 40CM; 2 (DOIS) ENDOSCOPIOS RIGIDOS PARA BRONCOSCOPIA PEDIATRICA DE DIAMETRO DE 2,9 MM, DE COMPRIMENTO 38 CM, ANGULO DE VISAO DE 0 GRAUS, AUTOCLAVAVEL, COM FIBRA OTICA INTEGRADA; 1 (UMA) CAMISA ENDOSCOPICA, UNIVERSAL, DIAMETRO EXTERNO DE 5MM E INTERNO DE 4MM, COMPRIMENTO DE 30CM; 1 (UMA) CAMISA ENDOSCOPICA UNIVERSAL, DIAMETRO EXTERNO DE 7,5MM E INTERNO DE 7MM, COMPRIMENTO DE 30CM; 1 (UMA) CAMISA ENDOSCOPICA UNIVERSAL, DIAMETRO EXTERNO DE 6,8MM E INTERNO DE 6MM, COMPRIMENTO DE 30CM; 1 (UMA) PINCA OPTICA TIPO JACARE, AUTOCLAVAVEL, PARA RETIRADA DE CORPOS ESTRANHOS, PARA USO COM ENDOSCOPIOS DE 5,5M DE DIÂMETRO E 60CM DE COMPRIMENTO; 1 (UMA) PINCA BOCA TIPO JACARE, AUTOCLAVAVEL, PARA CORPOS ESTRANHOS, DUPLA ACAO, PARA USO COM CAMISA BRONCOSCOPICA DE 30CM; 1 (UMA) PINCA OPTICA, AUTOCLAVAVEL, TIPO AMENDOIM, PARA RETIRADA DE CORPOS ESTRANHOS, PARA USO COM ENDOSCOPIOS DE 5,9MM DE DIAMETRO E 60CM DE COMPRIMENTO; 2 (DUAS) TAMPAS DE VEDACAO, DE METAL, PARA CAMISA DE BRONCOSCOPIA; 1 (UMA) PINCA DE BIOPSIA, AUTOCLAVAVEL, COM DIAMETRO ENTRE 2,4MM E 4MM, COMPRIMENTO DE PELO MENOS 45CM, BOCA CONCAVA; 4 (QUATRO) BANDEJAS EM ACO INOX OU ACRILICA PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE OU BAIXA TEMPERATURA E ARMAZENAMENTO PARA USO COM INSTRUMENTAIS. 4 (QUATRO) BANDEJAS EM ACO INOX OU ACRÍLICA PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE OU BAIXA TEMPERATURA E ARMAZENAGEM DE ENDOSCOPIO RIGIDO, FONTE DE ILUMINACAO: LED OU XENON DE NO MINIMO 75 W, COM SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA E AJUSTE MANUAL E AUTOMATICO DO NIVEL DE INTENSIDADE DE ILUMINACAO, PODENDO SER ACOPLADA OU NAO A PROCESSADORA/ENDOSCOPIO; 1 (UM) CABO DE FIBRA OTICA PARA CONEXAO DA FONTE DE LUZ COM ENDOSCOPIO. SE NECESSARIO PROCESSADOR DE IMAGEM: COM SAIDA DE VIDEO DIGITAL, COM SISTEMA DE CONGELAMENTO DE IMAGENS, CONTROLE AUTOMATICO DE GANHO E POSSIBILIDADE DE INSERCAO DE DADOS DO PACIENTE E DO MEDICO, DATA E HORA DO EXAME. POSSUA MAGNIFICACAO E SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS, ACOMPANHAR CAMERA DE NO MINIMO 1 CHIP CCD OU CMOS, COM ADAPTADORES/CONECTORES NECESSARIOS PARA CONEXAO AOS ENDOSCOPIOS FORNECIDOS. 2 (DOIS) MONITORES: TELA PLANA LCD OU TECNOLOGIA SUPERIOR, GRAU MEDICO, COM TAMANHO DIAGONAL MINIMO DE 19 POLEGADAS CADA, COMPATIVEL COM O SISTEMA OFERTADO, TROLLEY / TORRE / RACK (CARRO DE TRANSPORTE E GUARDA. CAPACIDADE DE SUPORTAR DOIS MONITORES E TODOS OS EQUIPAMENTOS MEDICOS CITADOS NA COMPOSICAO DO SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA. ESTRUTURA QUANDO PINTADA, EM EPOXI, OU ENTAO CONFECCIONADO EM MATERIAL NAO OXIDAVEL, EXCETO MADEIRA. SUPORTE MOVEL PARA COLOCACAO DE UM TECLADO, RODIZIOS GIRATORIOS COM TRAVA PELO MENOS 2 DELES PARA ESTABILIDADE. REGUA DE TOMADA COM CABO DE ALIMENTACAO COM COMPRIMENTO MINIMO DE 2 METROS OU PONTOS DE ENERGIA NO TROLLEY PARA LIGAR TODO O SISTEMA. NOBREAK: TIPO ON LINE SENOIDAL OU QUALIDADE SUPERIOR, COM ENTRADA BIVOLT AUTOMATICA E POTENCIA ADEQUADA AO CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA. GARANTIA DE NO MINIMO 30 MINUTOS DE OPERACAO PARA O SISTEMA COMPLETO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA ELETRICA. TENSAO DE SAIDA DE ACORDO COM O SISTEMA DE VIDEOENDOSCOPIA. ALIMENTACAO ELETRICA: DE ACORDO COM A TENSAO VIGENTE NA UNIDADE CONTEMPLADA DA INSTALACAO DO EQUIPAMENTO. ACESSORIOS: DEVE ACOMPANHAR AO SISTEMA DE TODOS OS ACESSORIOS QUE SEJAM ABSOLUTAMENTE NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO, INCLUINDO SUPORTE. CABOS DE CONEXAO, ADAPTADORES E CONEXOES. 01 TECLADO ALFANUMERICO, CASO NECESSARIO PARA INSERCAO DE DADOS DO EXAME. O FORNECEDOR DEVERA CEDER PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE RORAIMA AS LICENCAS DE USO DOS SOFTWARES INSTALADOS NO EQUIPAMENTO OU NECESSARIOS A COMUNICACAO DESTE COM UM MICROCOMPUTADOR, DEVEM SER ENTREGUES COM O PRODUTO TODOS OS CABOS, CONECTORES, ADAPTADORES E DEMAIS ITENS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO OFERTADO, OS PROPONENTES DEVERAO OBRIGATORIAMENTE MENCIONAR EM SUA PROPOSTA TODOS OS ITENS ACIMA RELACIONADOS, OS ITENS NAO INFORMADOS SERAO CONSIDERADOS COMO NAO ATENDIDOS, OS ITENS INFORMADOS DEVERAO SER COMPROVADOS. DEVERA ACOMPANHAR 01 (UM) MANUAL DE OPERACIONAL, REDIGIDO EM PORTUGUES. A EMPRESA DEVERA OFERECER TREINAMENTO PARA EQUIPE RESPONSAVEL PELO MANUSEIO. GARANTIA: DEVE SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE GARANTIA COMPLETA COM DURACAO MINIMA DE 03 (TRÊS) ANOS A CONTAR DA DATA DE ACEITACAO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITACAO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZACAO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERACAO E DE SERVICO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTA OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDICOES DE NORMALIDADE. COPIA DO REGISTRO ANVISA: DEVE SER APRESENTADA COPIA DO REGISTRO DO EQUIPAMENTO EMITIDO PELA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA / MINISTERIO DA SAUDE OU COMPROVACAO DE QUE O MESMO E ISENTO DE REGISTRO/CADASTRO, QUANDO FOR O CASO. NORMALIZACAO: O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM TODAS AS LEGISLACOES E REGULAMENTOS VIGENTES QUE SE APLIQUEM A ELE. ESTA SECRETARIA PODE EXIGIR, A QUALQUER MOMENTO, SE JULGAR NECESSARIO, COMPROVACAO DE QUE O EQUIPAMENTO ESTA DE ACORDO COM NORMA OU LEGISLACAO VIGENTE ESPECIFICA DO EQUIPAMENTO.	334961	UND	1	R$ 140.772,00	R$ 245.215,65	R$ 145.902,00	R$ 310.000,00	R$ 125.342,00	R$ 148.150,00	R$ 290.000,00	R$ 140.041,50	**R$ 140.041,50**
		VALOR ESTIMADO											**R$ 140.041,50**

VALOR TOTAL ESTIMADO POR EXTENSO: R$ 140.041,50 (CENTO E QUARENTA MIL, QUARENTA E UM REAIS, CINQUENTA CENTAVOS).

Boa Vista/RR, 22 de Novembro de 2022.

OBS: OS VALORES DESTACADOS EM VERMELHO NO MAPA DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS, NÃO FORAM UTILIZADOS NOS CÁLCULOS DE OBTENÇÃO DA MÉDIA, DEVIDO AS DISPARIDADES DE PREÇOS, CONFORME RECOMENDA A IN 73 DE 05 DE AGOSTO DE 2020, ART. 6º § 2º.

FONTE DA COTAÇÃO:

BANCO DE PREÇOS - NP CAPACITAÇÃO: https://www.bancodeprecos.com.br/

EMPRESA: MANANCIAL MEDICAL LTDA - CNPJ: 24.603.766/0001-29 - RUA SENHOR DO BONFIM, Nº 929, LOJA 33205230 - Telefone: (31) 3991-0184 - Vespasiano/MG

EMPRESA: AMPLOMED LTDA - CNPJ: 05.254.444/0002-58 IE: 24.024594-1- Rua Iugulsvia, 604 Suframa: 200309862 Bairro: Cauamé - Boa Vista/RR - Fone: (95) 3623-8737 CEP: 69.311-087 www.amplomed.com.br E-mail: adm.bvb@amplomed.com.br

EMPRESA: INPARP LTDA - CNPJ: 41.157.749/0001-24, IM: 49563501 Rua Sírio Libanês, 95, andar 1, sala 03. Bairro: Chapada - CEP: 69.050-025 - Fone: (92) 3656-4686 Fone: (92) 9 9334-7789 Email: contato@inparp.com.br // service@inparp.com.br Manaus – AM

EMPRESA: ENDOBRAX COM. IMPOR. E EXPOR. DE EQUIP. MÉDICOS LTDA. - CNPJ: 07.427.470/0001-85 - Rua Bernardino Theodoro da Silva, 105 – 3º andar – Bairro Estoril - Fone: ++55 31 9 8876-4681 / 9090-3728 - e-mail: endobraxlicita01@gmail.com - Belo Horizonte - MG CEP 30.494-300

(Assinatura Eletrônica)
CAIO JOSÉ PINHEIRO NUNES
Gerente do Núcleo de Compras e Finanças
SESAU/NPSESAU/GERCOTPRE

(Assinatura Eletrônica)
FRANCINEI PEREIRA DA SILVA
Gerente Especial de Cotação
SESAU/NPSESAU/GERCOTPRE
(Portaria nº 327/SESAU/CGTES/NCP, de 03 de março de 2022, DOE RR n.º 4174, de 05 de abril de 2022)