



GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
- Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros

**MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇO / GEC / SESAU
PROCESSO SEI Nº 20101.000704/2022.75**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	HGR	QUANT.	AQUISIÇÕES SIMILARES DE OUTROS ENTES PÚBLICOS			OPUS MEDICAL	AMPLOMED	VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
					V.JUNT 1	V.JUNT 2	V.JUNT 3				
1	ARCO CIRURGICO - SISTEMA MOTORIZADO RADIO-CIRURGICO: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS PARA AQUISIÇÃO: ARCO CIRURGICO MÓVEL PARA APLICAÇÕES EM PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA GERAL, ORTOPEDIA, VASCULAR PERIFÉRICO, TRAUMA, UROLOGIA E NEUROLOGIA (COLUNA), ARCO COM FLUOROSCOPIA CONTÍNUA, PULSADA E RADIOGRAFIA DIGITAL, EQUIPAMENTO DEVE DISPOR DE SUBTRAÇÃO DIGITAL DE IMAGEM, COM MOVIMENTO VERTICAL, MOTORIZADO IGUAL OU MAIOR A 40 CM, MOVIMENTO ORBITAL DE NO MÍNIMO 115° OU SUPERIOR, ANGULAÇÃO TOTAL DE PELO MENOS 360° OU SUPERIOR, DISTÂNCIA DA FONTE AO DETECTOR DE IMAGEM DE NO MÍNIMO 90 CM E PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 61 CM, ESPAÇO LIVRE DE NO MÍNIMO 70CM, COM DETECTOR DE IMAGEM DE NO MÍNIMO: 30X30CM, COM PELO MENOS 16 BITS AD E MATRIZ MÍNIMA DE 1500X1500, MONITOR LED DE 26 POLEGADAS OU SUPERIOR, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080 PIXELS OU MONITOR DUPLO DE LED ALTO BRILHO COM NO MÍNIMO 19 POLEGADAS CADA, TROLLEY MÓVEL INDEPENDENTE PARA SUPORTE DOS MONITORES E PERIFÉRICOS COMPUTACIONAIS, GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA COM POTÊNCIA DE 8 KW OU MAIOR, TUBO DE RAO X COM ANODO GIRATORIO E PONTO FOCAL DUPLO, SENDO O MENOR DESSES IGUAL OU MENOR QUE 0,3 MM E O MAIOR IGUAL OU MENOR A 0,6 MM E COLIMADOR, COLIMAÇÃO SEM EMISSÕES DE RADIAÇÃO, CAPACIDADE TÉRMICA E CORRENTE MÁXIMA DE 12 MA OU MAIOR, MODO RADIOGRAFIA COM, NO MÍNIMO, 40 A 75 KV E CORRENTE MÁXIMA DE 60 MA OU MAIOR, MEMÓRIA COM RECURSO DE RETENÇÃO DA ÚLTIMA IMAGEM ADQUIRIDA, ARMAZENAMENTO DE, NO MÍNIMO, 15 MIL IMAGENS, FILTRO DE REDUÇÃO DE RUÍDO, ROTAÇÃO DE IMAGENS SEM A NECESSIDADE DE SE EMITIR RADIAÇÃO DURANTE A ROTAÇÃO, DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: SAÍDA USB INTEGRADOS AO SISTEMA E INTERFACE DICOM 3.0 COM NO MÍNIMO AS MODALIDADES STORAGE E WORKLIST, ACESSÓRIOS: IMPRESSORA TÉRMICA DIRETA ACOPLADA AO TROLLEY, COM RESOLUÇÃO 325 DPI, PROCESSAMENTO EM 8 BITS E LARGURA DO PAPEL 110 MM OU MAIOR; FUNÇÃO ESTENOSE; LICENÇAS DICOM: PRINT, STORAGE, WORKLIST, MPPS OU MAIS; ROADMAP; MIRA LASER DUPLO DE LOCALIZAÇÃO; GRADE COM PROTEÇÃO EM FIBRA DE CARBONO; NOBREAK 600 VA OU MAIOR; 10 PARES DE PRESILHAS/CAPAS ESTERILIZÁVEIS	378081	3	3	R\$ 1.224.000,00	R\$ 1.650.000,00	R\$ 1.188.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 1.260.000,00	R\$ 1.330.500,00	R\$ 3.991.500,00
VALOR ESTIMADO											R\$ 3.991.500,00
VALOR TOTAL ESTIMADO POR EXTENSO: R\$ 3.991.500,00 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E NOVENTA E UMI MIL E QUINHENTOS REAIS).											R\$ 3.991.500,00

ORÇ. O VALOR DESTACADO EM VERMELHO NO MAPA DE COTAÇÃO PREVIA DE PREÇOS, NÃO FOI UTILIZADO NOS CÁLCULOS DE OBTENÇÃO DA MÉDIA, DEVIDO ÀS DISPARIDADES DE PREÇOS, CONFORME RECOMENDAÇÃO N.º 73 DE 05 DE ABRIL DE 2020, ART. 6º §2.

FONTE DA COTAÇÃO: <https://www.ninnoindpress.com.br/>

BANCO DE PREÇOS - NP CARACOTAÇÃO: <https://www.ninnoindpress.com.br/>

EMPRESA: OPUS MEDICAL - CNPJ: 14.368.460/0001-20; RUA TRÊS ANDRADAS N. 314, PIRATININGA - OSASCO/SP - CEP: 06.233-050 FONE: (11) 4188-0167 / (11) 50508-0999 E-MAIL: licitacao@opusmedical.com.br

EMPRESA: AMPLIOMED LTDA - CNPJ: 05.254.444/0002-58; Rua Uguetávia, 804 - Bairro: Cauaimi, Boa Vista - RR/CEP: 69.311-497; www.amplomed.com.br / e-mail: adm_bv@amplomed.com.br Fone: (69) 3823-8737

(Assinatura Eletrônica)
FLAVIO ALVES DA COSTA
Assistente Administrativo
SESAU/NFSAU/GERCOTPRE

(Assinatura Eletrônica)
CAIO JOSE PINHEIRO NUNES
Respondendo pela Gerência Especial de Cotação
SESAU/NFSAU/GERCOTPRE

(Portaria nº 4424/SESAU/CGTES/NCP, de 21 de Novembro de 2022, DOE RR n.º 4134, de 06 de Dezembro de 2022)