

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇO / GEC / SESAU
PROCESSO SEI Nº 20101.016761/2023.57

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	DIVISÃO DE COTA		VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL	
				CRITÉRIO DE DESPUTA	QUANT.COTA			
1	INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA) CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS PARA AQUISIÇÃO: INCUBADORA, TIPO: NEONATAL/INFANTIL, MICROPROCESSADA COM DIÂMETRO, CÚPULA DE PAREDE DUPLA, CINCO PORTINHOLAS OVAIS FECHADAS SOBRE GUARNIÇÕES ATÓXICAS E PUNHOS ELÁSTICOS, UMA PORTINHOLA TIPO IRIS PARA PASSAGEM DE CIRCUITOS DE RESPIRADÓRIOS, TRAVA DE SEGURANÇA PARA CÚPULA ABERTA E GUARNIÇÃO PARA AMORTECER O FECHAMENTO JUNTO À BASE, SISTEMA DE AJUSTE CONTÍNUO PARA POSICIONAMENTO DO LETO, DE FORMA BARRA EM TRENDEMBARGO, PROCLIVE E HORIZONTAL, ALTA E BAIXA, CÔNTRIO DE PULSO INTEGRADO À INCUBADORA, COM INDICAÇÃO DIGITAL DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E CURVA PLETISMOGRÁFICA, COM ALARME E COMBINAÇÃO DE INTENSORES CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE SENSO-CONTROLE E MONITORAÇÃO DAS TEMPERATURAS DO AR E DA PELE DO PACIENTE, COM AJUSTE A CADA 1 GRAU, ALARME DE ALTA E BAIXA TEMPERATURAS DO AR, HIPOTERMIA E HIPERTERMIA, DESCONEXO DO SENSO À PELE DO PACIENTE, FALTA DE SENSO, CONTROLE E MONITORAÇÃO DA UMIDIFICAÇÃO E INTENSIDADE DA INCUBADORA, QUE PERMITE CONTROLE CONTÍNUO E PRECISO DA UMIDADE RELATIVA DE 30% A 95% UR, COM AJUSTE A CADA 1% UR, ALARME PARA ALTA UMIDADE, FALTA DE ÁGUA E FALHA NO SENSO DE UMIDADE, MONITORAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO DE 21% A 85% VOLUME, ALARME DE ALTA E BAIXA CONCENTRAÇÕES E AJUSTES A CADA 1% BALANÇA INCORPORADA AO LETO, COM INDICAÇÃO DO PESO NO PAINEL DA INCUBADORA DE CONTROLE INTEGRADO COM MEMÓRIA GRÁFICA DE ATÉ 24 HORAS CONTÍNUAS PARA TEMPERATURAS DO AR E PELE, UMIDADE RELATIVA E CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, AJUSTE E EVOLUÇÃO DO PESO DO PACIENTE PARA SETE DIAS, ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: 01 SENSO REUTILIZÁVEL PARA CÔNTRIO DE PULSO NEONATAL; 01 SENSO PARA TEMPERATURA CUTÂNEA; 01 SENSO PARA UMIDADE; 01 SENSO PARA OXIGÊNIO COM DUAS CÉLULAS; SUPORTE COM RODÍZIOS, GAVETA PARA CHABI RADIOGRÁFICO; TELA ELEVADA, SUPORTE DUPLA PARA MONITOR COM SUP DE SORO; CERTIFICADO DE ADEQUO COM AS NORMAS VIGENTES DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DE SEGURANÇA EM INCUBADORAS, E DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA, ALIMENTAÇÃO 12/220V; 02 SUPORTE DE MONITOR MULTIPARAMETRO, ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS QUE DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: 01 RESUSCITADOR NEONATAL AUTOMATIZADO; 01 FOTÓTIPOGRAFIA COLIDE; 01 MISTURADOR DE GASES PARA DOSES GORDENO E AR MEDICINAL TIPO BLENDER; O EQUIPAMENTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ANVISA, MINISTÉRIO DA SAÚDE, INMETRO COM CERTIFICAÇÃO E REGISTRO, NA FALTA DOS REGISTRO O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR DOCUMENTOS ATESTANDO A NÃO EXIGÊNCIA, 36 MESES DE GARANTIA E TREINAMENTO DE TODA A EQUIPE QUE MANUSEIA O EQUIPAMENTO.	UND	Ampla	14	R\$	39.622,80	R\$	554.719,20
2	INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA) CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS PARA AQUISIÇÃO: INCUBADORA, TIPO: NEONATAL/INFANTIL, MICROPROCESSADA COM DIÂMETRO, CÚPULA DE PAREDE DUPLA, CINCO PORTINHOLAS OVAIS FECHADAS SOBRE GUARNIÇÕES ATÓXICAS E PUNHOS ELÁSTICOS, UMA PORTINHOLA TIPO IRIS PARA PASSAGEM DE CIRCUITOS DE RESPIRADÓRIOS, TRAVA DE SEGURANÇA PARA CÚPULA ABERTA E GUARNIÇÃO PARA AMORTECER O FECHAMENTO JUNTO À BASE, SISTEMA DE AJUSTE CONTÍNUO PARA POSICIONAMENTO DO LETO, DE FORMA BARRA EM TRENDEMBARGO, PROCLIVE E HORIZONTAL, ALTA E BAIXA, CÔNTRIO DE PULSO INTEGRADO À INCUBADORA, COM INDICAÇÃO DIGITAL DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E CURVA PLETISMOGRÁFICA, COM ALARME E COMBINAÇÃO DE INTENSORES CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE SENSO-CONTROLE E MONITORAÇÃO DAS TEMPERATURAS DO AR E DA PELE DO PACIENTE, COM AJUSTE A CADA 1 GRAU, ALARME DE ALTA E BAIXA TEMPERATURAS DO AR, HIPOTERMIA E HIPERTERMIA, DESCONEXO DO SENSO À PELE DO PACIENTE, FALTA DE SENSO, CONTROLE E MONITORAÇÃO DA UMIDIFICAÇÃO E INTENSIDADE DA INCUBADORA, QUE PERMITE CONTROLE CONTÍNUO E PRECISO DA UMIDADE RELATIVA DE 30% A 95% UR, COM AJUSTE A CADA 1% UR, ALARME PARA ALTA UMIDADE, FALTA DE ÁGUA E FALHA NO SENSO DE UMIDADE, MONITORAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO DE 21% A 85% VOLUME, ALARME DE ALTA E BAIXA CONCENTRAÇÕES E AJUSTES A CADA 1% BALANÇA INCORPORADA AO LETO, COM INDICAÇÃO DO PESO NO PAINEL DA INCUBADORA DE CONTROLE INTEGRADO COM MEMÓRIA GRÁFICA DE ATÉ 24 HORAS CONTÍNUAS PARA TEMPERATURAS DO AR E PELE, UMIDADE RELATIVA E CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, AJUSTE E EVOLUÇÃO DO PESO DO PACIENTE PARA SETE DIAS, ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: 01 SENSO REUTILIZÁVEL PARA CÔNTRIO DE PULSO NEONATAL; 01 SENSO PARA TEMPERATURA CUTÂNEA; 01 SENSO PARA UMIDADE; 01 SENSO PARA OXIGÊNIO COM DUAS CÉLULAS; SUPORTE COM RODÍZIOS, GAVETA PARA CHABI RADIOGRÁFICO; TELA ELEVADA, SUPORTE DUPLA PARA MONITOR COM SUP DE SORO; CERTIFICADO DE ADEQUO COM AS NORMAS VIGENTES DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DE SEGURANÇA EM INCUBADORAS, E DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA, ALIMENTAÇÃO 12/220V; 02 SUPORTE DE MONITOR MULTIPARAMETRO, ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS QUE DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: 01 RESUSCITADOR NEONATAL AUTOMATIZADO; 01 FOTÓTIPOGRAFIA COLIDE; 01 MISTURADOR DE GASES PARA DOSES GORDENO E AR MEDICINAL TIPO BLENDER; O EQUIPAMENTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ANVISA, MINISTÉRIO DA SAÚDE, INMETRO COM CERTIFICAÇÃO E REGISTRO, NA FALTA DOS REGISTRO O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR DOCUMENTOS ATESTANDO A NÃO EXIGÊNCIA, 36 MESES DE GARANTIA E TREINAMENTO DE TODA A EQUIPE QUE MANUSEIA O EQUIPAMENTO.	UND	Cota	2	R\$	39.622,80	R\$	79.245,60
3	INCUBADORA NEO NEONATAL DE TRANSPORTE INTERNO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS PARA AQUISIÇÃO: INCUBADORA, TIPO DE TRANSPORTE NEONATAL, PARA CUIDADOS INTENSIVOS, CÚPULA CONSTRUÍDA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, PAREDES DUPLAS EM TODA SUA SUPERFÍCIE, BASE EM MATERIAL PLÁSTICO, POSSUIR ALÇAS PARA TRANSPORTAR E DOS SUPORTES PARA CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, PORTA DE ACESSO FRONTAL E PORTA DE ACESSO LATERAL, AMBAS COM PAREDES DUPLAS, PORTINHOLAS COM MANGA PUNHO E GUARNIÇÕES AUTOCALAVÁVEIS EM SILICONE ATÓXICO; 1 PORTINHOLA TIPO IRIS PARA PASSAGEM DE TUBOS E DRENOS; PARA-CHOQUE QUE PROTEGE TODO O PERÍMETRO DA INCUBADORA, LETO REMOVÍVEL EM MATERIAL PLÁSTICO ANTILÁTRICO COM DRENOS QUE PERMITAM ADEQUADA ERGONOMIA PARA CONTOS DE SEGURANÇA EM MATERIAL MACIO E RESISTENTE DE FÁCIL AJUSTE, COLCHÃO REMOVÍVEL, IMPERMEÁVEL E DE MATERIAL ATÓXICO E AUTO EXTINGUÍVEL, COM ESPUMA COM DENSIDADE ADEQUADA SEM COSTURA, PRENSADA E CAPA REMOVÍVEL, ENTRADA DE DRENOS SEM DESEJO DE GAS PARA A ATMOSFERA, ACOPLADA A SUPORTE COM ALTURA AJUSTÁVEL, COM RODÍZIOS E PRECISO, UMIDIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ESPUMA SOB O LETO, LUMINAÇÃO AQUELA COM HASTE FLEXÍVEL PARA ALIARME DO FOCO, POSSUIR FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICO, PAINEL DE CONTROLE COM MONITORAÇÃO TÉRMICA DO AMBIENTE DO PACIENTE, CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA DO AR DO AMBIENTE INTERNO DA INCUBADORA E CONTROLE DE TEMPERATURA DO NEONATO MEDIANTE UM SENSO DE TEMPERATURA DE PELE, INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS DO AR, ALARME AJUSTÁVEL PARA ALTA E BAIXA DE ENERGIA ELÉTRICA E BATERIA, BATERIA EM CARREGAMENTO, FALTA DE CIRCULAÇÃO DE AR, ALARME AJUSTÁVEL PARA ALTA E BAIXA DE ENERGIA ELÉTRICA; HIPOTERMIA/HIPERTERMIA, INDICAÇÃO DO NÍVEL DE ALIMENTAÇÃO, INDICAÇÃO VISUAL DO STATUS LOCALIZADO/DESLIGADO DO APARELHO; BATERIA RECARGÁVEL, AUTÔNOMA, MEN 4 HORAS, CARREGADOR AUTOMÁTICO DO TIPO FLUXUANTE INCORPORADO, ACESSÓRIOS MÍNIMO: 02 CILINDROS EM ALUMÍNIO TIPO E PARA OXIGÊNIO COM VÁLVULA REDUTORA E MANÔMETRO, SUPORTE DE SORO COM ALTURA AJUSTÁVEL, PRATELEIRA PARA COLOCAÇÃO DE PERFIS, CABOS DE LIGAÇÃO, TUBO DE OXIGÊNIO COM REGULADOR E FLUXIMETRO, COLCHONETE CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO 03 COLCHÕES, FILTROS DE AR, MN 10; 01 ESPUMA DE UMIDIFICAÇÃO NEBULIZADOR; 02 SENSORES DE PELE; 10 ACESSÓRIOS PARA SENSO DE PELE, BARRA PARA MONITOR E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, ALIMENTAÇÃO 127 OU 220VAC/50HZ, CONFORME SOLICITANTE, E 12VDC (BARRILHA) 02 SUPORTE DE MONITOR MULTIPARAMETRO, ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS QUE DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: 01 RESUSCITADOR NEONATAL AUTOMATIZADO; 01 FOTÓTIPOGRAFIA COLIDE; 01 MISTURADOR DE GASES PARA DOSES GORDENO E AR MEDICINAL TIPO BLENDER; O EQUIPAMENTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ANVISA, MINISTÉRIO DA SAÚDE, INMETRO COM CERTIFICAÇÃO E REGISTRO, NA FALTA DOS REGISTRO O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR DOCUMENTOS ATESTANDO A NÃO EXIGÊNCIA, 36 MESES DE GARANTIA E TREINAMENTO DE TODA A EQUIPE QUE MANUSEIA O EQUIPAMENTO.	UND	Ampla	6	R\$	41.643,38	R\$	249.860,28
4	INCUBADORA NEO NEONATAL DE TRANSPORTE INTERNO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS PARA AQUISIÇÃO: INCUBADORA, TIPO DE TRANSPORTE NEONATAL, PARA CUIDADOS INTENSIVOS, CÚPULA CONSTRUÍDA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, PAREDES DUPLAS EM TODA SUA SUPERFÍCIE, BASE EM MATERIAL PLÁSTICO, POSSUIR ALÇAS PARA TRANSPORTAR E DOS SUPORTES PARA CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, PORTA DE ACESSO FRONTAL E PORTA DE ACESSO LATERAL, AMBAS COM PAREDES DUPLAS, PORTINHOLAS COM MANGA PUNHO E GUARNIÇÕES AUTOCALAVÁVEIS EM SILICONE ATÓXICO; 1 PORTINHOLA TIPO IRIS PARA PASSAGEM DE TUBOS E DRENOS; PARA-CHOQUE QUE PROTEGE TODO O PERÍMETRO DA INCUBADORA, LETO REMOVÍVEL EM MATERIAL PLÁSTICO ANTILÁTRICO COM DRENOS QUE PERMITAM ADEQUADA ERGONOMIA PARA CONTOS DE SEGURANÇA EM MATERIAL MACIO E RESISTENTE DE FÁCIL AJUSTE, COLCHÃO REMOVÍVEL, IMPERMEÁVEL E DE MATERIAL ATÓXICO E AUTO EXTINGUÍVEL, COM ESPUMA COM DENSIDADE ADEQUADA SEM COSTURA, PRENSADA E CAPA REMOVÍVEL, ENTRADA DE DRENOS SEM DESEJO DE GAS PARA A ATMOSFERA, ACOPLADA A SUPORTE COM ALTURA AJUSTÁVEL, COM RODÍZIOS E PRECISO, UMIDIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ESPUMA SOB O LETO, LUMINAÇÃO AQUELA COM HASTE FLEXÍVEL PARA ALIARME DO FOCO, POSSUIR FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICO, PAINEL DE CONTROLE COM MONITORAÇÃO TÉRMICA DO AMBIENTE DO PACIENTE, CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA DO AR DO AMBIENTE INTERNO DA INCUBADORA E CONTROLE DE TEMPERATURA DO NEONATO MEDIANTE UM SENSO DE TEMPERATURA DE PELE, INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS DO AR, ALARME AJUSTÁVEL PARA ALTA E BAIXA DE ENERGIA ELÉTRICA E BATERIA, BATERIA EM CARREGAMENTO, FALTA DE CIRCULAÇÃO DE AR, ALARME AJUSTÁVEL PARA ALTA E BAIXA DE ENERGIA ELÉTRICA; HIPOTERMIA/HIPERTERMIA, INDICAÇÃO DO NÍVEL DE ALIMENTAÇÃO, INDICAÇÃO VISUAL DO STATUS LOCALIZADO/DESLIGADO DO APARELHO; BATERIA RECARGÁVEL, AUTÔNOMA, MEN 4 HORAS, CARREGADOR AUTOMÁTICO DO TIPO FLUXUANTE INCORPORADO, ACESSÓRIOS MÍNIMO: 02 CILINDROS EM ALUMÍNIO TIPO E PARA OXIGÊNIO COM VÁLVULA REDUTORA E MANÔMETRO, SUPORTE DE SORO COM ALTURA AJUSTÁVEL, PRATELEIRA PARA COLOCAÇÃO DE PERFIS, CABOS DE LIGAÇÃO, TUBO DE OXIGÊNIO COM REGULADOR E FLUXIMETRO, COLCHONETE CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO 03 COLCHÕES, FILTROS DE AR, MN 10; 01 ESPUMA DE UMIDIFICAÇÃO NEBULIZADOR; 02 SENSORES DE PELE; 10 ACESSÓRIOS PARA SENSO DE PELE, BARRA PARA MONITOR E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, ALIMENTAÇÃO 127 OU 220VAC/50HZ, CONFORME SOLICITANTE, E 12VDC (BARRILHA) 02 SUPORTE DE MONITOR MULTIPARAMETRO, ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS QUE DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: 01 RESUSCITADOR NEONATAL AUTOMATIZADO; 01 FOTÓTIPOGRAFIA COLIDE; 01 MISTURADOR DE GASES PARA DOSES GORDENO E AR MEDICINAL TIPO BLENDER; O EQUIPAMENTO DEVE ATENDER AS NORMAS DA ANVISA, MINISTÉRIO DA SAÚDE, INMETRO COM CERTIFICAÇÃO E REGISTRO, NA FALTA DOS REGISTRO O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR DOCUMENTOS ATESTANDO A NÃO EXIGÊNCIA, 36 MESES DE GARANTIA E TREINAMENTO DE TODA A EQUIPE QUE MANUSEIA O EQUIPAMENTO.	UND	Cota	1	R\$	41.643,38	R\$	41.643,38
VALOR ESTIMADO							R\$	925.468,46

Boa Vista/RR, 05 de Julho de 2023.

(Assinatura Eletrônica)

MANOEL DE SOUSA DIAS FERREIRA
 Gerente de Núcleo da Saúde (CDS-I)
 SESAU/NPSESAU/GERCOTPRE

(Assinatura Eletrônica)

FRANCINEI PEREIRA DA SILVA
 Gerente Especial de Cotação
 SESAU/NPSESAU/GERCOTPRE

(Portaria nº 327/SESAU/CGTES/NCP, de 03 de março de 2022, DOE RR n.º 4174, de 05 de abril de 2022)