

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇO / GEC / SESAU

PROCESSO SEI Nº 20101.040037/2025.14

AQUISIÇÕES SIMILARES DE OUTROS ENTES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UND	QNT.	PÚBLICOS			SITIOS ELETRONICOS ESPECIALIZADOS OU	VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL	DESVIO PADRÃO	COEFICIENTE E DE VARIAÇÃO
					V.UNT 1	V.UNT 2	V.UNT 3	V.UNT 1				
1	CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA 610 Tamanho 2,5 classe II tipo B2, PARA MANIPULAÇÃO DE FÁRMACOS E PREPARADOS QUIMIOTERÁPICOS EM AMBIENTE ESTÉRIL, EQUIPAMENTO PROJETADO PARA PROTEÇÃO DO OPERADOR, DO PRODUTO E DO AMBIENTE EXTERNO. Descrição Conformidade • Projetada para trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; NSF 49 Recursos • Construída em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi; • Gabinete de trabalho construído em aço inox AISI 304 (incluindo paredes e tampo da mesa de trabalho) evitando corrosão; • Assoalho removível para maior facilidade na limpeza; • Ventilador tipo siroco; • Motor de 1/2 CV com proteção térmica e regulação eletrônica de velocidade para perda de pressão (três velocidades); • Proteção térmica dotada de reles e fusíveis de proteção; • Filtro HEPA H 14 EN 1822 com eficiência > 99,999% para partículas de 0,3µm, moldura em alumínio anodizado; • Pré-filtro classe G4 sintético 30-35% Ashrae colorimétrico, 92% ashrae gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA) • Motor externo de indução com regulação através de inversor de frequência (aumentando a durabilidade e garantia do motor) • Vidro temperado frontal tipo guilhotina (sobe e desce) podendo parar em qualquer posição da área de trabalho, com inclinação de 7 graus (aumentando o conforto do operador e diminuindo reflexos) • Quatro interruptores, (geral, motor, lâmpada fria, lâmpada UV); • Painel elétrico removível; • Alarme sonoro para alertar o operador quando o vidro frontal exceder a 200 mm, abertura operacional segura; • Alarme sonoro para alertar o operador quando o motor externo tiver problemas (desligando automaticamente o equipamento); • Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; • Baixo nível de ruído 60 dB; • Velocidade do ar 0,45 m/s +- 20% • Velocidade de Face = 0,50 m/s • Vazão de ar 1.121 m³/h • 05 Metros de duto em PVC flexível • 01 Tomada auxiliar (220 V) interna • Lâmpada LED • 01 Lâmpada UV de 15 W • 01 Válvula para gás ou vácuo • Base construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura em epóxi, dotada de rodízios giratórios com freio. • NCM: 8421-3990 • Procedência Nacional *Com Certificação	359365	UND	3	R\$ 49.392,19	R\$ 51.639,95	R\$ 50.066,30	R\$ 49.996,44	R\$ 50.273,72	R\$ 150.821,16	R\$ 959,79	1,91%

VALOR ESTIMADO

R\$ 150.821,16

VALOR TOTAL ESTIMADO R\$: 150.821,16 (CENTO E CINQUENTA MIL, OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).

Boa Vista/RR, 25 DE JULHO DE 2025

OBS: PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VALORES INEXEQUÍVEIS E/OU EXCESSIVAMENTE ELEVADOS, E DEFINIÇÃO DE QUAL MÉTODO (MÉDIA, MEDIANA OU O MENOR DOS VALORES OBTIDOS NA PESQUISA DE PREÇOS) SERÁ UTILIZADO NA OBTENÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA, UTILIZA-SE CÁLCULO DE DESVIO PADRÃO E COEFICIENTE DE VARIAÇÃO.

OBS: OS VALORES DESTACADOS EM AMARELO NO MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS, FORAM REALIZADOS CÁLCULOS PARA SE OBTER O VALOR DA UNIDADE DE MEDIDA SOLICITADO.

FONTE DA COTAÇÃO:

BANCO DE PREÇOS - NP CAPACITAÇÃO: <https://www.bancodeprecos.com.br/>

SÍTIOS ELETRÔNICOS ESPECIALIZADOS OU DE DOMÍNIO AMPLO

OBS: AS INFORMAÇÕES REFERENTES AOS SITES DE DOMÍNIO AMPLO/ESPECIALIZADOS ESTÃO NOS RELATÓRIOS QUE SE ENCONTRAM ANEXADOS AOS AUTOS E NA CERTIDÃO QUE ANTECEDE OS RELATÓRIOS DE COTAÇÃO.

(Assinatura Eletrônica)

FLÁVIO ALVES DA COSTA

Assistente Administrativo

SESAU/NPSESAU/GERCOTPRE

(Assinatura Eletrônica)

FRANCINEI PEREIRA DA SILVA

Gerente Especial de Cotação

SESAU/NPSESAU/GERCOTPRE

(Portaria nº 327/SESAU/CGTES/NCP, de 03 de março de 2022, DOE RR n.º 4174, de 05 de abril de 2022)