

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ N°

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ N°

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO N°. 20101.026651/2020.51

Aquisição de Equipamentos/Materiais Permanentes para o Centro de Saúde da Unidade Prisional Monte Cristo da Coordenadoria Geral de Atenção Básica - CGAB e Centro de Especialidades Odontológicas – CEO/RR da Coordenadoria Geral de Atenção Especializada - CGAE, contemplando a instalação e montagem de alguns itens, conforme descrição do objeto Anexo I, visando a estruturação do Centro de Saúde Prisional da Unidade Prisional e do CEO/RR.

ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	413140 413141	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO CAPSULAR DIGITAL de alta velocidade com um microprocessador interno que controla o tempo de oscilações garantindo uma trituração mais exata e consistente frequência do processo de trituração é de 4200 ou mais oscilações por minuto extremamente silencioso e com baixa vibração assegurando que sua parte externa não se mova fazendo com que ele permaneça estável permite o uso de diversos tipos de capsulas com dosagens diferentes display indicador de tempo para misturar os materiais encapsulados tampa com proteção em acrílico com switch de segurança impedimento de funcionamento com a tampa aberta painel de controle com teclado tipo membrana turbo led 1200. alimentação elétrica 127v/60hz. garantia mínima de 01 ano, manual de instrução em português, manutenção local, treinamento e registro junto a ANVISA.	UND	05		
2	299497	Aparelho de Raio X – odontológico – Aparelho raio X, potência aparelho: 50 a 125 KV, tipo aparelho: móvel, c ampolas de raio X, aplicação: uso médico, tensão alimentação: 220 V, frequência controle de KV e mas, aci,	UND	02		
3		Aparelho de Ar Condicionado – Capacidade de 9.0000 a 12.000 BTUS, tipo SPLIT, com função quente e frio.	UND	01		
4		Aparelho Reprodutor de DVD , DVD + RW/ + R, DVD - RW/ -REM MODO VR SEM CPRM, CD, CD-R/RW,	UND	01		

		MP3, JPEG, VCD e SVCD. com reprodução de fotos no formato JPEG: acesso aos sistemas DOLBY DIGITAL E DTS: SAÍDAS DE VÍDEO: COMPONENTE, VÍDEO COMPOSTO E S- VÍDEO: SAÍDAS DE ÁUDIO: DIGITAL ÓPTICA, DIGITAL COAXIAL E ANALÓGICA: SCAN PROGRESSIVO. MP3 BROWSER; RETROCESSO E AVANÇADO COM ÁUDIO 110V. Apresentar catálogo. Prazo de Garantia Mínima de 01 (um) ano.				
5		Armário de Aço – Com características min./material de confecção de 1,80 X 0,70 M até 2,10 X 1,10 M (A X L) aço.	UND	03		
6		Armário MDF – Dimensões Min/Material de confecção de 1,00X 0,70 X ATÉ 1,49 X 1,00 (A X L) /MDF.	UND	06		
7		Armário Vitrine – Com número de portas 02, material de confecção aço/ferro pintado, com laterais de vidro.	UND	01		
8		Arquivo-Arquivo confeccionado em aço com tratamento antiferruginoso em pintura eletrostática em epóxi-pó, com 04(quatro) gavetas, chave de travamento simultâneo, trilho telescópico, para pasta suspensas tamanho ofício, porta etiqueta e puxadores, com acabamento em pvc, cor: azul, garantia de fábrica 01(um) ano, com montagem no local. dimensões: 0,50 x 0,50 x 1,20 m. garantia de 01(um) ano.	UND	03		
9	746224	Autoclave Horizontal de Mesa – Autoclave, material, aço inox, tipo horizontal, modelo: gravitacional, operação: automática, digital, característica adicional: sistemas de secagem e segurança, volume câmara: cerca de 75 L, composição: sensores temperatura e pressão, alarmes, outros componentes: 2 bandejas	UND	04		
10		Balança Antropométrica para Obesos – Modo de Operação Digital.	UND	01		
11		Balde/ lixeira material aço ferro pintado com capacidade de 11 até 20 litros. Garantia de 01 (um) ano.	UND	01		
12		Balde a pedal - 30 litros a 40 litros com material de confecção polipropileno em aço inoxidável, sendo liso interna e externamente. deve ter grande resistência a sabões e detergentes. inox, constituído em chapa de aço inoxidável dobrada com acabamento polido. A base deve ser provida de pára-choque de borracha termoplástica em toda volta e montada sobre quatro rodas giratórias de aproximadamente 2" de diâmetro. Acompanha balde em aço inox com alça. Garantia de 01 (um) ano.	UND	13		
13	420314	Biombo plumbífero – tipo curvo; estrutura em aço ou alumínio; espessura de 02 mm.	UND	01		
14	NÃO	Bomba de vácuo até 2 HP/CV – com potência de 05 HP e vácuo de 450 MMGH.	UND	01		
15	436702	Braçadeira para injeção – Confeccionado em aço inoxidável; apoio do braço em aço inoxidável; tipo pedestal com altura regulável.	UND	01		
16		Cadeira com braços com rodízios estofado corvin – Com material de confecção em aço/ferro pintado, com rodízios, braços, regulagem de altura e assento/encosto courvin.	UND	10		
17		Cadeira com Braço: Cadeira de encosto baixo apoia braço integrado ao encosto, em aço ou ferro com tratamento antiferruginoso em pintura eletrostática em epóxi-pó, com assento e encosto em polipropileno e acabamento na cor azul. elemento espaçador fixado na estrutura da cadeira para evitar danos à pintura, e em barra de aço trefilado ABNT 1010/1020 com diâmetro de 12 MM, regulagem de altura, com elemento de ligação, em poliamida, escamoteava, permitindo formações em curvas ou retas. acabamento metálico na cor azul, com deslizadores para não arranhar o piso. pés com rodízios. medidas: largura: 58 cm; altura do assento ao piso: 46 cm; profundidade: 46 cm; altura do encosto ao piso: 74 cm; e largura interna da base: 45 cm.	UND	02		

		deverá ter certificado de conformidade com a MTB/NR-17 – Resolução CONFEA nº 437/99 de 29.11.99 – Art. 67. Lei Federal 519, registro no INMETRO, garantia de 01 (um) ano.				
18	427832	Cadeira de Rodas para Obeso – Confeccionada em aço ou ferro pintado: braços fixos; com elevação de pernas e suporte de sorro.	UND	01		
19	436702	Cadeira para Coleta de Sangue – Confeccionada em aço ou ferro pintado: com braçadeira regulável.	UND	01		
20	NÃO	Cadeira para Obeso – Com estrutura em aço ou ferro pintado, com assento e encosto estofado em Courvin.	UND	01		
21		Cadeira sem Braço -Material de confecção em Aço ou ferro pintado com tratamento antiferruginoso em pintura eletrostática em epóxi-pó, sem rodízio, com assento e encosto em polipropileno na cor azul. Garantia de 01 (um) ano.	UND	12		
22	400783	Cadeiras de Rodas Adulto – Confeccionada em aço ou ferro pintado; pés removíveis; braços fixos; com elevação de pernas e suporte de sorro.	UND	01		
23	--	Caixa para Desinfecção de Limas Endodônticas – com capacidade de até 9 limas.	UND	01		
24		Carro para transporte de materiais (diversos) tipo fechado: com 3 prateleiras, material estrutura tubo aço inoxidável, material prateleiras chapa aço inoxidável, acabamento superficial escovado, quantidade prateleiras 3 Und, tipo proteção sem para-choque envolvente, quantidade rodas fixas 2 Und, quantidade rodas giratórias 2 Und, comprimento 90 cm, largura 60 cm, altura 80 cm, tipo prateleiras com gradil. Garantia mínima de 01(um) ano	UND	01		
25		Cilindros de Gases Medicinais com material de confecção de alumínio, com válvula, manômetro e fluxômetro com capacidade mínima de 03 litros até 10 litros	UND	02		
26	413208	Compressor odontológico – Com potência 1,0 HP e capacidade de 30 a 40 litros . isento de óleo. Ideal para consultórios de dentista e clínicas médicas, que precisam de um equipamento seguro, limpo e eficiente. - Especificações técnicas: - Reservatório 200 Litros - Volume de Ar Aspirado 14 P.C.M. 397 lts/min. - Pressão Máx. de Operação 120 Lbf/pol ² - Número de Cabeçotes 1 + 1 - Estágio 1 - Pintura Interna Sim - Acionamento do Motor: Direto - Isento de Óleo: Sim - Ideal para consultório - Dimensão do compressor C112 x L46 x A97 cm - Peso 89 kg - Potência: 1,5 x 1,5CV - Rotação: 1700 rpm - Protetor Elétrico: Sim - Voltagem: Bivolt	UND	05		
27		Compressor Odontológico compressor de ar odontológico, capacidade reservatório volume interno cerca de 20 litros , características adicionais isento óleo, tanque pintura interna anticorrosiva, voltagem 110/220 v, componente adicional válvula de segurança, manômetro, dreno para água, componentes adicionais conexões, mangueira, peso cerca de 20 kg. manual de instrução em português. registro na ANVISA. assistência técnica local. prazo de garantia mínimo de 2 anos, alimentação elétrica trifásica 127v/60hz. treinamento. instalação	UND	02		
28		Computador (Desktop-Básico) – Com mouse USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO) . Fonte compatível com o item, Sistema Operacional WINDOWS 7 PRO (64 BITTS), com garantia mínima de 12 meses, teclado USB,	UND	01		

		ABNTz, 107 Teclas Com Fio, Interfaces de Rede 10/100/1000 e WIFI, Interfaces de Vídeo Integrada, Processador no mínimo INTEL CORE I3 ou AMD A10, Memória RAM com 4 GB, DDR3, 1600 MHz, Disco Rígido mínimo de 500 GB, Tipo Monitor 18,5" (1366 X 768), Unidade de Disco Ótico CD/DVD ROM.				
29		Destilador de água - de 5 litros-desligamento automático, fixação em chapa aço, com material aço inox AISI 304, tipo PILSEN, com cuba/resistência/condensador em aço inox, com suporte para fixação na parede, em chapa de aço com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática em epóxi. com capacidade de produção: 5 litros/hora; consumo de água: +/- 180 litros/hora; com duas resistências tubulares blindadas, em aço inox. com painel de comando para instalação na parede. chave liga/desliga com lâmpadas indicadoras; desligamento automático, propiciando o desligamento da resistência quando da falta de água. com 2 disjuntores unipolar embutidos na caixa de controle; cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolação, com tomada e plug de três pinos. potência mínima 7000 WATTS. voltagem de 220 VOLTS. catálogo impresso e online. Assistência técnica local e instalação; Garantia mínima de 01(um) ano;	UND	01		
30		Eletrocardiógrafo - Eletrocardiógrafo, modelo: digital, portátil c, alça, tipo: tela lcd 2x16, 12 canais, voltagem: 110,220 v, funções: teclado membrana sensível ao toque, tipo registro: c, 12 derivações, leitura diagnóstica, velocidade registro: 12,5; 25 e 50 mm,s, características adicionais: memória p, 100 exames, acessórios: cabo alimentação, cabo paciente 10 vias, tipo impressora: impressão papel a4, alimentação: bateria interna recarregável. Obs.: Aparelho a ser utilizado na plataforma Nacional do Telediagnóstico do Ministério da Saúde/MS.	UND	01		
31		Escada com 2 degraus - Uso hospitalar: estrutura em tubo de chapa de aço inoxidável, com pintura em epóxi na cor gelo; medindo 22,22 x 120 mm; dimensões da escada medindo 0,40 x 0,30 x 0,22 cms aproximadamente; quantidade de degraus 02 degraus; matéria prima do degrau em placa inteira de aço inoxidável ou alumínio; degrau medindo 1,00 x 360mm de comp. x 1,40mm largura; revestimento do piso em borracha antiderrapante, e cantoneiras do piso em aço inox; acessórios pés com ponteiros de borracha. Registro no INMETRO Garantia de 01(um) ano.	UND	03		
32		Esfigmomanômetro Adulto - Aparelho de Pressão Adulto Velcro Preto Premium Excelente opção para o profissional da área da saúde e pacientes que buscam um equipamento confiável, de ponta, compacto, moderno e com um ótimo custo benefício e aprovado pelo INMETRO, e possui manguito e pêra em PVC, braçadeira em nylon e fecho em velcro.	UND	02		
33		Esfigmomanômetro Obeso - Braçadeira Obeso de 68 cm para braço de diâmetro 31cm à 39cm Mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente. Braçadeira em algodão e fecho em velcro. Braçadeira com alcance de 31cm à 39 cm. Pêra com válvula em metal reforçado. Fabricação Nacional. Características Técnicas Fabricado conforme especificações aprovadas pela Portaria do INMETRO/DIMEL n 017 de 07/12/2001. Registrado na ANVISA sob o n 8.0047920025	UND	01		
34		Estante de aço : com 06 (seis) prateleiras reguláveis, reforço ômega, capacidade mínima de 100 kg por prateleira, formando seis vãos úteis, confeccionada em chapa de aço 20 USG, colunas em chapa 14 USG, tratamento anti-	UND	07		

		ferruginoso com fosforização, fundo e laterais abertos com reforços em 'x', pintura em epóxi com secagem em estufa de alta temperatura na cor cinza, medindo 1980 x 925 x 300mm. Garantia mínimo de 01(um) ano				
35		<p>Foco Refletor Ambulatorial - Foco- também conhecido como refletor ambulatorial – é fabricado pela GG Equipamentos Médicos, com refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos que garante uma iluminação melhor para o ambiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. • Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. • Altura variável entre 100 a 150 cm. • Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. • Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. • Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz. • Lâmpada de Led (luz fria e branca). Peso líquido: 3 kg. • Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. • Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 ENBR-IEC 60.601 1-2 • Isento de registro MS. 	UND	01		
36	410459	<p>Fotopolimerizador de resinas – Especificações Mínimas: tipo led com fio, peróxido de hidrogênio.</p> <p>Características: * À Bateria de lítio (sem fio). Pode ser utilizado com ou sem fio. * Luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm2). Sem aquecimento dental e da resina. * Tempos de aplicação disponíveis: 5, 10 e 20 segundos. * Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V – 240V~ (50/60Hz). * Desligamento automático ao final do tempo solicitado. * Corpo da caneta constituído em ABS. * Radiometro interno automático. Mantém estabilizada a potência de luz. * Peça de mão anatômica para melhor manuseio.</p>	UND	03		
37		<p>Geladeira/ refrigerador, capacidade de 250 a 299 l, registro no INMETRO. prazo de garantia mínimo de 01 ano. consumo de energia classe a; assistência técnica local, 127 VOLTS. Capacidade de 250 a 299 l</p>	UND	03		
38	410454	<p>Jato de Bicarbonato de Sódio – especificações mínimas - Equipamento odontológico, tipo: jato bicarbonato e ultrassom, aspecto físico: motor de bancada, material corpo: plástico abs, indicação: periodontia, endodontia, prótese, dentística, fonte: elétrico, instalação: ponto de energia, componentes adicionais: bomba peristáltica, reservatório p, líquido, pedal, componentes: 2 peças de mão, 3 ponteiras.</p>	UND	01		
39		<p>Lanterna Clínica com material de confecção de alumínio, tipo LED</p>	UND	01		
40		<p>Longarina: longarina diretor 3 (três) lugares, em polipropileno, na cor azul, assento e encosto moldado de forma anatômica obedecendo as normas de ergonomia, concha em polipropileno de alta resistência, com vincos laterais, ambos a 50 mm das laterais e está com frontal lateral de ambos os lados 25 mm, com espessura de 40 mm, encosto em polipropileno, em forma oval, com vincos laterais, ambos com aproximadamente 36 mm x 170 mm, com pés duplos, em aço reforçados. Garantia mínima de 01 ano.</p>	UND	05		
41		<p>Mesa Auxiliar com Rodízios, em aço inoxidável, para apoio de aparelhos; pés com ponteira de PVC; reforço em z com 02 prateleiras; dimensões mínimas: 40 cm largura x 40 cm comprimento x 80 cm altura; Garantia de 01 (um) ano.</p>	UND	01		
42		<p>Mesa de Escritório – Base de aço/ferro pintado, com composição simples, material de confecção de</p>	UND	06		

		madeira/MDP/MDF/SIMILAR, com divisões de 01 a 02 gavetas.				
43		Mesa de Reunião – Material de Confeção -MADEIRA/MDP/ MDF/ SIMILAR, tipo Redonda de 1, 20M x 1,20M.	UND	01		
44		Mocho com Encosto , com regulagem de altura a gás. Encosto: Espuma Injetada, Costura Lateral: Sim, Base Giratória: Sim, Estrutura em Aço/ferro pintado: Sim, Acabamento: Preto, Regulagem de Altura: Sim, Tipo: Coluna/Pistão a gás, Peso Aproximado sem embalagem: 7,5 kg, Peso com embalagem: 8,0 kg, Peso Suportado (kg): 110 kg, Dimensões do Produto: L x P – 55 x 65 cm Altura Máxima do Assento ao piso: 52 cm Altura Mínima do Assento ao piso: 42 cm. Garantia mínima de 01 (um) ano.	UND	01		
45		Nebulizador Portátil: O nebulizador NE-C701 para uso adulto e infantil ajuda a aliviar as crises respiratórias, proporcionando maior fluxo de medicamento e de partículas que atingem diretamente os pulmões, garantindo que o medicamento está sendo corretamente absorvido no organismo. Possibilita um manuseio fácil, fazendo com que seja muito utilizado pelos mais diversos públicos.	UND	02		
46		Nobreak para computador potência 1 KVA, requisitos mínimos: microprocessador compatível com tecnologia risc e/ou flash e/ou cisc; onda senoidal; potência de pelo menos 1.300 VA; pelo menos 04 tomadas de saída, padrão nbr 14136; filtro de linha com pelo menos dois modos de operação; protetor telefônico padrão RJ-11 com fusível autorregenerativo; entrada bi-volt ou automática (115 ~ 127/220) e saída 115 v; proteção contra descarga total das baterias; proteção contra sob/sobretensão com desligamento e retorno automático de rede elétrica; proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor; proteção contra superaquecimento interno; proteção contra surtos de tensão; permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC-START); alarme audiovisual intermitente para indicativos de falha operacional, queda da rede e fim de autonomia; chave liga/desliga temporizada; inversor sincronizado com a rede; suporte para bateria externa; interface USB para comunicação inteligente com software compatível Microsoft Windows 7 e superior. Garantia de no mínimo de 01 (um) ano, contado da data do aceite definitivo. tensão entrada/ saída: bivolt alarmes audiovisuais bateria interna 01 selada, garantia mínima de 12 meses.	UND	03		
47	283266	Oftalmoscópio – especificações mínimas – Bateria convencional; composição mínima de 3 aberturas e 19 lentes.	UND	02		
48	432759	Otoscópio de Led e Fibra Óptica lente giratória mínimo de 2 x, componentes: jogo de espéculos reutilizáveis	UND	01		
49		Projeto Multímídia LCD · 800 x 600 · 3,6 kg · HDMI · USB · VGA · RCA. O Power Lite S39 é a ferramenta ideal para fazer suas apresentações. Tecnologia 3LCD que oferece cores mais brilhantes. Com alto brilho, o Power Lite S39 é capaz de conquistar qualquer audiência. A conectividade HDMI permite assistir a vídeos com áudio, utilizando apenas um cabo. O Power Lite S39 é uma ótima opção para uso em salas de aula e em ambientes corporativos.	UND	02		
50		Seladora Manual de Plástico 30cm PFS 300 - é um equipamento com aplicação de grau cirúrgico para selar embalagens de forma prática e rápida, tipo automática e contínua levando em média apenas 2 segundos para realizar a selagem, sem deixar de lado a qualidade. Possui 8 níveis de temperatura para selagem, que devem ser ajustados de acordo com a espessura do material utilizado, a regulagem de selagem é prática o bastante para, caso a espessura do plástico se mantiver a mesma, ela pode ser ajustada no primeiro uso e não terá mais a necessidade de alterar o	UND	01		

		ajuste de temperatura				
51	407724	Suporte de Soro – especificações mínimas: Confeccionado em aço inoxidável; tipo pedestal com altura regulável.	UND	03		
52		ULTRASSOM ODONTOLÓGICO- Jato de Bicarbonato integrado, caneta / transdutor do ultrassom autolavável, modo de operação digital. para periodontia, profilaxia e outros usos, frequência do ultrassom 25000 HZ, c/chave seletora de potência com 7 níveis de intensidade, amplitude de vibração da ponta de aproximadamente 0,5 mm, irrigação através de sistema de controle do fluxo de água ou outro líquido compatível, acompanha kit c/ 3 pontas esterilizáveis, reservatório de pó removível com visor, com reservatório de água acoplado e bomba peristáltica c/3 velocidades, condutos de pó com sistema de limpeza manual, filtro de ar com drenagem manual, peças de mão do jato de bicarbonato e do ultrassom removíveis autoclaváveis, com pedal de comando único, registro na ANVISA; alimentação elétrica 127V/60HZ. garantia de 01 ano. Assistência técnica local. treinamento e instalação. manual de instrução em português.	UND	03		

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

- a) Dados cadastrais;**
- b) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- c) Assinatura e data.**

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:
[...]

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.