LOGO MARCA DA EMPRESA

NOME COMERCIAL DA EMPRESA

CNPJ Nº

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ Nº

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 20101.038166/2026.15

Eventual fornecimento contínuo, em regime de consignação, de órteses, próteses e materiais especiais (OPME), com disponibilização de instrumentais e equipamentos em comodato e disponibilização de profissionais para o manuseio e diagnósticos dos procedimentos (conforme descritos no item 9), para atender os serviços de escoliose e doenças degenerativas da Secretaria De Estado Da Saúde De Roraima/SESAU.

LOTE I – MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLOGICA						
ORDEM	**CATMAT**	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
01		**KIT PARA MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA INTRAOPERATÓRIA (MNIO) POTENCIAL EVOCADO, CONTENDO NO MÍNIMO:** 24 ELETRODOS DESCARTÁVEIS 01 SONDA ESTIMULADORA NEURAL, PASSÍVEL DE UTILIZAÇÃO EM CIRURGIA ADULTO E PEDIÁTRICA. **MODELO DOS ELETRODOS:** ELETRODO TIPO AGULHA MONOPOLAR DESCARTÁVEL EM ESPIRAL COM CABO DE SEGURANÇA; ELETRODO TIPO DE AGULHA MONOPOLAR DESCARTÁVEL COM CABO ENTRELAÇADO E CONECTOR DE SEGURANÇA. ELETRODO PARA SUPERFÍCIE AUTO ADESIVO DESCARTÁVEL E CABO COM CONECTOR DE SEGURANÇA. SONDA ESTIMULADORA MONOPOLAR DESCARTÁVEL COM PONTA RETA E CONECTOR	KIT	50		

		DE SEGURANÇA. USO EM CIRURGIAS DE COLUNA E MICROCIRURGIAS, NAS MODALIDADES: POTENCIAIS EVOCADOS SOMATOSSENSORIAIS (PESS), POTENCIAIS EVOCADOS MOTORES(PEM) ELETROMIOGRAFIA E (EMG); AVALIAR A INTEGRIDADE DAS VIAS NEURONAIS ASCENDENTES E DESCENDENTES; FORNECER SENSIBILIDADE ESPECIFICIDADE NA PREVENÇÃO DE LESÕES NEUROLÓGICAS TRANSOPERATÓRIA CIRURGIAS VERTEBRAL, MEDULA ESPINHAL E MICROCIRURGIA INTRACRANIANA. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTAAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DOS PRODUTO, INVIOLÁVEL, PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DOS PRODUTOS ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDAA RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.				
02		KIT DE MONITORIZAÇÃO PARA MAPEAMENTO PEDICULAR. APLICAÇÃO: CIRURGIAS DE COLUNA LOMBOSACRA, CONTENDO: 01 SONDA MONOPOLAR, AGULHAS SUBDERMAIS (ELETRODOS) PERMITINDO UM REGISTRO DOS SINAIS NERVOSOS. EMBALAGEM PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO – ETO DESCARTÁVEL E DE USO UNICO.	KIT	50		
VALOR TOTAL LOTE I – MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLOGICA						

OBSERVAÇÕES:

PARA O LOTE EM REFERÊNCIA, FAZ-SE NECESSÁRIA A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS PARA A ADEQUADA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, NOS TERMOS A SEGUIR:

EQUIPAMENTO EM COMODATADO: MONITOR DE ELETRONEUROMONITORIZAÇÃO E SEUS PERIFÉRICOS

ITEM 01 – A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR, SEM QUALQUER ÔNUS PARA A UNIDADE CONTRATANTE, 01 (UM) PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO EM NEUROFISIOLOGIA, DEVIDAMENTE HABILITADO E CREDENCIADO, PARA ATUAÇÃO AGENDA DA SEMPRE QUE DEMANDADO.

ITEM 02 – A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR, SEM QUALQUER ÔNUS PARA A UNIDADE CONTRATANTE, SEMPRE QUE NECESSÁRIO, 01 (UM) PROFISSIONAL TÉCNICO QUALIFICADO, RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO E PELA REALIZAÇÃO DA LEITURA DOS DADOS EM TEMPO REAL, COM REPORTE DIRETO AO CIRURGIÃO RESPONSÁVEL PELO PROCEDIMENTO.

LOTE II – SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA ESCOLIOSE						
ORDEM	**CATMAT**	**DESCRIÇÃO**	**UNID**	**QUANT**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
01	446250	PARAFUSO MODELO TULIPA, POLIAXIAL, COM DIÂMETRO DE 4,0 MM DO 25MM ATÉ 50MM, BAIXO PERFIL, ROSCA DUPLA E DOIS	UND	250		

		MODELOS DE ROSCA (CORTICAL E ESPONJOSA) QUE PROPORCIONAM AGILIDADE DURANTE SUA INSERÇÃO NO PEDÍCULO.				
02	446250	PARAFUSO MODELO TULIPA, POLIAXIAL, COM DIÃMETRO DE 4,5 MM DO 25MM ATÉ 50MM BAIXO PERFIL, ROSCA DUPLA E DOIS MODELOS DE ROSCA (CORTICAL E ESPONJOSA) QUE PROPORCIONAM AGILIDADE DURANTE SUA INSERÇÃO NO PEDÍCULO.	UND	250		
03	446250	PARAFUSO MODELO TULIPA, POLIAXIAL, COM DIÃMETRO DE 5,5 MM DO 25MM ATÉ 50MM BAIXO PERFIL, ROSCA DUPLA E DOIS MODELOS DE ROSCA (CORTICAL E ESPONJOSA) QUE PROPORCIONAM AGILIDADE DURANTE SUA INSERÇÃO NO PEDÍCULO.	UND	250		
04	446250	PARAFUSO PARA REDUÇÃO MODELO TULIPA, POLIAXIAL, COM DIÃMETRO DE 4,5 MM DO 35MM ATÉ 50MM BAIXO PERFIL, ROSCA DUPLA E DOIS MODELOS DE ROSCA (CORTICAL E ESPONJOSA) QUE PROPORCIONAM AGILIDADE DURANTE SUA INSERÇÃO NO PEDÍCULO.	UND	250		
05	446250	PARAFUSO PARA REDUÇÃO MODELO TULIPA, POLIAXIAL, COM DIÃMETRO DE 5,5 MM DO 35MM ATÉ 50MM BAIXO PERFIL, ROSCA DUPLA E DOIS MODELOS DE ROSCA (CORTICAL E ESPONJOSA) QUE PROPORCIONAM AGILIDADE DURANTE SUA INSERÇÃO NO PEDÍCULO.	UND	250		
06	446250	PARAFUSO DE CONEXÃO LATERAL MODELO TULIPA, POLIAXIAL, COM DIÃMETRO DE 4,5 MM DO 35MM ATÉ 50MM BAIXO PERFIL, ROSCA DUPLA E DOIS MODELOS DE ROSCA (CORTICAL E ESPONJOSA) QUE PROPORCIONAM AGILIDADE DURANTE SUA INSERÇÃO NO PEDÍCULO.	UND	250		
07	446250	PARAFUSO DE CONEXÃO LATERAL MODELO TULIPA, POLIAXIAL, COM DIÃMETRO DE 5,5 MM DO 35MM ATÉ 50MM BAIXO PERFIL, ROSCA DUPLA E DOIS MODELOS DE ROSCA (CORTICAL E ESPONJOSA) QUE PROPORCIONAM AGILIDADE DURANTE SUA INSERÇÃO NO PEDÍCULO.	UND	250		
08	446250	PARAFUSO UNIPLANAR PARA REDUÇÃO MODELO TULIPA, POLIAXIAL, COM DIÃMETRO DE 4,5 MM DO 35MM ATÉ 50MM BAIXO PERFIL, ROSCA DUPLA E DOIS MODELOS DE ROSCA (CORTICAL E ESPONJOSA) QUE PROPORCIONAM AGILID	UND	250		
09	446250	PARAFUSO UNIPLANAR PARA REDUÇÃO MODELO TULIPA, POLIAXIAL, COM DIÃMETRO DE 5,5 MM DO 35MM ATÉ 50MM BAIXO PERFIL, ROSCA DUPLA E DOIS MODELOS DE ROSCA (CORTICAL E ESPONJOSA) QUE PROPORCIONAM AGILIDADE DURANTE SUA	UND	250		

		INSERÇÃO NO PEDÍCULO.				
10	445667	SISTEMA PARA FIXAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE COLUNA VERTEBRAL ATRAVES DE GANCHO LAMINAR PARA REDUÇÃO DE ESCOLIOSE ACESSO POSTERIOR. COM OPÇOES DE LADO DIREITO E ESQUERDO. MATERIAL EM TITANIO.	UND	250		
11	445667	SISTEMA PARA FIXAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE COLUNA VERTEBRAL ATRAVES DE GANCHO PEDICULAR PARA REDUÇÃO DE ESCOLIOSE ACESSO POSTERIOR. COM OPÇOES DE LADO DIREITO E ESQUERDO. MATERIAL EM TITANIO.	UND	250		
12	444486	SISTEMA PARA FIXAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE COLUNA VERTEBRAL ATRAVES DE GANCHO TRANSVERSO DIREITO PARA REDUÇÃO DE ESCOLIOSE ACESSO POSTERIOR. MATERIAL EM TITANIO.	UND	250		
13	444486	SISTEMA PARA FIXAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE COLUNA VERTEBRAL ATRAVES DE GANCHO TRANSVERSO ESQUERDO PARA REDUÇÃO DE ESCOLIOSE ACESSO POSTERIOR. MATERIAL EM TITANIO.	UND	250		
14	438936	HASTE LONGIDUTINAL RETA, COM DIÂMETRO DE 4,5 MM E LINHA ORIENTATIVA. DIVERSAS OPÇÕES DE COMPRIMENTOS, PROPORCIONANDO AGILIDADE NOS PROCEDIMENTOS. FABRICADA EM COMOCOBALTO	UND	250		
15	445631	SISTEMA PARA EM PROCEDIMENTO DE COLUNA VERTEBRAL ATRAVES DE CONECTOR LATERAL MODELO OFFSET. FABRICADO EM TITANIO NOS TAMANHOS 4,5MM DO 20MM ATÉ 40MM.	UND	250		
16	445631	SISTEMA PARA FIXAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE COLUNA VERTEBRAL ATRAVES DE CONECTOR LATERAL MODELO OFFSET. FABRICADO EM TITANIO NOS TAMANHOS 5,5MM DO 20MM ATÉ 40MM.	UND	250		
17	444493	SISTEMA PARA FIXAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE COLUNAATRAVES DE CONECTOR LONGITUDINAL PARA TECNICA DE CRESCIMENTO. FABRICADO EM TITANIO NOS TAMANHOS 60MM.	UND	250		
18	444493	SISTEMA PARA FIXAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE COLUNAATRAVES DE CONECTOR LONGITUDINAL PARA TECNICA DE CRESCIMENTO. FABRICADO EM TITANIO NOS TAMANHOS 80MM.	UND	250		
19	445760	SISTEMA PARA FIXAÇÃO TRANSVERSAL CROSSLINK PRÉ-MONTADO PERMITINDO O AJUSTE LIVRE, FAVORECENDO AAGILIDADE E	UND	250		

		SEGURANÇA DA FIXAÇÃO DO CONJUNTO. MATERIAL: TITANIO. TAMANHOS 30-35MM				
20	445760	SISTEMA PARA FIXAÇÃO TRANSVERSAL CROSSLINK PRÉ-MONTADO PERMITINDO O AJUSTE LIVRE, FAVORECENDO AAGILIDADE E SEGURANÇA DA FIXAÇÃO DO CONJUNTO. MATERIAL: TITANIO. TAMANHOS 35-45MM	UND	250		
21	445760	SISTEMA PARA FIXAÇÃO TRANSVERSAL CROSSLINK PRÉ-MONTADO PERMITINDO O AJUSTE LIVRE, FAVORECENDO AAGILIDADE E SEGURANÇA DA FIXAÇÃO DO CONJUNTO. MATERIAL: TITANIO. TAMANHOS 45-55MM	UND	250		
22	445760	SISTEMA PARA FIXAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE COLUNA VERTEBRAL ATRAVES DE CONECTOR PARALELO MODELO DOMINÓ, QUE PERMITA AUXILIAR NAS TRANSIÇÕES CERVICOTORACICAS E TORACOLOMBARES. MATERIAL EM TITANIO. TAMANHO VARIADOS	UND	250		
23	445760	SISTEMA PARA FIXAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE COLUNA VERTEBRAL ATRAVES CONECTOR PARALELO, MODELO TULIPA QUE AUXILIAM NAS TRANSIÇÕES CERVICOTORACICAS E TORACOLOMBARES MATERIAL EM TITANIO. TAMANHO VARIADOS.	UND	250		
24	444487	SISTEMA PARA FIXAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE COLUNA VERTEBRAL ATRAVES CONECTORES LONGITUDINAIS PARA EXTENSÃO, QUE AUXILIAM NAS TRANSIÇÕES CERVICOTORACICAS E TORACOLOMBARES MATERIAL EM TITANIO. TAMANHO VARIADOS.	UND	250		
25	444487	SISTEMA PARA FIXAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE COLUNA VERTEBRAL ATRAVES BLOQUEADOR PARA FIXAÇÃO DOS CONECTORES COM CONEXÃO TORX QUE EVITA O ESCORREGAMENTO DA CHAVE PERMITNDO A TOTALIDADE DO TOQUE. MATERIAL EM TITANIO.	UND	250		
26	444487	SISTEMA PARA FIXAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE COLUNA VERTEBRAL ATRAVES BLOQUEADORES PARA FIXAÇÃO DOS PRAFUSOS PEDICULARES QUE EVITAM AABERTURA DO CONECTOR QUANDO SUBMETIDOS AO TORQUE (PULLOUT), POSSUI CONEXÃO TORX QUE EVITA O ESCORREGAMENTO DA CHAVE PERMITNDO A TOTALIDADE DO TOQUE. MATERIAL EM TITANIO.	UND	250		
27	444487	SISTEMA PARA FIXAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE COLUNA VERTEBRAL ATRAVES BLOQUEADORES PARA TÉCNICA DE CRESCIMENTO APLICADO NOS PRAFUSOS PEDICULARES. EVITAM AABERTURA DO CONECTOR QUANDO SUBMETIDOS AO	UND	250		

		TORQUE (PULLOUT), POSSUI CONEXÃO TORX QUE EVITA O ESCORREGAMENTO DA CHAVE PERMITNDO A TOTALIDADE DO TOQUE. MATERIAL EM TITANIO.				
28	444487	SISTEMA DE FIXAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE COLUNA VERTEBRAL. PARAFUSO MODELO TULIPA, MONOAXIAL, COM DIÂMETRO DE 4,5 MM, EM TAMANHOS DE 25MM ATÉ 40MM, EM TITANIO, BAIXO PERFIL E ROSCA DUPLA QUE PROPORCIONAM AGILIDADE DURANTE SUA INSERÇÃO NO PEDÍCULO. DIVERSOS TAMANHOS E CODIFICAÇÃO DE CORES	UND	150		
29	446249	SISTEMA DE FIXAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE COLUNA VERTEBRAL. PARAFUSO MODELO TULIPA, MONOAXIAL, COM DIÂMETRO DE 5,5 MM, EM TAMANHOS DE 25MM ATÉ 55MM, EM TITANIO, BAIXO PERFIL E ROSCA DUPLA QUE PROPORCIONAM AGILIDADE DURANTE SUA INSERÇÃO NO PEDÍCULO. DIVERSOS TAMANHOS E CODIFICAÇÃO DE CORES.	UND	150		
30	446249	SISTEMA DE FIXAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE COLUNA VERTEBRAL. PARAFUSO MODELO TULIPA, MONOAXIAL, COM DIÂMETRO DE 6,5 MM, EM TAMANHOS DE 25MM ATÉ 55MM, EM TITANIO, BAIXO PERFIL E ROSCA DUPLA QUE PROPORCIONAM AGILIDADE DURANTE SUA INSERÇÃO NO PEDÍCULO. DIVERSOS TAMANHOS E CODIFICAÇÃO DE CORES.	UND	150		
31	446249	SISTEMA DE FIXAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE COLUNA VERTEBRAL. PARAFUSO MODELO TULIPA, MONOAXIAL, COM DIÂMETRO DE 7,5 MM, EM TAMANHOS DE 35MM ATÉ 55MM, EM TITANIO, BAIXO PERFIL E ROSCA DUPLA QUE PROPORCIONAM AGILIDADE DURANTE SUA INSERÇÃO NO PEDÍCULO. DIVERSOS TAMANHOS E CODIFICAÇÃO DE CORES.	UND	150		
32	446249	SISTEMA DE FIXAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE COLUNA VERTEBRAL. PARAFUSO MODELO TULIPA, MONOAXIAL, COM DIÂMETRO DE 7,5 MM, EM TAMANHOS DE 35MM ATÉ 55MM, EM TITANIO, BAIXO PERFIL E ROSCA DUPLA QUE PROPORCIONAM AGILIDADE DURANTE SUA INSERÇÃO NO PEDÍCULO. DIVERSOS TAMANHOS E CODIFICAÇÃO DE CORES.	UND	150		
33	446249	SISTEMA DE FIXAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE COLUNA VERTEBRAL. PARAFUSO MODELO TULIPA, MONOAXIAL, COM DIÂMETRO DE 8,0 MM, EM TAMANHOS DE 35MM ATÉ 55MM, EM TITANIO, BAIXO PERFIL E ROSCAE DUPLA QUE PROPORCIONAM AGILIDADE DURANTE SUA INSERÇÃO NO PEDÍCULO. DIVERSOS TAMANHOS E CODIFICAÇÃO DE CORES.	UND	150		
34	446250	SISTEMA DE FIXAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE COLUNA VERTEBRAL. PARAFUSO MODELO TULIPA, POLIAXIAL, COM DIÂMETRO DE 4,5 MM, EM TAMANHOS DE 25MM ATÉ 40MM, EM TITANIO, BAIXO PERFIL E ROSCA DUPLA QUE	UND	250		

		PROPORCIONAM AGILIDADE DURANTE SUA INSERÇÃO NO PEDÍCULO. DIVERSOS TAMANHOS E CODIFICAÇÃO DE CORES.				
35	446250	SISTEMA DE FIXAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE COLUNA VERTEBRAL. PARAFUSO MODELO TULIPA, POLIAXIAL, COM DIÂMETRO DE 5,5MM, EM TAMANHOS DE 25MM ATÉ 55MM, EM TITANIO, BAIXO PERFIL E ROSCA DUPLA QUE PROPORCIONAM AGILIDADE DURANTE SUA INSERÇÃO NO PEDÍCULO. DIVERSOS TAMANHOS E CODIFICAÇÃO DE CORES.	UND	250		
36	446250	SISTEMA DE FIXAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE COLUNA VERTEBRAL. PARAFUSO MODELO TULIPA, POLIAXIAL, COM DIÂMETRO DE 6,0MM, EM TAMANHOS DE 25MM ATÉ 55MM, EM TITANIO, BAIXO PERFIL E ROSCA DUPLA QUE PROPORCIONAM AGILIDADE DURANTE SUA INSERÇÃO NO PEDÍCULO. DIVERSOS TAMANHOS E CODIFICAÇÃO DE CORES.	UND	250		
37	446250	SISTEMA DE FIXAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE COLUNA VERTEBRAL. PARAFUSO MODELO TULIPA, POLIAXIAL, COM DIÂMETRO DE 7,5MM, EM TAMANHOS DE 35MM ATÉ 55MM, EM TITANIO, BAIXO PERFIL E ROSCA DUPLA QUE PROPORCIONAM AGILIDADE DURANTE SUA INSERÇÃO NO PEDÍCULO. DIVERSOS TAMANHOS E CODIFICAÇÃO DE CORES.	UND	250		
38	446250	SISTEMA DE FIXAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE COLUNA VERTEBRAL. PARAFUSO MODELO TULIPA, POLIAXIAL, COM DIÂMETRO DE 8,0MM, EM TAMANHOS DE 35MM ATÉ 55MM, EM TITANIO, BAIXO PERFIL E ROSCA DUPLA QUE PROPORCIONAM AGILIDADE DURANTE SUA INSERÇÃO NO PEDÍCULO. DIVERSOS TAMANHOS E CODIFICAÇÃO DE CORES.	UND	250		
39	446249	SISTEMA DE FIXAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE COLUNA VERTEBRAL. PARAFUSO ESTENDIDO, MODELO TULIPA, MONOAXIAL, COM DIÂMETRO DE 5,5 MM, EM TAMANHOS DE 40MM ATÉ 50MM, EM TITANIO BAIXO PERFIL E ROSCA DUPLA QUE PROPORCIONAM AGILIDADE DURANTE SUA INSERÇÃO NO PEDÍCULO. DIVERSOS TAMANHOS E CODIFICAÇÃO DE CORES.	UND	250		
40	446249	SISTEMA DE FIXAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE COLUNA VERTEBRAL. PARAFUSO ESTENDIDO, MODELO TULIPA, MONOAXIAL, COM DIÂMETRO DE 6,5 MM, EM TAMANHOS DE 40MM ATÉ 50MM, EM TITANIO BAIXO PERFIL E ROSCA DUPLA QUE PROPORCIONAM AGILIDADE DURANTE SUA INSERÇÃO NO PEDÍCULO. DIVERSOS TAMANHOS E CODIFICAÇÃO DE CORES.	UND	150		
41	446250	SISTEMA DE FIXAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE COLUNA VERTEBRAL. PARAFUSO ESTENDIDO, MODELO TULIPA, POLIAXIAL, COM DIÂMETRO DE 5,5 MM, EM TAMANHOS	UND	250		

		DE 40MM ATÉ 50MM, EM TITANIO BAIXO PERFIL E ROSCA DUPLA QUE PROPORCIONAM AGILIDADE DURANTE SUA INSERÇÃO NO PEDÍCULO. DIVERSOS TAMANHOS E CODIFICAÇÃO DE CORES.				
42	446250	SISTEMA DE FIXAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE COLUNA VERTEBRAL. PARAFUSO ESTENDIDO, MODELO TULIPA, POLIAXIAL, COM DIÂMETRO DE 6,5 MM, EM TAMANHOS DE 40MM ATÉ 50MM, EM TITANIO BAIXO PERFIL E ROSCA DUPLA QUE PROPORCIONAM AGILIDADE DURANTE SUA INSERÇÃO NO PEDÍCULO. DIVERSOS TAMANHOS E CODIFICAÇÃO DE CORES.	UND	250		
43	445666	SISTEMA PARA FIXAÇÃO ADULTO EM PROCEDIMENTO DE COLUNA VERTEBRAL ATRAVES DE GANCHO LAMINAR PARA REDUÇÃO DE ESCOLIOSE ACESSO POSTERIOR. COM OPÇOES DE LADO DIREITO E ESQUERDO. MATERIAL EM TITANIO.	UND	150		
44	445666	SISTEMA PARA FIXAÇÃO ADULTO EM PROCEDIMENTO DE COLUNA VERTEBRAL ATRAVES DE GANCHO LAMINAR ANGULADO, USADO EM REDUÇÃO DE ESCOLIOSE ACESSO POSTERIOR. COM OPÇOES DE LADO DIREITO E ESQUERDO. MATERIAL EM TITANIO.	UND	150		
45	438938	SISTEMA PARA FIXAÇÃO ADULTO EM PROCEDIMENTO DE COLUNA VERTEBRAL. HASTE LONGITUDINAL RETA, FABRICADA EM CROMO COBALTO COM DIÂMETRO DE 5,5 MM. TAMANHOS 35MM ATÉ 600MM, PROPORCIONANDO AGILIDADE NOS PROCEDIMENTOS.	UND	250		
46	438938	SISTEMA PARA FIXAÇÃO TRANSVERSAL CROSSLINK PRÉ-MONTADO PERMITINDO O AJUSTE LIVRE, FAVORECENDO AAGILIDADE E SEGURANÇA DA FIXAÇÃO DO CONJUNTO. MATERIAL: TITANIO. TAMANHO 30/40MM APROXIMADO	UND	180		
47	438938	SISTEMA PARA FIXAÇÃO TRANSVERSAL CROSSLINK PRÉ-MONTADO PERMITINDO O AJUSTE LIVRE, FAVORECENDO AAGILIDADE E SEGURANÇA DA FIXAÇÃO DO CONJUNTO. MATERIAL: TITANIO. TAMANHO 40/50MM APROXIMADO	UND	180		
48	438938	SISTEMA PARA FIXAÇÃO TRANSVERSAL CROSSLINK PRÉ-MONTADO PERMITINDO O AJUSTE LIVRE, FAVORECENDO AAGILIDADE E SEGURANÇA DA FIXAÇÃO DO CONJUNTO. MATERIAL: TITANIO. TAMANHO 50/70MM APROXIMADO	UND	180		
49	438938	SISTEMA PARA FIXAÇÃO TRANSVERSAL CROSSLINK PRÉ-MONTADO PERMITINDO O AJUSTE LIVRE, FAVORECENDO AAGILIDADE E SEGURANÇA DA FIXAÇÃO DO CONJUNTO.	UND	180		

		MATERIAL: TITANIO. TAMANHO 70/90MM APROXIMADO				
50	438938	SISTEMA PARA FIXAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE COLUNA VERTEBRAL ATRAVES DE SISTEMA DE TRAÇÃO TRANSVERSAL QUE PERMITE AJUSTE PERFEITO, FAVORECENDO A SEGURANÇA E FICAÇÃO DO CONJUNTO. MATERIAL EM TITANIO. TAMANHOS VARIADOS.	UND	150		
51	444487	SISTEMA PARA FIXAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE COLUNA VERTEBRAL ATRAVES DE CONECTORES LONGITUDINAIS PARA EXTENSÃO QUE AUXILIAM NAS TRANSIÇÃO CERVICOTORACICAS E TORACOLOMBARES. DIVERSOS TAMANHOS.	UND	150		
52	444493	SISTEMA PARA FIXAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE COLUNA VERTEBRAL ATRAVES DE CONECTORES PARALELOS MODELO DOMINÓ, QUE AUXILIAM NAS TRANSIÇÃO CERVICOTORACICAS E TORACOLOMBARES. DIVERSOS TAMANHOS.	UND	150		
53	444486	SISTEMA PARA FIXAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE COLUNA VERTEBRAL ATRAVES BLOQUEADOR PARA FIXAÇÃO DO SISTEMA DE TRAÇÃO TRANSVERSAL QUE PERMITE AJUSTE PERFEITO ENTRE OS ELEMENTOS, FAVORECENDO A SEGURANÇA E FIXAÇÃO DO CONJUNTO.	UND	150		
54	445768	SISTEMA PARA FIXAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE COLUNA VERTEBRAL ATRAVES BLOQUEADORES PARA FIXAÇÃO DOS PRAFUSOS PEDICULARES COM DIÂMETROS ENTRE 4,5, E 6,5 MM. OS BLOQUEADORES EVITAM AABERTURA DO CONECTOR QUANDO SUBMETIDOS AO TORQUE (PULLOUT).	UND	250		
55	445768	SISTEMA PARA FIXAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE COLUNA VERTEBRAL ATRAVES BLOQUEADORES PARA FIXAÇÃO DOS PRAFUSOS PEDICULARES COM DIÂMETROS IGUAIS OU ACIMA DE 7,5 MM. OS BLOQUEADORES EVITAM AABERTURA DO CONECTOR QUANDO SUBMETIDOS AO TORQUE (PULLOUT).	UND	250		
56	459808 (similar)	PRODUTO MÉDICO/ODONTOLÓGICO IMPLANTÁVEL QUE É ABSORVIDO E METABOLIZADO PELO ORGANISMO FORMANDO NOVO TECIDO ÓSSEO. MATERIAL SINTÉTICO, BIOATIVO, OSTEO INDUTOR, OSTEO CONDUTOR E UTILIZADO COMO ENXERTO ALOPLÁSTICO PARA DEFEITOS ÓSSEOS. COMPOSIÇÃO: DIÓXIDO DE SILÍCIO, ÓXIDO DE SÓDIO, ÓXIDO DE CÁLCIO E PENTÓXIDO DE FÓSFORO. COM APROXIMADAMENTE 3G, ACEITÁVEL VARIAÇÃO DE 10%.	UND	150		

57	459808 (similar)	PRODUTO MÉDICO/ODONTOLÓGICO IMPLANTÁVEL QUE É ABSORVIDO E METABOLIZADO PELO ORGANISMO FORMANDO NOVO TECIDO ÓSSEO. MATERIAL SINTÉTICO, BIOATIVO, OSTEO INDUTOR, OSTEO CONDUTOR E UTILIZADO COMO ENXERTO ALOPLÁSTICO PARA DEFEITOS ÓSSEOS. COMPOSIÇÃO: DIÓXIDO DE SILÍCIO, ÓXIDO DE SÓDIO, ÓXIDO DE CÁLCIO E PENTÓXIDO DE FÓSFORO. COM APROXIMADAMENTE 5G, ACEITÁVEL VARIAÇÃO DE 10%.	UND	150		
58	459808 (similar)	PRODUTO MÉDICO IMPLANTÁVEL QUE É ABSORVIDO E METABOLIZADO PELO ORGANISMO FORMANDO NOVO TECIDO ÓSSEO. MATERIAL SINTÉTICO, BIOATIVO, OSTEO INDUTOR, OSTEO CONDUTOR E UTILIZADO COMO ENXERTO ALOPLÁSTICO PARA DEFEITOS ÓSSEOS. COMPOSIÇÃO: DIÓXIDO DE SILÍCIO, ÓXIDO DE SÓDIO, ÓXIDO DE CÁLCIO E PENTÓXIDO DE FÓSFORO. COM APROXIMADAMENTE 10G, ACEITÁVEL VARIAÇÃO DE 10%.	UND	150		
59	442065	DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTERSOMÁTICA, MATERIAL PEEK, TIPO CUNHA, INDICAÇÃO LOMBAR, ACESSO CIRÚRGICO ALIF- VIA ANTERIOR, TAMANHO VARIADOS, DIMENÇÃO SMALL, GRAUS 8°, 12° E 18°. APROXIMADAMENTE USO ÚNICO, ESTÉRIL, CONTATO IDEAL COM CORPOS VERTEBRAIS; GRANDES ORIFÍCIOS DE ENXERTO; PARAFUSOS DE INSERÇÃO RÁPIDA; INSERÇÃO FÁCIL E SEGURA; FORMA BICONVEXA ANATÔMICA; UTILIZADO EM ABORDAGENS ANTERIOR OU ÂNTERO-LATERAL; SISTEMA ANTIMIGRAÇÃO; SEM MOBILIDADE ENTRE OS PARAFUSOS E O CAGE. APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	UND	150		
60	442065	DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTERSOMÁTICA, MATERIAL PEEK, TIPO CUNHA, INDICAÇÃO LOMBAR, ACESSO CIRÚRGICO ALIF- VIA ANTERIOR, TAMANHO VARIADOS, DIMENÇÃO STANDARD 36X29MM, GRAUS 8°, 12°. APROXIMADAMENTE. USO ÚNICO, ESTÉRIL, CONTATO IDEAL COM CORPOS VERTEBRAIS; GRANDES ORIFÍCIOS DE ENXERTO; PARAFUSOS DE INSERÇÃO RÁPIDA; INSERÇÃO FÁCIL E SEGURA; FORMA BICONVEXAANATÔMICA; UTILIZADO EM ABORDAGENS ANTERIOR OU ÂNTERO-LATERAL; SISTEMAANTI-MIGRAÇÃO; SEM MOBILIDADE ENTRE OS PARAFUSOS E O CAGE. APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	UND	150		
61	445768	SISTEMA DE FIXAÇÃO BLOQUEANTE PARA DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTERSOMÁTICA. TAMANHO 3,5MM X 10MM ATÉ 20MM APROXIMADAMENTE. MATERIAL EM TITANIO.	UND	300		
62	445768	SISTEMA DE FIXAÇÃO BLOQUEANTE PARA	UND	300		

		DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTERSOMÁTICA. TAMANHO 3,9MM X 10MM ATÉ 20MM APROXIMADAMENTE. MATERIAL EM TITANIO.				
63		DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTERSOMÁTICA CERVICAL AUTOBLOQUEANTE, MATERIAL PEEK, TIPO CUNHA, INDICAÇÃO CERVICAL, TAMANHO VARIADOS, DIMENÇÃO STANDARD 13X14,5MM, GRAUS 8°, 12°. APROXIMADAMENTE. USO ÚNICO, ESTÉRIL, CONTATO IDEAL COM CORPOS VERTEBRAIS; GRANDES ORIFÍCIOS DE ENXERTO; PARAFUSOS DE INSERÇÃO RÁPIDA; INSERÇÃO FÁCIL E SEGURA; FORMA BICONVEXA ANATÔMICA; UTILIZADO EM ABORDAGENS ANTERIOR OU ÂNTERO-LATERAL; SISTEMA ANTIMIGRAÇÃO; SEM MOBILIDADE ENTRE OS PARAFUSOS E O CAGE. APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	UND	150		
64		DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTERSOMÁTICA, MATERIAL PEEK, TIPO BANANA, INDICAÇÃO: LOMBAR, TAMANHO VARIADOS. USO ÚNICO, ESTÉRIL. IMPREGNADO COM 20% DE BÁRIO (BaSO4). CONTATO IDEAL COM CORPOS VERTEBRAIS; GRANDES ORIFÍCIOS DE ENXERTO; PARAFUSOS DE INSERÇÃO RÁPIDA; INSERÇÃO FÁCIL E SEGURA; FORMA BICONVEXA ANATÔMICA; UTILIZADO EM ABORDAGENS LOMBAR. APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	UND	150		
65		MATERIAL BIOATIVO COMPOSTO POR DIÓXIDO DE SILICIO, ÓXIDO DE SÓDIO, ÓXIDO DE CÁLCIO, PENTÓXIDO DE FÓSFORO, PARA USO MÉDICO / ODONTOLÓGICO, IMPLANTÁVEL, QUE SERÁ ABSORVIDO E METABOLIZADO PELO ORGANISMO, FORMANDO UM NOVO TECIDO ÓSSEO, O MATERIAL DEVE SER SINTÉTICO, BIOATIVO, OSTEOINDUTOR, OSTEOCONDUTOR, COM EFEITO BACTERIOSTÁTICO PARA TRATAMENTO DE OSTEOMIELITE CONSTADO EM BULA DO PRODUTO; UTILIZADO COMO ENXERTO ALOPLÁSTICOS, PARA DEFEITOS ÓSSEOS; QUE PROMOVA MEIO ALCALINO NA REGIÃO ONDE FOI IMPLANTADO, NAAPRESENTAÇÃO DE 5G EM SERINGA COM SISTEMA LUER LOCK, EMBOLO COM SISTEMA DE TRAVA E MANIPULAÇÃO INTERNA PARA MIXAGEM DO COMPOSTO BIOATIVO.	UND	150		
66		CONECTOR PARA SISTEMA DE FIXAÇÃO DE COLUNA VERTEBRAL, EM LIGA DE TITÂNIO OU AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO IMPLANTÁVEL, TIPO TRANSVERSAL, PARALELO, AXIAL, OFFSET OU EQUIVALENTE, COMPATÍVEL COM O SISTEMA OFERTADO.	UND	100		
67		SISTEMA PARA FIXAÇÃO ADULTO EM PROCEDIMENTO DE COLUNA VERTEBRAL. HASTE LONGITUDINAL RETA, FABRICADA EM CROMO COBALTO COM DIÂMETRO DE 5,5 MM. TAMANHOS 35MM ATÉ 600MM, PROPORCIONANDO AGILIDADE NOS	UND	250		

		PROCEDIMENTOS.				
VALOR TOTAL LOTE II – SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA ESCOLIOSE						

LOTE II – FORNECIMENTO EM COMODATO DE INSTRUMENTAIS E SUPORTE TÉCNICO Descrição:

Disponibilização de materiais e suporte técnico necessários à execução de procedimentos cirúrgicos, em regime de comodato.

Especificação:

A empresa contratada deverá disponibilizar, sem qualquer ônus para a unidade contratante, sempre que necessário:

– 01 (um) profissional técnico em enfermagem especializado em instrumentação cirúrgica, devidamente qualificado para atuação durante os procedimentos;

– 01 (uma) caixa de instrumental cirúrgico completa e adequada para a correta aplicação dos implantes. Condições: – Os instrumentais deverão estar em perfeitas condições de uso, devidamente esterilizados e compatíveis com os implantes utilizados; – O profissional deverá prestar suporte durante todo o procedimento cirúrgico, quando solicitado; – O fornecimento ocorrerá sob demanda, conforme necessidade da unidade contratante.

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

a) **Dados cadastrais;**
b) **Prazo de entrega;**
c) **Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
d) **Assinatura, data e endereço;**
e) **E-mail e número de telefone (válidos)**

_____

E-mail:

_____

Telefone:

_____

Local e Data

_____

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:
[...]
IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

DECRETO Nº 39.050-E, DE 18 DE AGOSTO DE 2025

Art. 17º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO.

8.1 DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA

8.1.1. Os materiais implantáveis, Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME's) deverão ser entregues e disponibilizados em regime consignado pela Contratada na sala da OPME´S, localizado na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 3.308, bairro Aeroporto, na cidade de Boa Vista/Roraima, em dia e horário de expediente (segunda a sexta - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, horário local).

8.1.2. A Contratante disponibilizará à Contratada, semanalmente, cronograma contendo a programação dos procedimentos cirúrgicos previstos, com a finalidade de subsidiar o planejamento logístico, operacional e de abastecimento dos materiais necessários à execução dos serviços.

8.1.3. Sem prejuízo do cronograma semanal, a liberação dos materiais implantáveis, OPME's e demais itens necessários para cada procedimento ficará condicionada ao encaminhamento de requisição formal pela Contratante, por meio eletrônico ou outro meio oficial de comunicação previamente definido entre as partes.

8.1.4. Considerando a natureza assistencial dos serviços e a possibilidade de alterações na programação cirúrgica decorrentes de intercorrências clínicas, inclusões de pacientes, cancelamentos, urgências ou emergências, a Contratada deverá manter capacidade operacional e logística suficiente para atender às demandas formalmente requisitadas pela Contratante.

8.1.5. Todos os materiais fornecidos deverão estar acondicionados em suas embalagens originais, íntegros, dentro do prazo de validade, esterilizados quando aplicável, acompanhados dos respectivos registros junto à ANVISA, etiqueta de rastreabilidade e demais documentos exigidos pela legislação sanitária vigente dentro das normas do Manual de Boas Práticas de Gestão das Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME).

8.1.6. A Contratada deverá entrar em contato tanto pelos telefones: **(095) 98414-2871**, como também pelo e-mail: **cgue@saude.rr.gov.br,** com cópias para o e-mail: **np2.cgue@saude.rr.gov.br**, para informar o dia da

entrega e o horário previsto, deverá ser comunicado com 5(cinco) dias úteis antes da entrega, para que sejam comunicados a equipe de recebimento, para deslocamento a unidade onde será a entrega.

8.5. DO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO:

8.5.1. Os equipamentos e os periféricos cirúrgicos em regime de comodato deverão ser entregues em até 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação, na sala de OPME (órtese e prótese e materiais especiais), específica do Hospital Geral de Roraima – HGR, localizado na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 3.308, bairro Aeroporto, na cidade de Boa Vista/Roraima, em dia e horário de expediente (segunda a sexta - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, horário local). Em casos excepcionais poderão ser solicitadas nos finais de semana por meio de correspondência eletrônica, telefone (comunicação mais precisa e rápida), e/ou em interecorrencias em nossas Unidades Hospitalares do Interior do Estado, que sejam necessários o acionamento da Contratada, que precise de atendimento em tempo oportuno, dependendo da localidade demandante no prazo máximo de 12 (doze) horas após a solicitação. Considerando que o dever do Estado como um todo não pode deixar desatendido nenhuma Unidade Hospitalar que necessite dos materiais outrora pleiteados.

8.5.2. O ônus do transporte e entrega dos equipamentos e periféricos nos centros cirúrgicos são exclusivamente da Contratada.

8.5.3. A saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato não deve gerar Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) - Súmula 573 do Supremo Tribunal Federal (STF);

8.5.4. Os equipamentos e Periféricos em comodato devem ter registros na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária);

8.6. DA DISPONIBILIZAÇÃO DO PROFISSIONAL:

8.6.1. Para cada Lote a empresa vencedora, deverá OBRIGATORIAMENTE disponibilizar os profissionais, conforme descritos abaixo:

8.6.1.1. LOTE I - : **ITEM 01** – A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR, SEM QUALQUER ÔNUS PARA A UNIDADE CONTRATANTE, 01 (UM) PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO EM NEUROFISIOLOGIA, DEVIDAMENTE HABILITADO E CREDENCIADO, PARA ATUAÇÃO AGENDADA SEMPRE QUE DEMANDADO.

8.6.1.2. LOTE I - : **ITEM 02** – A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR, SEM QUALQUER ÔNUS PARAA UNIDADE CONTRATANTE, SEMPRE QUE NECESSÁRIO, 01 (UM) PROFISSIONAL TÉCNICO QUALIFICADO, RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO E PELA REALIZAÇÃO DA LEITURA DOS DADOS EM TEMPO REAL, COM REPORTE DIRETO AO CIRURGIÃO RESPONSÁVEL PELO PROCEDIMENTO.

8.6.2. LOTE II: – 01 (um) profissional técnico em enfermagem especializado em instrumentação cirúrgica, devidamente qualificado para atuação durante os procedimentos, o profissional deverá prestar suporte durante todo o procedimento cirúrgico, quando solicitado; – O fornecimento ocorrerá sob demanda, conforme necessidade da unidade contratante.

8.6.3. O Profissional deverá se apresentar com 30 (trinta) minutos antes do início do procedimento cirúrgico no Centro Cirúrgico do Hospital Geral de Roraima (HGR), situado à av. Brigadeiro Eduardo Gomes nº 1.364, Bairro: Aeroporto – Cep: 69.305-455 - Boa Vista-RR, **será disponibilizado um cronograma de cirurgias para a empresa contratada semanalmente, ainda assim, o Contratante fará a solicitação do profissional por meios formais (requisição), visto que os cronogramas podem sofrer alterações.**

8.6.4. A solicitação dos profissionais predispostos no presente instrumento deverão obedecer o cronograma cirúrgico, devidamente autorizada pela chefia imediata ou responsável técnico da unidade, e se dará com antecedência Mínima de 48 (quarenta e oito) horas, salvo em casos de urgência ou emergência, devidamente justificados;

8.7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

8.7.1. Disponibilizar 01(um), profissional de saúde de nível técnico especializado em instrumentação cirúrgica sem ônus para Contratante;

8.7.2. O profissional de saúde de nível técnico especializado em instrumentação cirúrgica deverá cumprir as normas e rotinas internas de assepsia cirúrgica internas bem como, acatar as orientações complementares relacionadas ao ato cirúrgico e cumprir com as rotinas padronizadas no Centro de Material e Esterilização referente ao processamento dos artigos;

8.7.3. Será de responsabilidade da empresa Contratada o fornecimento das caixas de apoio unificadas, quanto ao fornecimento dos materiais especiais esses serão entregues no setor de OPME/HGR e serão conferidos e recebidos pela equipe de fiscalização;

8.7.4. A empresa deverá manter seus empregados, quando nas dependências do Hospital Geral de Roraima (HGR), devidamente identificados, com crachá subscrito pelo fornecedor, no qual constará, no mínimo, razão social, nome completo do empregado, fotografia 3x4;

8.7.5. Todos os encargos, obrigações trabalhistas bem como responsabilidade pelo dano a terceiros em função da execução do contrato causados pelos profissionais de saúde de nível técnico especializado em instrumentação cirúrgica,(instrumentador cirúrgico), supra mencionados são de **COMPETÊNCIA ÚNICA E EXCLUSIVA DA CONTRATADA;**

19. RELAÇÃO DOO LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS - ANEXO I:

	UNIDADE HOSPITALAR E SEU RESPECTIVO ENDEREÇO:		
	ORD.	**UNIDADE/LOCAL**	**ENDEREÇO**
	1	**HOSPITAL GERAL DE RORAIMA - HGR**	**Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 1364, Bairro: Aeroporto, Boa Vista-RR.**