Quadro informativo

Pregão Eletrônico N° 90065/2025 (SRP) (Lei 14.133/2021)

UASG 456961 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE RR

Critério julgamento: **Menor Preço / Maior Desconto** Modo disputa: **Aberto/Fechado**

Contratação em período de cadastramento de proposta

Avisos (0) Impugnações (0) Esclarecimentos (2)

08/09/2025 20:54

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - MARLEX GROUP

Para o item 1 e 2, consultamos a aceitabilidade da tela de sling de 12mm de largura e 300mm comprimento.
Fico no aguardo dos esclarecimentos e permanecemos à disposição para qualquer elucidação necessária

RESPOSTA DO SETOR TÉCNICO DA COORDENADORIA GERAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Em atenção ao Pedido de Esclarecimento enviado pela empresa MARLEX GROUP (Ep.19158553 considerando que o edital exige que o produto tenha aproximadamente 500 mm como medida princ enquanto o item ofertado possui apenas 300 mm, representando uma diferença significativa aproximadamente 40% (quarenta por cento) a menos no tamanho requerido impossibilitando a sua aceita

Ressalta-se que todas as propostas de preços e composições orçamentárias foram elaboradas com base especificações técnicas mínimas constantes no edital, de modo que o fornecimento de item com dimens reduzidas poderá resultar em incompatibilidades técnicas e financeiras com o planejamento da contrataç

03/09/2025 09:46

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - HYBRIDA HOSPITALAR

RESPOSTA DO SETOR TÉCNICO DA COORDENADORIA GERAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA