Quadro informativo

Pregão Eletrônico N° 90076/2025 (SRP) (Lei 14.133/2021)

UASG 456961 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE RR

Critério julgamento: **Menor Preço / Maior Desconto** Modo disputa: **Aberto/Fechado**

Avisos (0) Impugnações (0) **Esclarecimentos (1)**

09/10/2025 17:11

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA

A Biotronik Comercial Médica LTDA, vem respeitosamente, conforme previsto em legislação, apresentar tempestivamente PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 01 ao referido edital.
Em relação ao edital visamos ESCLARECER:
Gostaríamos de esclarecer:
Em relação do lote 02, item 07, observa-se a solicitação de IS-1,
Podemos entender que poderá ser aceito para este item IS-1 ou IS-4?

RESPOSTA DO SETOR TÉCNICO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA.

Considerando o Despacho 1663/2025/SESAU/COSELC/PREGOEIROS ep. 19605108 e Pedido de Esclarecimento do Pregão Eletrônico 900076/2025 da empresa BIOTRONIK ep. 19605054 que trata os seguintes apontamos :

"Gostaríamos de esclarecer: Em relação do lote 02, item 07, observa-se a solicitação de IS-1, Podemos entender que poderá ser aceito para este item IS-1 ou IS-4?"

Para fim de esclarecimento para o Lote em questão (LOTE 2 - KIT DE IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR COM RESSINCRONIZADOR TRC-D IS1/DF1), o gerador do Lote possui as seguintes conexões:

Canal de eletrodo de átrio direito: IS-1

Canal de eletrodo de ventrículo direito (mola, estimulação e sensibilidade): DF-1

Canal de eletrodo de ventrículo esquerdo (seio coronariano): IS-1

Desta forma, para garantia de compatibilidade de todos os itens do Lote, torna-se necessário que o item mencionado (eletrodo de seio coronariano) deste lote seja de conexão IS-1.

Caso detecção de incompatibilidade ou dúvidas dos itens mencionados no Lote, estamos disponíveis para esclarecimentos.

Incluir esclarecimento

Acesso à Informação