Quadro informativo

Pregão Eletrônico N° 90036/2025 (SRP) (Lei 14.133/2021)

UASG 456961 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE RR

Critério julgamento: **Menor Preço / Maior Desconto** Modo disputa: **Aberto/Fechado**

Contratação em período de cadastramento de proposta

Avisos (0) Impugnações (0) Esclarecimentos (1)

12/06/2025 20:54

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PROCSCIENCE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS

Gostaríamos de solicitar esclarecimento referente às especificações técnicas do produto solicitado.

1. Produtos com resistência a uma faixa de temperaturas entre -70 e 100 °C atendem ao certame?

O esclarecimento é de suma importância para aumentar a oferta e disputa pelo item, além da disponibilidade do produto adequado.

RESPOSTA DO SETOR TÉCNICO DA COORDENADORIA GERAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Em atenção ao Despacho nº 890 (SEI nº 17901719), informamos que, após a análise técnica, torna-se necessário produto com resistência a temperaturas superior a 100 °C para o desenvolvimento da rotina laboratorial, mantendo-se a especificação do item em questão.

Incluir esclarecimento

Acesso à Informação